



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικών και Καποδιστριακών

Πανεπιστημίων Αθηνών

— ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 —

«ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ»  
ΑΔΑΜ:

## ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη  
Τηλέφωνο: 210/72.86.411  
FAX: 210/72.11.007  
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28  
E-mail: [npokopi@aretaieio.uoa.gr](mailto:npokopi@aretaieio.uoa.gr)

Αθήνα, 17/10/2023  
Αρ. Πρωτ.:1391

Προς  
Όλους τους ενδιαφερόμενους

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 22-09-2023 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 118 & 120 (παρ. 2 και 3α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ως ισχύουν
- iii. την υπ' αριθ. 1286/1878/27-09-2023 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 23REQ013516694, ΑΔΑ:ΨΜ7Σ46Ψ8Χ4-4Λ4),
- iv. την υπ' αριθμ. 1591/31-07-2023 Πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και ορισμός τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (ΦΕΚ 786/ΥΟΔΔ/3-08-2023),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών υγειονομικού υλικού, προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του Νοσοκομείου, εκτιμώμενης δαπάνης 29.088,16€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 36.069,32€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

**Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.**

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά, μέσω της εφαρμογής **compareONE της cosmoONE, μέχρι την 20-10-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 μ.μ.** Η εφαρμογή compareONE είναι προσβάσιμη στις εταιρείες – προμηθευτές του Νοσοκομείου αποκλειστικά μέσω Internet και απαιτείται η έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης. Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στο <https://register.marketsite.gr/>. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης ΔΕΝ χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια καθώς είναι ήδη καταχωρημένοι στην εφαρμογή. Η εγγραφή στις εφαρμογές της cosmoONE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για τους οικονομικούς φορείς. Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με την εφαρμογή compareONE, οι οικονομικοί φορείς παρακαλούν όπως αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [support@cosmo-one.gr](mailto:support@cosmo-one.gr) ή να καλέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της cosmoONE στο 210 2723360.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες, όσον αφορά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού  
Πανεπιστημίου Αθηνών

Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

-Δ/ση Οικονομικού

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
1	Σύστημα διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης (διέγερσης και ελέγχου λειτουργίας ) των λαρυγγικών νεύρων κατά τη διάρκεια θυρεοειδεκτομής με τη χρήση ηλεκτροδίου που εφαρμόζει στον τραχειοσωλήνα, και τον εντοπισμό του νεύρου μέσω ηλεκτρικής διέγερσης με τη χρήση είτε μονοπολικού στυλεού με ενσωματωμένη αναρρόφηση ή μεταλλικού διπολικού στυλεού πολλαπλών χρήσεων. Το σύστημα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης του πνευμονογαστρικού νεύρου με ειδικό ηλεκτρόδιο τύπου συνδετήρα. Το σύστημα πρέπει να διαθέτει απαραίτητως ηχητικό σήμα αναγνώρισης νεύρων καθώς και δυνατότητα αποθήκευσης των κυματομορφών σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης δεδομένων ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ	10	3.850,00 €
2	Αυτοκόλλητος επίδεσμος 10x4,5 αυτοκολλητος ελαστικός επίδεσμος με μεγάλη συγκολλητική ικανότητα. να είναι λευκός, από 100% βαμβάκι, με δυνατότητα έκτασης περίπου 75%. να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος ακόμη και σε επάλληλα στρώματα. η συγκολλητική του ουσία να περιέχει οξείδιο του ψευδαργύρου ώστε να μην προκαλεί ερεθισμούς. Προορίζεται για τη χρήση του στο τμήμα του ψηφιακού αγγειογράφου. Να είναι διαστάσεων πλάτους 10 εκ. και αρχικού μήκους περίπου 2,5 μέτρων και 4,5 μέτρων μετά τον τανισμό	500	65,00 €
3	Αυτοκόλλητος επίδεσμος 15x4 αυτοκολλητος ελαστικός επίδεσμος με μεγάλη συγκολλητική ικανότητα. να είναι λευκός, από 100% βαμβάκι, με δυνατότητα έκτασης περίπου 75%. να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος ακόμη και σε επάλληλα στρώματα. η συγκολλητική του ουσία να περιέχει οξείδιο του ψευδαργύρου ώστε να μην προκαλεί ερεθισμούς. Προορίζεται για τη χρήση του στο τμήμα του ψηφιακού αγγειογράφου. Να είναι διαστάσεων πλάτους 15 εκ. και αρχικού μήκους περίπου 2,5 μέτρων και 4,5 μέτρων μετά τον τανισμό	500	90,00 €
4	Αποστειρωμένες λάμες με λαβή N. 22	100	13,00 €
5	Σύριγγες CATHETER TIP, πλαστικές αποστειρωμένες μίας χρήσης 50- 60ml χωρίς βελόνη με λεπτό μπεκ και μεγάλο ρύγχος αποστειρωμένες	3.200	448,00 €
6	Αποστειρωμένο αδιάβροχο επίδεμα από διάφανο αυτοκόλλητο φιλμ πολυουρεθανής, διαπερατό στην αναπνοή του δέρματος, υποαλλεργικό, latex free. με χάρτινο περιθώριο (κορνίζα) καθ' ολη την περίμετρο του φιλμ, χωρίς να κολλά στα γάντια, διάστασης 10x12 και γάζα περίπου 5x7, σε ατομική χάρτινη συσκευασία.	1.000	200,00 €

A/A ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
7	<p>Βαμβάκι υδρόφιλο</p> <p>-το υδρόφιλο βαμβάκι θα είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ελληνικής φαρμακοποιίας iv (σελ. 867 έως σελ. 870).</p> <p>-να διατίθεται κατά προτίμηση σε συσκευασία ενός κιλού ατομική εντός πλαστικού στεγανού περιβλήματος που θα προστατεύει το περιεχόμενο από την υγρασία και τη σκόνη.</p> <p>-επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το είδος του περιεχομένου, το καθαρό βάρος, τα στοιχεία του κατασκευαστή.</p> <p>-οι ατομικές συσκευασίες θα είναι τοποθετημένες σε πλαστικές διαφανείς σακούλες, κατάλληλες για τη μεταφορά και αποθήκευση του προϊόντος, καθαρού βάρους έως 10 κιλά.</p>	60	178,80 €
8	<p>ΦΥΣΙΓΓΑ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ NaHCO<sub>3</sub> PH.EUR./USP ΤΩΝ 760GR.</p> <p>1. Να είναι χημικώς καθαρή και σταθερή.</p> <p>2. Να έχει φίλτρο κατακράτησης 100μm (εισοδου-εξοδου).</p> <p>3. Να είναι ατοξική.</p> <p>4. Να επαρκεί για μια τουλάχιστον συνόδρια σε συνήδεις συνθήκες αιμοκάθαρσης (on line hf και hdf).</p> <p>5. Να είναι κατάλληλη για μηχανήματα nikkiso και gambro.</p> <p>6. Να είναι μίας χρήσης.</p> <p>7. Να πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας.</p> <p>8. Να φέρει σήμανση ce και να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.</p>	400	440,00 €
9	<p>Χαρτί αποστείρωσης ατμοκλιδάνου 100x100</p> <p>Να είναι μαλακό χαρτί από επεξεργασμένη κυτταρίνη με υψηλή αντοχή, μεγάλη αδιαβροχότητα. Να έχει δυνατότητα δμηνής διατήρησης της αποστείρωσης. Να έχει τη συμπεριφορά υφάσματος</p>	500	145,00 €
10	<p>Ανταλλακτικό ηλεκτρόδιο διαδερμίας μεγάλου μεγέθους τύπου PTFE, συμβατό με το στυλεό διαδερμίας τύπου PTFE μήκους 17CM περίπου</p>	100	120,00 €
11	<p>Προστατευτικά αιχμηρών &amp; ευαίσθητων εργαλείων.</p> <p>Να είναι διάτρητα, κλιβανιζόμενα κατασκευασμένα από βινύλιο (θερμοπλαστικό ελαστομερές ) κατάλληλο για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού στους 134 βαθμούς κελσίου</p> <p>Διαστάσεων 25x16x2mm</p>	2.000	540,00 €
12	<p>Προστατευτικά αιχμηρών &amp; ευαίσθητων εργαλείων.</p> <p>Να είναι διάτρητα, κλιβανιζόμενα κατασκευασμένα από βινύλιο (θερμοπλαστικό ελαστομερές ) κατάλληλο για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού στους 134 βαθμούς κελσίου</p> <p>Διαστάσεων 25x25x3mm</p>	2.000	540,00 €
13	<p>Ετικέτες για κουτιά αποστείρωσης aesular, χάρτινες ανθεκτικές σε συνθήκη κλιβάνου ατμού στους 134 βαθμούς κελσίου διαστάσεων 35mmx80mm.Σ την επιφάνεια να φέρουν γραμμές καταγραφής της ημέρας/αποτελέσματα /ημέρες λήξης αριθμός φορτίου +χειριστής</p>	2.000	240,00 €
14	<p>Χαρτοσέντονα 60εκ.Χ50εκ.</p> <p>1.Να διαθέτουν υψηλή απορροφητικότητα στα βιολογικά υγρά.</p> <p>2. Η εσωτερική πλευρά να είναι υπενδεδυμένη από καλής ποιότητα πλαστικό.</p> <p>3. Να διαθέτουν εγκοπές ώστε να κόβονται εύκολα χωρίς να σκίζονται.</p>	500	935,00 €

A/A ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
	4. Το πάχος του χαρτιού στην εξωτερική πλευρά να είναι τέτοιο ώστε το χαρτοσέντονο να μην είναι διάφανες. 5. Οι ζητούμενες διαστάσεις είναι πλάτους 60 εκ. σε ρολό των 50 μέτρων.		
15	Χαρτοσέντονα 50εκ.Χ50εκ. 1. Να διαθέτουν υψηλή απορροφητικότητα στα βιολογικά υγρά. 2. Η εσωτερική πλευρά να είναι υπενδεδυμένη από καλής ποιότητα πλαστικό. 3. Να διαθέτουν εγκοπές ώστε να κόβονται εύκολα χωρίς να σκίζονται. 4. Το πάχος του χαρτιού στην εξωτερική πλευρά να είναι τέτοιο ώστε το χαρτοσέντονο να μην είναι διάφανες. 5. Οι ζητούμενες διαστάσεις είναι πλάτους 50 εκ. σε ρολό των 50 μέτρων.	400	640,00 €
16	Στηρικτικά ουροσκελετών πλαστικά	1.000	110,00 €
17	Νεφροειδή χάρτινα ή μη μίας χρήσεως	7.000	420,00 €
18	<p>Γάζα υδρόφιλη</p> <p>Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση, μη αποστειρωμένη. Πρέπει να πληροί τους ορούς της ελληνικής φαρμακοποιίας in και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κλπ) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κλπ).</p> <p>Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοφασμενη (η γωνιά σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90ο), ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον τέταρτο τύπο της ελληνικής φαρμακοποιίας in ήτοι:</p> <p>αριθμός κλωστών ανά cm<sup>2</sup> 18 κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά 100+5</p> <p>ελάχιστο φορτίο θραύσης σε newtons, ανά 5 εκ στη διεύθυνση του στήμονα 50 κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά 80+5</p> <p>ελάχιστο φορτίο θραύσης σε newtons, ανά 5 εκ. στη διεύθυνση της κρόκης 30 ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m<sup>2</sup>) 24. Η γάζα θα έχει πλάτος 90 εκατοστά +/- 1% και μήκος 100 μέτρα +/- 1%, θα είναι συσκευασμένη σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ζικ-ζακ) του ενός μέτρου ή σε φύλλα με τη μια διάσταση 90 εκ. σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο, τα υλικά</p> <p>συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση)</li> <li>2. το είδος του περιεχομένου</li> <li>3. η ημερομηνία παραγωγής</li> <li>4. ο αριθμός παρτίδας</li> <li>5. οι διαστάσεις</li> <li>6. η ένδειξη «Κρατικό Είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη</li> </ol>	10.000	900,00 €

A/A ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
19	Γάζα λαπαροστομίας με κορδόνι ακτινοσκιερή 45x45εκ. Να πληροί τις προδιαγραφές του είδους με α/α 18	9.000	3.780,00 €
20	Γαζάκι 10X20 ακτινοσκιερά 12 PLY Να πληροί τις προδιαγραφές του είδους με α/α 18	5.000	415,00 €
21	Εξασκητές αναπνοής ενηλίκων	200	300,00 €
22	<p>Πάνες αδιάβροχες:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- με υπεραπορροφητικό διπλό πυρήνα και ύφανση τέτοια, που κρατά την υγρασία,</li> <li>- με επανακολλούμενες ταινίες, που να προσκολλώνται σε οποιοδήποτε εξωτερικό σημείο της πάνας.</li> </ul> <p>Να προσαρμίζονται στο μέγεθος του μωρού. Με διπλά ελαστικά πλαϊνά για προστασία από διαρροές. Κατάλληλες για νεογνά, 2-4 κιλών, που να μη δημιουργούν ερεθισμούς. Με ιδιαίτερα απαλό και μαλακό εξωτερικό περίβλημα. Να αναφέρεται η συσκευασία στην οποία θα παραδίδονται.</p>	13.520	1.257,36 €
23	<p>Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας μήκους 90MM με στυλεό 27G με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: Οι βελόνες πρέπει:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια για να ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της μήνιγγας κατά την εισαγωγή.</li> <li>2. Να φέρουν στυλεό από ανοξείδωτο ατσάλι.</li> <li>3. Να επιτρέπει την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ENY.</li> <li>4. Να φέρει άκρο ακριβείας και οπή για ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση των μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών.</li> <li>5. Το μέγεθος και η δέση της πλάγιας οπής, να ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες «διασκληρίδιου τοποθέτησης» (διαμέσου ή κατά μήκος της σκληράς μήνιγγας).</li> <li>6. Να φέρει διαφανή δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ENY.</li> <li>7. Να φέρει στυλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους.</li> <li>8. Να διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο.</li> <li>9. Να είναι Latex free</li> </ol> <p>(απαιτείται η προσκόμιση τριών δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)</p>	100	330,00 €
24	<p>Συσκευές παροχέτευσης κενού τραύματος Συσκευές/συστήματα παροχετεύσεως κενού τραύματος, από σιλικόνη. Να μην τσακίζουν, χωρίς ομφαλό, ακτινοσκιερές σε όλα το μήκος τους. Να διατίθενται με σωλήνα από σιλικοναρισμένο PVC με συνδετήρα `Υ`.</p> <p>Να προσφέρονται με τροκάρ (ευθύ –καπτόμενο) και δεξαμενές κενού, οι οποίες θα πρέπει να ξεχωριστά και να συνδυάζονται ανάλογα με την προτίμηση. Να διαθέτουν βαλβίδα αποτροπής αντιστροφής ροής των υγρών για να διασφαλίζεται η ασηψία και</p>	100	520,00 €

A/A ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
	να μπορούν να απενεργοποιούνται. Συμβατές με τους ασκούς παροχέτευσης του οίκου CONOO MEDICA που υπάρχουν στο Νοσοκομείο μας 15frX200		
25	Συσκευές παροχέτευσης κενού τραύματος Συσκευές/συστήματα παροχετεύσεως κενού τραύματος, από σιλικόνη. Να μην τσακίζουν, χωρίς ομφαλό, ακτινοσκοπιές σε όλα το μήκος τους. Να διατίθενται με σωλήνα από σιλικοναρισμένο PVC με συνδετήρα `Υ`. Να προσφέρονται με τροκάρ (ευθύ –καπτόμενο) και δεξαμενές κενού, οι οποίες θα πρέπει να ξεχωριστά και να συνδυάζονται ανάλογα με την προτίμηση. Να διαδέχονται βαλβίδα αποτροπής αντιστροφής ροής των υγρών για να διασφαλίζεται η ασηψία και να μπορούν να απενεργοποιούνται. Συμβατές με τους ασκούς παροχέτευσης του οίκου CONOO MEDICA που υπάρχουν στο Νοσοκομείο μας 19frX200mm-	100	520,00 €
26	Βιολογικά συμβατή κόλλα, 2-OCTYL CYANOACRYLATE, αδιάβροχη, βακτηριοστατική. Να προσφέρει ασφαλή στήριξη του τραύματος για επτά (7) ημέρες τουλάχιστον. Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, σε συσκευασία περίπου 0,5 ML.	50	750,00 €
27	Σάκος περισυλλογής παρασκευασμάτων για λαπαροσκοπική χρήση αποστειρωμένος από πολυουρεθάνη με ευκρινή ένδειξη ανοίγματος του σάκου ενδοκοιλιακά με ράμμα περίπαρσης με δακτύλιο κοπής και ενσωματωμένη λάμα στο στυλέο πλήρες περιμετρικό μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης που διασφαλίζει τη μη αποκόλληση του σάκου κότα την τοποθέτηση του παρασκευάσματα χωρητικότητας τουλάχιστον 140 cc με στυλεό εφαρμογής 10mm (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	100	1.300,00 €
28	Θήκες αποστειρωμένες για λαπαροσκοπική κάμερα Κάλυμμα κάμερας το οποίο διαθέτει ειδικό διάφανο πλαστικό για την εξασφάλιση ειδικού αποστειρωμένου περιβάλλοντος, ειδικό δαχτυλίδι ξετυλίγματος καλύμματος και αυτοκόλλητη ταινία για την ασφαλή τοποθέτηση του καλύμματος και την προστασία της κεφαλής της κάμερας. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	200	140,00 €
29	Σύστημα πλύσης-αναρρόφησης πλήρες (ρύγχος και σωλήνες pnc) με δυο βαλβίδες ελεγχόμενες από το χέρι με αντίστοιχα ελατήρια, για λαπαροσκοπική χρήση. Το ρύγχος να είναι διαμέτρου 5mm. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	100	1.500,00 €
30	Σωλήνας παροχής CO2 μήκους με φίλτρο HIGH FLOW & LUER LOCK για συσκευή πνευμοπεριτοναίου STRYKER Z1422-01	200	790,00 €
31	Απλά εργαλεία συρραφής δέρματος μιας χρήσης, 35 αγκτήρων, με μεγάλο μέγεθος αγκτήρων (περίπου 7mmX4mm)	200	386,00 €
32	Αυτοκόλλητη, ακτινοδιαπερατή, υποαλλεργική ταινία μικροπορωδής πλάτους 2,50 εκ. από μη υφασμένο (no woven) μικροπορωδες υπόστρωμα. Να είναι πολύ πορώδης. Η μια όψη της ταινίας να έχει επίστρωση υποαλλεργικής συγκολλητικής ουσίας, που έχει σαν αποτέλεσμα να μην ερεθίζει και τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, ενώ παρέχει ισχυρή και ασφαλή συγκόλληση και δεν	3.000	480,00 €

A/A ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
	αφήνει υπολείμματα κόλλας στο δέρμα. Να κόβεται εύκολα με το χέρι		
33	Αυτοκόλλητος ταχυεπίδεσμος με γάζα διαστάσεων περίπου 5X7εκ. Να είναι αποστειρωμένος σε ατομική χάρτινη συσκευασία	10.000	140,00 €
34	Αυτοκόλλητος επίδεσμος, αποστειρωμένος, από διάφανη πολυουρεθάνη για κάλυψη καδετήρων φλεβός. -να είναι αεροδιαπερατός και μη διαπερατός από υγρά. -να φέρει υποαλλεργική κόλλα και να αφαιρείται εύκολα χωρίς να προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα του ασθενούς. -να φέρει σχισμή τουλάχιστον 2,5 εκ. για εφαρμογή σε καδετήρες με στόμιο έγχυσης και φτερά. -να είναι διαστάσεων 6,5x7,5 εκ. περίπου	10.000	390,00 €
35	Κολποσκοπία διαφανή αποστειρωμένα με χειρολαβή μεγέθους S-500 τεμ. M -500 τεμ	1.000	300,00 €
36	Σετ Διαδερμικής Τραχειοστομίας σε N.7 Σετ διαδερμικής τραχειοστομίας με μονό διαστολέα και οδηγό με οπή στο άκρο του, με την μέθοδο SELDINGER (latex free) Το σετ πρέπει -Να φέρει υδρόφιλο διαστολέα , ειδικά σχεδιασμένο για διαστολή σε ένα μόνο βήμα, με ειδική λαβή στο άνω μέρος ώστε να μην γλιστράει. -Να φέρει σωλήνα τραχειοστομίας 105ο με αναρρόφηση πάνω από το cuff από διά θερμοευαίσθητο PVC υψηλής ποιότητας μη-τοξικό (latex free) με Cuff Χαμηλής πίεσης –Μεγάλου όγκου , με κλίση 105ο για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παροχής οξυγόνου. α. Το κωνικό σχήμα του cuff να προσφέρει πλήρη στεγανοποίησης, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ευαίσθητων τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff, ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια πιθανού τραυματισμού. β. Το cuff να εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. γ. Το cuff να είναι τοποθετημένο δερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα ενώ όταν το φουσκώνουμε, να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα, μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της. δ.Το cuff να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμη και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση έχοντας από το N.7 έως το N.10 την ίδια διάμετρο. ε. Όταν ξεφουσκώνει , το cuff να εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση , ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού. ζ. Το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT)με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. η. Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσής του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νούμερο έκπτυξης του cuff. -Να φέρει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες, στις οποίες να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και να εφαρμόζουν με << κλικ>> στην θέση τους, επιτρέποντας την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες ).	5	1.150,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
	<p>-Να φέρει ειδικό οδηγό, που κλειδώνει , εντός του σωλήνα τραχειοστομίας , για να εξασφαλίζει την ασφαλή και γρήγορη εισαγωγή στην τραχεία. Το δε άκρο του οδηγού να είναι στρογγυλεμένο και να λεπταίνει σταδιακά για να είναι ατραυματικό με ειδική οπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της μεθόδου Seldinger.</p> <p>-Να φέρει χειρουργικό νυστέρι για την τομή.</p> <p>- Να φέρει βελόνα 14G, με ενσωματωμένο οδηγό.</p> <p>-Να φέρει σύριγγα 10ml, ειδική για ανίχνευση του χώρου της τραχείας.</p> <p>-Να φέρει ειδικό διαστολέα για την διάνοιξη των ιστών.</p> <p>-Να φέρει οδηγό σύρμα Seldinger, διπλού άκρου 50cm.</p> <p>-Να φέρει ειδικό λιπαντικό και γάζες για την τραχεία.</p> <p>-Να φέρει ειδικό θουρτσάκι καθαρισμού με μαλακές ίνες από nylon και μαλακές άκρες.</p> <p>-Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα Velcro, πολλαπλών χρήσεων για συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστομίας</p> <p><b>ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Ν.7</b></p>		
37	<p><b>Σετ Διαδερμικής Τραχειοστομίας σε Ν. 8</b></p> <p>Σετ διαδερμικής τραχειοστομίας με μονό διαστολέα και οδηγό με οπή στο άκρο του, με την μέθοδο SELDINGER (latex free)</p> <p>Το σετ πρέπει</p> <p>-Να φέρει υδρόφιλο διαστολέα , ειδικά σχεδιασμένο για διαστολή σε ένα μόνο βήμα, με ειδική λαβή στο άνω μέρος ώστε να μην γλιστράει.</p> <p>-Να φέρει σωλήνα τραχειοστομίας 105ο με αναρρόφηση πάνω από το cuff από διά θερμοευαίσθητο PVC υψηλής ποιότητας μη-τοξικό (latex free) με Cuff Χαμηλής πίεσης –Μεγάλου όγκου , με κλίση 105ο για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παροχής οξυγόνου.</p> <p>α. Το κωνικό σχήμα του cuff να προσφέρει πλήρη στεγανοποίησης, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ευαίσθητων τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff, ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια πιθανού τραυματισμού.</p> <p>β. Το cuff να εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.</p> <p>γ. Το cuff να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα ενώ όταν το φουσκώνουμε, να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα, μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της.</p> <p>δ.Το cuff να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμη και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση έχοντας από το Ν.7 έως το Ν.10 την ίδια διάμετρο.</p> <p>ε. Όταν ξεφουσκώνει , το cuff να εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση , ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.</p> <p>ζ. Το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT)με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.</p> <p>η. Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσής του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νούμερο έκπτυξης του cuff.</p> <p>-Να φέρει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες, στις οποίες να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και να εφαρμόζουν με &lt;&lt; κλικ&gt;&gt; στην θέση τους, επιτρέποντας την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες ).</p> <p>-Να φέρει ειδικό οδηγό, που κλειδώνει , εντός του σωλήνα τραχειοστομίας , για να εξασφαλίζει την ασφαλή και γρήγορη</p>	5	1.150,00 €



A/A ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
	<p>εισαγωγή στην τραχεία. Το δε άκρο του οδηγού να είναι στρογγυλεμένο και να λεπταίνει σταδιακά για να είναι ατραυματικό με ειδική οπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της μεθόδου Seldinger.</p> <p>-Na φέρει χειρουργικό νυστέρι για την τομή.</p> <p>- Na φέρει βελόνα 14G, με ενσωματωμένο οδηγό.</p> <p>-Na φέρει σύριγγα 10ml, ειδική για ανίχνευση του χώρου της τραχείας.</p> <p>-Na φέρει ειδικό διαστολέα για την διάνοιξη των ιστών.</p> <p>-Na φέρει οδηγό σύρμα Seldinger, διπλού άκρου 50cm.</p> <p>-Na φέρει ειδικό λιπαντικό και γάζες για την τραχεία.</p> <p>-Na φέρει ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με μαλακές ίνες από nylon και μαλακές άκρες.</p> <p>-Na φέρει υποαλλεργική φακαρόλα Velcro, πολλαπλών χρήσεων για συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστομίας</p>		
38	<p>Γαζάκια 10X10 μη ακτινοσκιερά 12PLY</p> <p>Na πληροί τις προδιαγραφές του είδους με α/α 18</p>	120.000	2.040,00 €
39	Βελόνες μίας χρήσης αποστειρωμένες καλά τροχισμένες N. 16G	10.000	600,00 €
40	<p>Πεταλούδες N. 21 με βελόνη.</p> <p>Η βελόνη να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη, λεπτών τοιχωμάτων με διπλή κοντή λοξοτόμηση.</p> <p>-Na διαθέτει ζεύγος πτερυγίων για τη σωστή προώθηση της βελόνας και την ασφαλή στήριξη της. Στα πτερύγια να αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας σε G και να φέρουν χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.</p> <p>- Ο σωλήνας να είναι υψηλής ποιότητας και να ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση, καθώς και ικανοποιητικού μήκους για τη δημιουργία καμπύλης ασφαλείας ανάλογα με το μέγεθος και τη χρήση</p> <p>-Na προορίζονται για γενική και νεογνολογική χρήση.</p> <p>-Na διαθέτει επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση ασφαλείας με τη συσκευή χορήγησης ή σύριγγας.</p>	3.000	120,00 €
41	<p>Γειώσεις διαθερμίας χωρίς καλώδιο</p> <p>1. Na είναι συμβατές με όλες τις χειρουργικές διαθερμίες οι οποίες δέχονται πλάκες γείωσης διπλής επιφάνειας.</p> <p>2. Na διαθέτουν περιμετρικό ισοδυναμικό δακτύλιο ο οποίος να διανέμει την τάση και συνεπώς τη θερμότητα ομοιόμορφα και στις δυο πλευρές του ηλεκτροδίου.</p> <p>3. Na μπορούν να τοποθετηθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση πάνω στον ασθενή.</p> <p>4. Na διαθέτουν υδροτζέλ το οποίο να καλύπτει όλες τις γωνίες αλουμινίου και με αυτόν τον τρόπο να μειώνεται η θερμοκρασία στα άκρα της πλάκας. επίσης μέσω του υδροτζέλ να παρέχεται προστασία από την εισροή υγρών κάτω από το ουδέτερο ηλεκτρόδιο.</p> <p>5. Na μπορούν να προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε επιφάνεια του σώματος.</p> <p>6. Na είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε παιδιά και σε ενήλικες.</p> <p>7. Na είναι κατάλληλες για ασθενείς αλλεργικούς στο latex.</p>	300	690,00 €
42	Αυτοκόλλητα σακουλάκια συλλογής ούρων για βρέφη. Na έχουν καλή εφαρμογή για αποφυγή διαρροών, χωρίς να ερεθίζουν το δέρμα των νεογνών	50	125,00 €

A/A ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
43	Γλωσσοπίεστρα ξύλινα μίας χρήσεως αποστειρωμένα	2.000	40,00 €
	Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.		29.088,16€

#### ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE και προσφέρουν υποχρεωτικά το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας του Νοσοκομείου. Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσφορά της ακριβούς συνολικής αιτούμενης ποσότητας του νοσοκομείου, λόγω αδυναμίας σπασίματος της συσκευασίας, τότε οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη από την αιτούμενη ποσότητα προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται σε ακέραιες προσφερόμενες συσκευασίες.
- Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής compareONE συνυποβάλλονται ως συνημμένα έγγραφα η τεχνικοοικονομική προσφορά των προσφερομένων ειδών, οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 4 καθώς και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 19 της παρούσας.
- Στην τεχνικοοικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, η προσφερόμενη ποσότητα (αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην περίπτωση 1 της παρούσας), πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
- Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
- Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.
- Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του ανά μονάδα μέτρησης του είδους, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη.
- Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
- Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
- Για τα είδη στις τεχνικές προδιαγραφές των οποίων αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων, τα σχετικά δείγματα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που αναφέρεται στην παρούσα. Σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Στην περίπτωση μη προσκόμισης δειγμάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις η προσφορά απορρίπτεται.
- Η παράδοση των υλικών θα είναι άμεση από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.**
- Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 29.088,16 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 36.069,92 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
- Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την 19-12-2023. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν δεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.

18. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 46 ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
19. Οι συμμετέχοντες οικονομικού φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης**, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τεύχ.Β/02-10-09) **ή/και** του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 9342/ΕΟΚ.
  - Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
  - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη ή συνταχθείσες μέσω του gov.gr στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου<sup>1</sup>** το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ως ισχύουν.  
Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α<sup>2</sup> του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
  - Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
20. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού	Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Νίκη Προκόπη	Παπαμακάριος Σταύρος	Ευαγγελία Πανταζή	Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος

<sup>1</sup> Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

<sup>2</sup>Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».