

**ΕΦΟΡΕΙΑ**
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη
Τηλέφωνο: 210/72.86.411
FAX: 210/72.11.007
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28
E-mail: npokopi@aretaieio.uoa.gr

Αθήνα, 13-11-2023
Αρ. Πρωτ.: 1570

Προς
Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 20-10-2023 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 118 & 120 (παρ. 2 και 3α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ως ισχύουν
- iii. την υπ' αριθ. 1491/2265/09-11-2023 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ:23REQ013735763, ΑΔΑ:ΨΚΜΚ46Ψ8Χ4-6ΝΖ),
- iv. την υπ' 16/10-10-2023 απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον Πρόεδρο των Εφορειών και στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Διοικητικού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» (ΦΕΚ 6139/25-10-2023),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών υγειονομικού υλικού, προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του Νοσοκομείου, εκτιμώμενης δαπάνης 29.979,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 36.609,96€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά, μέσω της εφαρμογής **compareONE** της **cosmoONE**, **μέχρι την 17-11-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 μ.μ.** Η εφαρμογή **compareONE** είναι προσβάσιμη στις εταιρείες – προμηθευτές του Νοσοκομείου αποκλειστικά μέσω Internet και απαιτείται η έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης. Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στο <https://register.marketsite.gr/>. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης ΔΕΝ χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια καθώς είναι ήδη καταχωρημένοι στην εφαρμογή. Η εγγραφή στις εφαρμογές της cosmoONE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για τους οικονομικούς φορείς. Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με την εφαρμογή **compareONE**, οι οικονομικοί φορείς παρακαλούν όπως αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@cosmo-one.gr ή να καλέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της **cosmoONE** στο 210 2723360.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες, όσον αφορά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Κωνσταντίνος Τσιούφης Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Δ/ση Οικονομικού

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
1	<p>Κουβέρτες δέρμανσης ενηλίκων για άνω μέρος του σώματος μιας χρήσεως. Να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να αιωρούνται .Να είναι latex free, υψηλής αντίστασης σε φωτιά, ανθεκτικές σε σκισίματα και τρυπήματα. να μην απορροφούν υγρά, αδιάβροχες. Από υλικό non woven. Να είναι μη αγώγιμες και αντιστατικές, ακτινοδιαπερατές και συμβατές με απεικονιστικά συστήματα, μη αλλεργικές και μη κυτταροτοξικές, ελεύθερες PVC. Να έχουν ασφαλείς υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα δέρμανσης (αριστερά- δεξιά).Με ανατομική λαιμοκοπή, ενσωματωμένη διαφανή κάλυψη κεφαλής. Αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης. Με αποσπώμενα κορδόνια για επικουρική στήριξη στα άκρα. Να συνοδεύονται με αντίστοιχες συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας. οι συσκευές. Να είναι εύχρηστες, αδούρυβες στη λειτουργία, μικρών διαστάσεων και βάρους. Η επιλογή θερμοκρασίας να κυμαίνεται απο 32-43f.c. Να υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετούνται στα ήδη υπάρχοντα στατό η να συνοδεύονται με τροχήλατη βάση</p>	200	1.540,00 €
2	<p>Κουβέρτες δέρμανσης ενηλίκων ολόσωμες. Να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να αιωρούνται .Να είναι latex free, υψηλής αντίστασης σε φωτιά, ανθεκτικές σε σκισίματα και τρυπήματα. να μην απορροφούν υγρά, αδιάβροχες. Από υλικό non woven.</p> <p>Να είναι μη αγώγιμες και αντιστατικές, ακτινοδιαπερατές και συμβατές με απεικονιστικά συστήματα, μη αλλεργικές και μη κυτταροτοξικές, ελεύθερες PVC. Να έχουν ασφαλείς υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα δέρμανσης (αριστερά- δεξιά).Με ανατομική λαιμοκοπή, ενσωματωμένη διαφανή κάλυψη κεφαλής. Αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης. Με αποσπώμενα κορδόνια για επικουρική στήριξη στα άκρα. Να συνοδεύονται με αντίστοιχες συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας. οι συσκευές. Να είναι εύχρηστες, αδούρυβες στη λειτουργία, μικρών διαστάσεων και βάρους. Η επιλογή θερμοκρασίας να κυμαίνεται απο 32-43f.c. Να υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετούνται στα ήδη υπάρχοντα στατό η να συνοδεύονται με τροχήλατη βάση. Διαστάσεων 210*130εκ</p>	80	560,00 €
3	<p>Σετ νεφελοποίησης φαρμάκων με παροχή οξυγόνου τύπου AEROLIN / AEROZOL αρίστης ποιότητας και κατασκευής, το οποίο να αποτελείται από:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Διάφανη μάσκα , ανατομική ελαστική, με ρυθμιζόμενο λάστιχο συγκράτησης - αυξομείωσης , και ενσωματωμένο επιρρίνιο έλασμα. -Διάφανο νεφελοποιητή με καπάκι βιδωτό ασφαλείας, με διαγράμμιση και δυνατότητα νεφελοποίησης σε όλες τις θέσεις και διάσπαση σε σταγονίδια διαμέτρου μικρότερα από 5μm πάνω από το 80% του φαρμάκου. Επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη εναπόθεση της ουσίας στο βρογχικό δέντρο. -Σωλήνα σύνδεσης για παροχή οξυγόνου μήκους 1,80μ≈. 	500	375,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
	-Να είναι Latex free		
4	<p>Μάσκα venturi οξυγόνου ενηλίκων Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο, καθαρό, μαλακό και ελαφρύ πλαστικό. Να έχει πλάγιες σπές εκπνοής με ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και επιρρίνιο ταινία αλουμινίου. Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη για να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπων. Επίσης να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο και να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία για την συγκράτηση στην κεφαλή. Η μάσκα ακόμα να συνδέεται με κρικοειδή σωλήνα ,διαμέτρου 20-22mm περίπου και μήκους 15-17cm. Να υπάρχει βαλβίδα venture (ενσωματωμένη πάνω στη μάσκα) παροχής οξυγόνου 24%-26%-28%-31%-35%-40%-50%-60%, να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα 1,80m και άνω και να συνδέεται με οποιοδήποτε ροόμετρο. Να έχει ασφαλή και ακριβή χρήση και να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία. ο σωλήνας τέλος να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90ο να μην διακόπτεται η παροχή οξυγόνου, latex free, ptfе free.</p>	1.000	900,00 €
5	Ημιαυτόματο σύστημα βιοψίας tru cut μίας χρήσεως με ηχογενή άκρο και χειρισμό με το ένα άκρο διαστάσεων 14GX16cm (12 τεμ.) & 14 G x20 cm (12 τεμ.)	24	600,00 €
6	<p>Γάντια εξεταστικά νιτριλίου χωρίς πούδρα, μη αποστειρωμένα, από συνθετικό υλικό νιτριλιο, με ελάχιστο μήκος 240μμ. να διατίθενται σε όλα τα μεγεθη σε κουτι dispenser. Να είναι κατάλληλα για χρηστές που έρχονται σε επαφή με βιολογικά υγρά ή οποιοσδήποτε δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο από επαφή με βιολογικούς παράγοντες. Να παρέχουν προστασία σε χέρια που είναι ευαίσθητα σε ταλκ ή υλικό λατεξ. Απαιτούμενη Ποσότητα ανά μέγεθος: Small 8.000 Medium 10.000 τεμ. & Large 12.000 τεμ.</p>	30.000	810,00 €
7	Κλιπς ομφάλιου λώρου αποστειρωμένο, μιας χρήσης, με διπλό αγκιστρωτό σύστημα ασφαλείας με ερμητικό κλείσιμο και ειδικό μηχανισμό κλειδώματος που δεν επιτρέπει το παραμικρό διάκενο, αποκλείοντας κάθε κίνδυνο αιμορραγίας (απαιτείται η προσκόμιση πέντε δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)	500	550,00 €
8	Ράβδος ρήξης αμνιακής μεμβράνης πλαστική μήκους 27εκ. αποστειρωμένη ευθεία. Το ημικυκλικό της άκρο της μα προστατεύει την ακίδα και να περιορίζει την πιθανότητα τραυματισμού του εμβρύου	200	60,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
	(απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)		
9	Συσκευές μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης	10	35,00 €
10	Αυτοκόλλητοι σάκοι ουρητηροστομίας με βαλβίδα αντεπιστροφής, κοβόμενοι έως 50mm περίπου, με ασφαλή, εύκαμπτη και μαλακή έξοδο για εύκολο άδειασμα του σάκου ή για σύνδεση με ουροσυλλέκτη με κυκλικό ή οβάλ εύκαμπτο κολλητικό από σύγχρονα υλικά για προστασία του δέρματος χωρίς κανάλια διανομής ούρων	450	1.251,00 €
11	Συσκευές/συστήματα παροχέτευσεων κενού τραύματος, από σιλικόνη, να μην τσακίζουν, χωρίς ομφαλό, ακτινοσκοπιές σε όλο το μήκος τους, σε διάφορα μεγέθη από 10 έως 24fr. Να διατίθενται και με σωλήνα από σιλικοναρισμένο PVC με συνδετήρα `υ`. να προσφέρονται με τροκάρ (ευθύ-καπτόμενο) και δεξαμενές κενού, οι οποίες θα πρέπει να προσφέρονται ξεχωριστά για να συνδυάζονται ανάλογα με την προτίμηση, να διαθέτουν βαλβίδα αποτροπής αντίστροφης ροής των υγρών για να διασφαλίζεται η ασηψία και να μπορούν να επανεργοποιούνται, 400 ml	100	670,00 €
12	Συσκευές/συστήματα παροχέτευσεων κενού τραύματος, από σιλικόνη, να μην τσακίζουν, χωρίς ομφαλό, ακτινοσκοπιές σε όλο το μήκος τους, σε διάφορα μεγέθη από 10 έως 24fr. Να διατίθενται και με σωλήνα από σιλικοναρισμένο PVC με συνδετήρα `υ`. να προσφέρονται με τροκάρ (ευθύ-καπτόμενο) και δεξαμενές κενού, οι οποίες θα πρέπει να προσφέρονται ξεχωριστά για να συνδυάζονται ανάλογα με την προτίμηση, να διαθέτουν βαλβίδα αποτροπής αντίστροφης ροής των υγρών για να διασφαλίζεται η ασηψία και να μπορούν να επανεργοποιούνται, 100 ml Συμβατές με τις συσκευές παροχέτευσης κενού τραύματος του οίκου CONOO MEDICA που υπάρχουν στο Νοσοκομείο μας	100	518,00 €
13	Ταινίες σύγκλεισης τραύματος, αντίστοιχες του τύπου steri-strip. -Να είναι μικροπορωδεις και να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. -Το υλικό κατασκευής να είναι μη υφασμένο ραιγιον. -Να έχουν υποαλλεργική κόλλα. -Να είναι διαστάσεων 6mm x 100mm.	100	795,00 €
14	Μαρκαδόροι –δερματογράφου δέρματος με και χωρίς χαράκια , αποστειρωμένοι και να μη ξεβάφουν	100	40,00 €
15	STRIPER κιρσών μ.χ. αποστειρωμένα	200	1.580,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
16	Σφουγγαράκια με ακίδες διαδερμίας (ξύστρες)	200	130,00 €
17	<p>Χαρτοβάμβακας</p> <p>1. Χαρτοβάμβακας σε μορφή φύλλων.</p> <p>2. Να είναι λευκός, με απαλή υφή, απορροφητικός, κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση. τα φύλλα του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα χωρίς τοπικά αραιώματα και σχισίματα.</p> <p>3. Το βάρος του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι δεκαοκτώ γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (18 γραμ./m²) με ανοχή +/- 5% (iso 536).</p> <p>4. Από χημικό και μηχανικό πολτό 75% - 85%.</p> <p>5. Ο χαρτοβάμβακας θα παραδίδεται:</p> <p>α) σε φύλλα διαστάσεων 60 χ 40 εκατοστά τοποθετημένα σε πακέτα των πέντε (5) κιλών ανά πακέτο.</p> <p>β) Τα πακέτα θα είναι συσκευασμένα σε απαραβίαστη πλαστική συσκευασία, που θα προστατεύεται από σκληρό χάρτινο κουτί ή χαρτοκιβώτιο. ο τρόπος συσκευασίας θα δηλώνεται στην πρόσφορα από τους συμμετέχοντες.</p> <p>γ) Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.</p> <p>δ) Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται τα έξης στοιχεία:</p> <p>i) τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος)</p> <p>ii) το είδος του περιεχομένου και τη σύσταση (π.χ. χημικός πολτός 75%)</p> <p>iii) οι διαστάσεις των φύλλων, το καθαρό βάρος και η ένδειξη `κρατικό είδος` με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη</p>	1.500	2.250,00 €
18	<p>Ταινίες σύγκλεισης τραύματος, αντίστοιχες του τύπου steri-strip.</p> <p>-Να είναι μικροπορωδεις και να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.</p> <p>-Το υλικό κατασκευής να είναι μη υφασμένο ραιγιον.</p> <p>-Να έχουν υποαλλεργική κόλλα.</p> <p>-Να είναι διαστάσεων 12μμ χ 100μμ.</p>	5.000	200,00 €
19	Ποτηράκια ούρων 100-150ml αποστειρωμένα με ετικέτα και πόμα βιδωτό	3.200	288,00 €
20	<p>Ουριόμετρα ακριβείας κλειστού κυκλώματος. Να είναι κατασκευασμένα από ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC με διπλές ραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ανά 100ml. ο σάκος συλλογής ούρων να είναι χωρητικότητας περίπου 500ml με ευκρινή διαβάθμιση ανα 100ml.</p> <p>Να διαθέτουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη επιστροφής και διαφανή στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων τύπου τ. Η αποχετευτική είσοδος και έξοδος να είναι αδιαφανής και τοποθετημένη στο κέντρο. Ο σωλήνας να είναι αδιαφανής με μεγάλη</p>	100	400,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
	εσωτερική διάμετρο προκειμένου να επιτρέπει την εύκολη διέλευση των πηγμάτων. να μην τσακίζει και το συνολικό μήκος του να είναι μεγαλύτερο των 120cm. Να διαθέτουν ειδική ενσωματωμένη υποδοχή στο σημείο εισόδου για εύκολη και ασφαλή δειγματοληψία καθώς και ενισχυμένες οπές για σίγουρη στηρίξει. Να είναι συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία.		
21	Αποστειρωμένοι ουροσυλλέκτες με βρυσάκι δύο λίτρων με διαβαθμίσεις ανά 100ml , διαφανείς και ανθεκτικοί με επαρκές μήκος σωλήνα (τουλάχιστον 100εκ. περίπου) ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα και με ειδική δέση στο σωλήνα σύνδεσης με τον καθετήρα. Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας και να έχουν βαλβίδα εκκένωσης με βρυσάκι.	2.000	1.300,00 €
22	Επιθέματα κατακλίσεων διαστ. 10X10 εκ. περίπου Αποστειρωμένα υδροτριχοειδικά επιθέματα με απορροφητικό στρώμα από ίνες πολυμερούς κυτταρίνης και πλέγμα επαφής με το έλκος για ρύθμιση της απορρόφησης που να μην παράγει γέλη στην επιφάνεια του έλκους κατά την επαφή του με το εξίδρωμα, κολλητικά με περίμετρο κολλητικό από φυσικό υλικό. Να διαθέτει από μικρή έως μεγάλη απορρόφηση εξιδρώματος. Για έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος. Να έχουν υψηλή συγκρότηση υπό πίεση (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	100	613,00 €
23	Επιθέματα κατακλίσεων διαστ. 15X15 εκ. περίπου Αποστειρωμένα υδροτριχοειδικά επιθέματα με απορροφητικό στρώμα από ίνες πολυμερούς κυτταρίνης και πλέγμα επαφής με το έλκος για ρύθμιση της απορρόφησης που να μην παράγει γέλη στην επιφάνεια του έλκους κατά την επαφή του με το εξίδρωμα, κολλητικά με περίμετρο κολλητικό από φυσικό υλικό. Να διαθέτει από μικρή έως μεγάλη απορρόφηση εξιδρώματος. Για έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος. Να έχουν υψηλή συγκρότηση υπό πίεση (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	100	947,00 €
24	Στρόφιγγες υψηλών πιέσεων, με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής μετά τη σύνδεση του σωλήνα. να είναι λιποαντοχα. Να εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση, χωρίς διαρροές, σε κάθε περίπτωση. Να είναι κατάλληλο για εγχύσεις υπό πίεση. Αποστειρωμένα, μχ, σε συσκευασία του ενός τεμαχίου. σύνδεση LOCK, LATEX FREE (απαιτείται η προσκόμιση τριών δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)	10.000	3.800,00 €
25	Επεκτατικά φλεβός LUER LOCK αρσενικό- θηλυκό με στρόφιγγα 3WAY μήξους 100 εκ. Να μην τσακίζουν, να μην απόσπεται η προέκταση από την σύνδεση με το 3way (να είναι ένα κομμάτι) ασφαλείας, λιποάντοχα. Να είναι διαφανή, LATEX FREE, PTFE FREE (απαιτείται η προσκόμιση τριών δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)	3.000	1.620,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
26	Πώματα φλεβοκαθετήρων πώματα στροφίγγων-φλεβοκαθετηρων, luer-lock βίδωτα με ελαστική μεμβράνη στο κέντρο (latex υποαλλεργικό) για πολλαπλά τρυπήματα. Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένα σε συσκευασία του ενός τεμαχίου, λευκού χρώματος, ptfе free	10.000	150,00 €
27	Στοματοφαρυγγικού αεραγωγού N.3 (10 cm) με τα κάτωδι χαρακτηριστικά: -Να φέρουν χρωματική ένδειξη ανάλογα με το νούμερο -Να είναι LATEX -FREE -Να είναι αποστειρωμένοι -Να είναι σκληροί και να μην κάμπτονται -Να έχουν επαρκές εύρος ώστε να περνάει με ευκολία ο καθετήρας αναρρόφησης. Η καμπυλότητα τους να προσαρμόζεται με εκείνη του στόματος	500	125,00 €
28	Στοματοφαρυγγικού αεραγωγού N.2 (29 cm) με τα κάτωδι χαρακτηριστικά: -Να φέρουν χρωματική ένδειξη ανάλογα με το νούμερο -Να είναι LATEX -FREE -Να είναι αποστειρωμένοι -Να είναι σκληροί και να μην κάμπτονται -Να έχουν επαρκές εύρος ώστε να περνάει με ευκολία ο καθετήρας αναρρόφησης. Η καμπυλότητα τους να προσαρμόζεται με εκείνη του στόματος.	500	125,00 €
29	Σωλήνες αναρρόφησης χωρίς ρύγχος άνω των 200 εκ., αποστειρωμένοι διαφανείς LATEX FREE, PTFE FREE.	700	574,00 €
30	Φίλτρα αναπνευστήρα μηχανικά με υδρόφοβη μεμβράνη και εναλλακτική δέρμανσης ύγρανσης. κατάλληλα για tidal volume απο 300-1500ml. Για σύνδεση αναπνευστικού κυκλώματος με μηχανήμα. Νεκρός χώρος μέχρι 80ml, latex free. υψηλής προστασίας, αντιμικροβιακά, υδρόφοβα, απόδοσης ύγρανσης να μην είναι κάτω από 33mg h2o/i σε vt 500ml. με δύρα luer lock για σύνδεση με τον καπνογραφο. Τα φίλτρα να είναι ελεγμένα έναντι mycobacterium tuberculosis, hepatitis c hiv. Στα φίλτρα στην ίδια συσκευασία να περιλαμβάνει εύκαμπτη μεταβαλλόμενη προέκταση μήκους 15cm. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	600	1.122,00 €
31	Στυλεός διαθερμίας μιας χρήσης με κουμπιά ή διακόπτη χειρός, για αιμόσταση και κοπή, με ενσωματωμένο ηλεκτρόδιο τύπου ανοξειδωτο ατσάλι	500	625,00 €
32	Ρύγχη αναρρόφησης χωρίς σωλήνα (yankauer) αποστειρωμένα, με τρυπάκια	300	120,00 €
33	Επεκτάσεις φλεβός LUER LOCK υψηλής πίεσης 150 εκ. αρσενικά -θηλυκά διαμέτρου 1,5mm, αποστειρωμένα διαφανή. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	400	200,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
34	<p>Συσκευή χορήγησης φαρμάκων ενδοφλεβία ή επισκληριδία 1 ημέρας (single day) 2ml/h</p> <p>Συσκευές χορήγησης φαρμάκων συνεχούς ενδοφλέβιας ή επισκληριδίας, μιας ημέρας, ροής 2ml ανά ώρα. ενσωματωμένο φίλτρο σωματιδίων. σωλήνας ανθεκτικός στο τσάκισμα, ο οποίος είναι προσυνδεδεμένος στο σώμα της αντλίας και δε φέρει διακόπτη ροής, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια στην έγχυση. Ελαστομερής δεξαμενή από διαφανές υλικό, latex free. Θέση πλήρωσης με ανεπιστροφή βαλβίδα.</p> <p>Γραμμές εξέλιξης της έγχυσης στο κυρίως σώμα. χωρητικότητα 60ml, μέγιστος όγκος 65ml.</p>	150	945,00 €
35	<p>Λαρυγγική μάσκα SUPREME μ.χ. NO 3</p> <p>Λαρυγγική μάσκα απο PVC, υπεργλωττιδική με γωνίωση 90ο για ευκολότερη τοποθέτηση με cuff διπλής φραγής, με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωση</p> <p>στομάχου και δυνατότητα αερισμού με δετική πίεση μέχρι 37cm H₂O. Με ενσωματωμένο bite block ομοαξονικά στο σωλήνα αερισμού, σωλήνα πλήρωσης του cuff ανεξαρτήτου του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση. αποστειρωμένη, latex free,</p>	20	380,00 €
36	<p>Σάκοι ουρητηροστομίας 10-76χιλ. διαφανής, με ενσωματωμένο οβάλ κολλητικό, δύο στρωμάτων και εγχοπές περιμετρικά για μεγαλύτερη ευλυγισία. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής ώστε να μη επιτρέπει την παλινδρόμηση των ούρων και εσωτερικά κανάλια διανομής των ούρων, για μείωση τοπυ όγκου και του θορύβου. Να έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλυμμα στα πλευρά επαφής με το σώμα και μαλακή κρυβόμενη έξοδο που παροχετεύει εύκολα και μπορεί να συνδεθεί με ουροσυλλέκτη. Με προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού.</p>	40	120,00 €
37	<p>Θήκες αποστειρωμένες για λαπαροσκοπική κάμερα</p> <p>Κάλυμμα κάμερας το οποίο διαθέτει ειδικό διάφανο πλαστικό για την εξασφάλιση ειδικού αποστειρωμένου περιβάλλοντος, ειδικό δαχτυλίδι ξετυλίγματος καλύμματος και αυτοκόλλητη ταινία για την ασφαλή τοποθέτηση του καλύμματος και την προστασία της κεφαλής της κάμερας</p>	200	136,00 €
38	<p>Απλά εργαλεία συρραφής δέρματος μιας χρήσης, 35 αγκτήρων, με μεγάλο μέγεθος αγκτήρων (περίπου 7mmX4mm)</p>	100	195,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
39	<p>Χειρουργικά γάντια αποστειρωμένα με πούδρα, ανθεκτικά ανατομικού σχήματος να είναι κατασκευασμένα από φυσικό latex πολύ καλής ποιότητας με ολίσθηση που να εξασφαλίζει τη μη σύμπτωση των εσωτερικών επιφανειών του γαντιού και την εύκολη εφαρμογή τους. Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο αντιβράχιο, για να αποφεύγεται η αναδίπλωση. Να έχουν ολικό μήκος γαντιού 300mm για κάθε μέγεθος (μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση +20μμ). Να είναι προ πουδραρισμένα με βιο-απορροφήσιμο άμυλο (όχι πυριτιό μαγνήσιο). Να είναι αποστειρωμένα με 3ετη διάρκεια αποστείρωσης. Η διαδικασία αποστείρωσης πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα. Τα προσφερόμενα γάντια να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση στη συσκευασία του ζεύγους γαντιών τη σήμανση CE και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού. Να αναγράφουν στη συσκευασία την ημερομηνία παραγωγής, τον τρόπο και τη λήξη της αποστείρωσης, τον αριθμό παρτίδας, τη διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής και του αντιπρόσωπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη σήμανση CE και τον αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης. Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας (Εσωτερική σταθερή γαντοθηκη και εξωτερική αδιάβροχη θήκη). να υπάρχει διάκριση δεξί- αριστερό και να αναγράφεται στην Εσωτερική γαντοθηκη. Να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1 Ως προς την ποιότητα κατασκευής, EN 455-2 Ως προς την αντοχή και τις διαστάσεις και EN 455-3 Ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς κινδύνους (περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, χημικούς επιταχυντές) και το πρότυπο εν 374-2:2003 Ως προς τη διεύθυνση μικροοργανισμών (performance level, aql 0,65). Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από τα αποτελέσματα και τα πιστοποιητικά ελέγχου του κοινοποιημένου οργανισμού βάσει των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων. Αιτούμενη ποσότητα N. 6,5-1.000τεμ., N.7-2.000 τεμ. & N.7,5 -2.000 τεμ. (απαιτείται η προσκόμιση 5 δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)</p>	5.000	1.370,00 €
40	<p>Μάσκα μη επεμβατικού αερισμού υψηλής πίεσης για χρήση σε αναπνευστήρα, με διπλή επίστρωση σιλκόνης και με μετωπιαίο στήριγμα από σιλκόνη για την αποφυγή κατακλίσεων στο πρόσωπο του ασθενούς. Να διαθέτει δύο θαλάμους εσωτερικά, ώστε να εκμηδενίζεται η διασπορά των σωματιδίων της αναπνοής του ασθενή στον περιβάλλοντα χώρο. Να</p>	10	980,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
	<p>διαθέτει θύρα για σύνδεση με σωλήνα αναρρόφησης ώστε με την αρνητική πίεση που δημιουργεί να μεταφέρει τα σωματίδια της εκπνοής απευθείας στο κάنيστρο. Να διαθέτει πολύ καλής ποιότητας ιμάντες περίδεσης από αφρολέξ, ατραυματικούς και να προσφέρει μεγάλη άνεση και πολύ καλή εφαρμογή στο πρόσωπο ώστε να αποφεύγει την εισροή αέρα προς τα μάτια του ασθενή κατά τον αερισμό. Να είναι Latex free dehp free και να συνδέεται με όλα τα κυκλώματα του αναπνευστήρα BENNET 740 . Μεγέθους Medium</p>		
41	<p>Μάσκα μη επεμβατικού αερισμού υψηλής πίεσης για χρήση σε αναπνευστήρα, με διπλή επίστρωση σιλικόνης και με μετωπιαίο στήριγμα από σιλικόνη για την αποφυγή κατακλίσεων στο πρόσωπο τους ασθενούς. Να διαθέτει δύο θαλάμους εσωτερικά, ώστε να εκμηδενίζεται η διασπορά των σωματιδίων της αναπνοής του ασθενή στον περιβάλλοντα χώρο. Να διαθέτει θύρα για σύνδεση με σωλήνα αναρρόφησης ώστε με την αρνητική πίεση που δημιουργεί να μεταφέρει τα σωματίδια της εκπνοής απευθείας στο κάنيστρο. Να διαθέτει πολύ καλής ποιότητας ιμάντες περίδεσης από αφρολέξ, ατραυματικούς και να προσφέρει μεγάλη άνεση και πολύ καλή εφαρμογή στο πρόσωπο ώστε να αποφεύγει την εισροή αέρα προς τα μάτια του ασθενή κατά τον αερισμό. Να είναι Latex free dehp free και να συνδέεται με όλα τα κυκλώματα του αναπνευστήρα BENNET 740 . Μεγέθους Lagre</p>	10	980,00 €
	Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.		29.979,00€

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE και προσφέρουν υποχρεωτικά το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας του Νοσοκομείου.
2. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής compareONE συνοποβάλλονται ως συνημμένα έγγραφα η τεχνικοοικονομική προσφορά των προσφερομένων ειδών, οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 4 καθώς και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 19 της παρούσας.
3. Στην τεχνικοοικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, η προσφερόμενη ποσότητα (αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην περίπτωση 1 της παρούσας), πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
4. Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
5. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
6. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.
8. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του ανά μονάδα μέτρησης του είδους, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη.

10. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
11. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
12. Για τα είδη στις τεχνικές προδιαγραφές των οποίων αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων, τα σχετικά δείγματα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που αναφέρεται στην παρούσα. Σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Στην περίπτωση μη προσκόμισης δειγμάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις η προσφορά απορρίπτεται.
13. **Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.**
14. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 29.979,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 36.609,96 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
15. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
16. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την 16-01-2024. **Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
17. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν δεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
18. Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1.4 και 5 του άρθρου 11 του ν. 4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναδέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, ως ισχύει.
19. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
- i. Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης**, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τεύχ.Β/02-10-09) **ή/και** του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 9342/ΕΟΚ.
- ii.** Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
- iii.** Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη ή συνταχθείσες μέσω του gov.gr στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου¹** το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ως ισχύουν.
Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α² του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
- iv.** Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις

¹ Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

² Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

20. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Νίκη Προκόπη	Σταύρος Παπαμακάριος	Ευαγγελία Πανταζή	Κωνσταντίνος Τσιούφης, Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ