



**ΕΦΟΡΕΙΑ**  
**ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη  
Τηλέφωνο: 210/72.86.411  
FAX: 210/72.11.007  
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28  
E-mail: [npokopi@aretaieio.uoa.gr](mailto:npokopi@aretaieio.uoa.gr)

Αθήνα, 23-10-2019  
Αρ. Πρωτ.: 1285

Προς  
Όλους τους ενδιαφερόμενους

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 26-09-2019 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 79 (παρ. 2), 93, 118, 120 (παρ. 3) και 379 (παρ.3) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),
- iii. την υπ' αριθ.1123/1781/30-09-2019 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 19REQ005640817, ΑΔΑ:Ω9ΘΜ46Ψ8Χ4-ΤΓΜ),
- iv. την υπ' αριθμ. 51/4-10-2019 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Εξειδίκευση αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 3867/Β'/21-10-2019),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών υγειονομικού υλικού προς εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου εκτιμώμενης δαπάνης 19.968,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 24.280,17€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει της τιμής**.

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να κατατεθούν, **σε σφραγισμένο φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)**, μέχρι την **01-11-2019** ημέρα Παρασκευή και ώρα **11:30 π.μ.** στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Γεράσιμος Σιάσος Αν. Καθηγητής  
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**  
Τμήμα Προμηθειών

**ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

<b>Α/Α ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ</b>
1	Καλυπτρίδες για τυμπανικά θερμομέτρα GENIUS 2 (Να παραχωρηθεί ως συνοδός εξοπλισμός 1 θερμομέτρο)	10.560 τεμάχια	844,80 €
2	Καλυπτρίδες μασχαλιαίων θερμομέτρων GENIUS 2	1.000 τεμάχια	80,00 €
3	Τριβλία πλαστικά 9 εκ. αποστειρωμένα	10.000 τεμάχια	686,00 €
4	Σωλήνας αναρρόφησης μη αποστειρωμένος	500 μέτρα	190,00 €
5	Προεκτάσεις 10cm για νεογνά με T , από Latex Free, Dehp Free, με πώμα σε κάθε άκρο σύνδεσης και ολισθαίνων κλείστρο ροής. Το ένα άκρο του 'T' με luer lip και το άλλο με ελαστική μεμβράνη σιλκόνης για πολλαπλές εγχύσεις. Να είναι κατάλληλο και ατραυματικό για τα ευαίσθητα αγγεία των νεογνών (απαιτείται η προσκόμιση 2 δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)	300 τεμάχια	345,00 €
6	Transducers μονό Πλήρες σύστημα προσυναρμολογημένων συσκευών μιας χρήσης με ενσωματωμένο το chip(μετατροπή του συστήματος να γίνεται στο chip χωρίς μεσολάβηση μεμβρανών), τις προεκτάσεις υψηλής πίεσης σύνδεσης με τον καθετήρα και την συσκευή χορήγησης ηπαρινισμένου ορού. να διαθέτει σύστημα για τον έλεγχο του μορφομετατροπεία, των καλωδίων σύνδεσης και της βαθμονόμησης του παρακλίνιου μονιτορ και σύστημα εκκλύσης του κυκλώματος (flushing) με εφελκυσμο ώστε να δίνεται η δυνατότητα έκλυσης υπό γωνίες έως και 360ο. Το σετ θα πρέπει να έχει ιδανική απόσβεση ταλάντωσης (damping) και να αποδεικνύεται με βιβλιογραφική (αναφορά) για μεγιστοποιήσεις της ακριβείας. να έχει δυνατότητα λειτουργίας όταν	100 τεμάχια	604,00 €

	<p>στηρίζεται σε στατο όσο κρατάται στο κρεβάτι. Επιπρόσθετα η εταιρεία να προμηθεύει τα απαιτούμενα καλώδια για σύνδεση με τα υπάρχοντα monitors.</p>		
7	<p>Tranducers διπλό Πλήρες σύστημα προσυναρμολογημένων συσκευών μιας χρήσης με ενσωματωμένο το chip(μετατροπή του συστήματος να γίνεται στο chip χωρίς μεσολάβηση μεμβρανών), τις προεκτάσεις υψηλής πίεσης σύνδεσης με τον καθετήρα και την συσκευή χορήγησης ηπαρινισμένου ορού. να διαθέτει σύστημα για τον έλεγχο του μορφομετατροπεία, των καλωδίων σύνδεσης και της βαθμονόμησης του παρακλίνιου μονιτορ και σύστημα εκκλύσης του κυκλώματος (flushing) με εφελκυσμο ώστε να δίνεται η δυνατότητα έκλυσης υπό γωνίες έως και 360ο. Το σετ θα πρέπει να έχει ιδανική απόσβεση ταλάντωσης (damping) και να αποδεικνύεται με βιβλιογραφική (αναφορά) για μεγιστοποιήσεις της ακριβείας. να έχει δυνατότητα λειτουργίας όταν στηρίζεται σε στατο όσο κρατάται στο κρεβάτι. Επιπρόσθετα η εταιρεία να προμηθεύει τα απαιτούμενα καλώδια για σύνδεση με τα υπάρχοντα monitors.</p>	100 τεμάχια	1.300,00 €
8	<p>Προσωρινός μηριαίας καθετήρας αιμοκάθαρσης διπλού αυλού διαμετρήματος 12f μήκος καθετήρα 20cm με ευθύ άκρα</p>	7 τεμάχια	98,00 €
9	<p>Καθετήρες φλεβός χωρίς βαλβίδα και πτερύγια Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. - Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. -Ο οδηγός - στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια.</p>	400 τεμάχια	152,00 €

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση.</li> <li>- Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή.</li> <li>- Το καπάκι (πώμα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων</li> <li>- Να διαθέτει πτερύγια στήριξης, όχι πολύ μικρά σε μέγεθος, ώστε να δύναται να μπορεί να κρατηθεί σταθερά στο χέρι, και να τοποθετηθεί στη φλέβα του ασθενούς.</li> <li>- Να αποσυνδέεται με ευκολία η βελόνη από το πλαστικό.</li> </ul> <p>N. 18G τεμ. -200 N.20G -200 τεμ. (απαιτείται η προσκόμιση 3 δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)</p>		
10	<p>Πώματα στροφίγγων – φλεβοκαθετήρων, βιδωτά με ελαστική μεμβράνη στο κέντρο (LATEX υποαλλεργικό) για πολλαπλά τρυπήματα. Να είναι μίας χρήσεως αποστειρωμένα σε συσκευασία του ενός τεμαχίου.</p>	10.000 τεμάχια	270,00 €
11	<p>Καθετήρες Levin παροχέτευσης και όχι σίτισης με κυρτή μύτη &amp; λεπτό τελείωμα που να μην τραυματίζει τον ασθενή N.14, μήκους 120 εκ. αποστειρωμένοι (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	200 τεμάχια	120,00 €
12	<p>Ομφαλικού νεογνικοί καθετήρες μίας χρήσεως. Να είναι κατασκευασμένοι από PVC ακτινοσκοπικοί, ατραυματικοί βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από 5 έως 25cm μήκους 38cm. Να είναι latex free &amp; Dicp Να είναι αποστειρωμένοι. N. 2,5(0.25f) -30 τεμ.&amp; N.3 (0,3f) -30 τεμ. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	60 τεμάχια	300,00 €
13	<p>Οδηγοί διασωλήνωσης νεογνών 6fr. -Να είναι κατασκευασμένοι από υλικό που να επιτρέπει τη λήψη επιθυμητού σχήματος -Να είναι επενδεδυμένοι από ειδικό συνθετικό πλαστικό, που επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή &amp; αφαίρεση -Να είναι εύκαμπτοι, με ειδικό ατραυματικό άκρο -Να είναι αποστειρωμένοι, μίας χρήσεως</p>	40 τεμάχια	135,20 €

	LATEX FREE. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)		
14	Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης των κλιπς εφοδιασμένες με 20 κλιπς τιτανίου μικρού μεγέθους.	20 τεμάχια	1.900,00 €
15	Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης των κλιπς εφοδιασμένες με 20 κλιπς τιτανίου μεσαίου μεγέθους.	20 τεμάχια	1.900,00 €
16	Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης των κλιπς εφοδιασμένες με 20 κλιπς τιτανίου μεγάλου μεγέθους.	5 τεμάχια	465,00 €
17	Καθετήρες folley σιλκόνης με αισθητήρα θερμοκρασίας N.16 -10 τεμ. & N.18-10 τεμ.	20 τεμάχια	170,00 €
18	Καθετήρες φλεβός με βαλβίδα και πτερύγια α διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. - Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. -Ο οδηγός - στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια. - Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. - Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή. - Το καπάκι ( πώμα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων - Να διαθέτει πτερύγια στήριξης, όχι πολύ μικρά σε μέγεθος, ώστε να δύναται να μπορεί να κρατηθεί σταθερά στο χέρι, και να	4.000 τεμάχια	1.400,00 €

	<p>τοποθετηθεί στη φλέβα του ασθενούς.          - Να αποσυνδέεται με ευκολία η βελόνη από το πλαστικό.N.20G          (απαιτείται η προσκόμιση 3 δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)</p>		
19	<p>Καθετήρες folley με μπαλόνι χωρητικότητας 10-15 ml. Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικοναρισμένο latex. Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να μην είναι μαλθακό. Να φέρουν δυο τουλάχιστον πλευρικές ευρείας οπές στο άκρο τους καθώς και βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή και ελαστική. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι.          N. 16          (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	500 τεμάχια	750,00 €
20	<p>Στρόφιγγες 3way υψηλών πιέσεων, με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής μετά τη σύνδεση του σωλήνα. Να είναι λιποάντοχα. Να εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση, χωρίς διαρροές, σε κάθε περίπτωση. Να είναι κατάλληλα για εγχύσεις υπό πίεση. Αποστειρωμένα μ.Χ. , σε συσκευασία του ενός τεμαχίου. Σύνδεση lock , latex free, CE          (απαιτείται η προσκόμιση 4 δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)</p>	3.000 τεμάχια	1.140,00 €
21	<p>Αισθητήρες μίας χρήσης μέτρησης καρδιακής παροχής με προέκταση υψηλής πίεσης, συνεχούς παρακολούθησης co, svr, sv, svn με αυτόματη βαθμονόμηση που να συνδέεται με τον υπάρχοντα μη ειδικό αρτηριακό καθετήρα του ασθενούς. Να είναι συμβατός με όλα τα παρακλίνια monitors για τη συνεχή απεικόνιση της αρτηριακής πίεσης. Να εφαρμόζει στο μηχάνημα vigileo που βρίσκεται στα χειρουργεία του Νοσοκομείου μας</p>	10 τεμάχια	1.700,00 €
22	<p>Αρτηριακοί καθετήρες πλήρες σετ αποστειρωμένο και latex free ασφαλούς αρτηριοπαρακέντησης κερκιδικής αρτηρίας μεθόδου seldinger με αιμοστατική βαλβίδα για την αποφυγή διαφυγής αίματος και με πρόσθετο βοηθητικό αυλό για την οπτική αναγνώριση 100% επιτυχούς αρτηριακής παρακέντησης.          Το σετ να αποτελείται από:          -μια (1) βελόνα παρακέντησης 20g μήκους 38 mm περίπου η οποία διαθέτει αιμοστατική βαλβίδα με παράπλευρη δίοδο</p>	100 τεμάχια	740,00 €

	<p>για την επιτυχή εισαγωγή του καθετήρα στην αρτηρία,          -ένα (1) σύρμα οδηγό μήκους 29 εκ. περίπου          -έναν (1) καθετήρα πολυαιθυλενίου ή ισοδύναμο υλικό 20g μήκους 8 εκ. περίπου          (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>		
23	<p>Καθετήρες 3-αυλών          Σετ κεντρικού φλεβικού καθετήρα 3 αυλών διαμέτρου 7fr μήκους 20 εκ. περίπου. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκιερός από πολουρεθάνη με ελαστικό, εύκαμπτο και ατραυματικό άκρο. Οι αυλοί να έχουν διάμετρο 16-18 g ώστε να είναι κατάλληλοι για ροές τουλάχιστον 3100ml/ώρα για το περιφερικό άκρο, 1500ml/ώρα για το μεσαίο άκρο και 1600ml/ώρα για το εγγύς άκρο. Οι αντίστοιχες ροών και πιέσεων να αναγράφονται στο πίσω μέρος της συσκευασίας. Το σετ να περιλαμβάνει εκτός από τον καθετήρα, 1 συρμάτινο οδηγό μήκους 60 εκ και διαμέτρου 0,81mm, περίπου, με ατραυματικά άκρα (1 ευθύ, 1 κυρτό), 1 σύριγγα 5cc με ηχογενή βελόνα παρακέντησης 18 g, μήκους περίπου 6,35 εκ., 1 νυστέρι, 1 αγγειακό διαστολέα και τα πώματα των αυλών. Να είναι αποστειρωμένοι, latex free και να αναγράφεται στην συσκευασία.          (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	100 τεμάχια	635,00 €
24	<p>Στρώφιγγες 3way . Να έχουν βιδωτό πώμα ασφαλείας, προς αποφυγή διαρροών και να είναι σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένα          (απαιτείται η προσκόμιση 4 δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)</p>	5.000 τεμάχια	480,00 €
25	<p>Πάνες αδιάβροχες:          - με υπεραπορροφητικό διπλό πυρήνα και ύφανση τέτοια, που κρατά την υγρασία,          -με επανακολλούμενες ταινίες, που να προσκολλώνται σε οποιοδήποτε εξωτερικό σημείο της πάνας.          Να προσαρμόζονται στο μέγεθος του μωρού.          Με διπλά ελαστικά πλαϊνά για προστασία από διαρροές. Κατάλληλες για νεογνά, 2-4 κιλών, που να μη δημιουργούν ερεθισμούς. Με ιδιαίτερα απαλό και μαλακό εξωτερικό περίβλημα.          Να αναφέρεται η συσκευασία στην οποία</p>	7.000 τεμάχια	651,00 €

	θα παραδίδονται. (απαιτείται η προσκόμιση 2 δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)		
26	Σωληνάρια 5ml με ετικέτα πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής, κενό αέρος, στρογγυλή βάση χωρίς σφαιρίδια. διαφανή, με δυνατότητα γραφής και με απλό στυλό. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	12.000 τεμάχια	768,00 €
27	Σάκοι αναρρόφησης 2.000ml με βαλβίδα & φίλτρο συμβατοί με αναρροφήσεις medela, hiconak 700 & Med Ap είναι από υλικό στεγανό που να μην σχίζεται εύκολα. Ο μειοδότης θα πρέπει να παραχωρήσει δωρεάν προς χρήση μαζί με τους σάκους και δέκα επτά (17) κάνιστρα	400 τεμάχια	544,00 €
28	Συσκευές διεντερικής σίτισης ή συμβατές με τις υπάρχουσες αντλίες σίτισης fresubin που βρίσκονται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ή σε περίπτωση μη συμβατότητας η παραχώρηση δέκα (10) αντλιών ως συνοδός εξοπλισμός έως την εξάντληση της ποσότητας των 400 τεμαχίων	400 τεμάχια	1.600,00 €
	Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.		19.968,00€

### ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
2. Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Εφόσον κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνουν στην προσφορά τους, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**  
Εφόσον δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να δηλώσουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. **Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
3. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.



4. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη μέχρι ποσοστού 30%, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
6. **Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
7. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη για το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας.
8. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
9. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
10. Για τα είδη στις τεχνικές προδιαγραφές των οποίων αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων, τα σχετικά δείγματα προσκομίζονται με την υποβολή της προσφοράς. Σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Στην περίπτωση μη προσκόμιση δειγμάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις η προσφορά απορρίπτεται.  
Η παράδοση των υλικών θα είναι άμεση από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών
11. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 19.968,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 24.280,17 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
12. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
13. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. **μέχρι την 31-12-2019. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
14. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
15. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
16. Οι μειοδότες οικονομικοί φορείς θα κληθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου να προσκομίσουν, πριν την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:

**i. Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της**

Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τεύχ.Β/02-10-09).

- ii. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
- iii. Υπεύθυνη Δήλωση<sup>1</sup> του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε** προσώπου<sup>2</sup> το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  
Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α<sup>3</sup> του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
- iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Αν ο μειοδότης οικονομικός φορέας δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου τότε η προσφορά αυτού απορρίπτεται και η αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου θα ζητήσει την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών από τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη οικονομικό φορέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που ο επόμενος κατά σειρά μειοδότης οικονομικός φορέας δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση που κανένας μειοδότης οικονομικός φορέας δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου τότε η παρούσα διαδικασία προμήθειας ματαιώνεται.

17. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Νίκη Προκόπη	Σταύρος Παπαμακάριος	Οικονόμου Σεβασμία	Γεράσιμος Σιάσος Αν. Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

<sup>1</sup> Στην περίπτωση υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης:

-μέσω e-mail τότε στην Υπεύθυνη Δήλωση τίθεται ψηφιακή υπογραφή,

-εντός σφραγισμένου φακέλου στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου τότε στην Υπεύθυνη Δήλωση τίθεται φυσική υπογραφή χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής.

<sup>2</sup> Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

<sup>3</sup> Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».