



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837

**ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη
Τηλέφωνο: 210/72.86.411
FAX: 210/72.11.007
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28
E-mail: npokopi@aretaieio.uoa.gr

Αθήνα, 12-12-2019
Αρ. Πρωτ.:1615

Προς
Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 28-11-2019 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,(ΑΔΑ:629446Ψ8Χ4-ΕΤ3)
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 79 (παρ. 2), 93, 118, 120 (παρ. 3) και 379 (παρ.3) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),
- iii. την υπ' αριθ. 1363/2234/10-12-2019 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 19REQ006005303, ΑΔΑ:Ω4ΓΦ46Ψ8Χ4-4ΥΞ),
- iv. την υπ' αριθμ. 51/4-10-2019 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Εξειδίκευση αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 3867/Β'/21-10-2019),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών υγειονομικού υλικού προς εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου εκτιμώμενης δαπάνης 19.892,54€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 24.499,75€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει της τιμής.**

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να κατατεθούν, **σε σφραγισμένο φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)**, μέχρι την **17-12-2019** ημέρα Τρίτη **και ώρα 11:30 π.μ.** στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Γεράσιμος Σιάσος Αν. Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Τμήμα Προμηθειών

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ
1	<p>Αισθητήρας δαχτύλου μ.χ., για την συνεχή μη επεμβατική μέτρηση της καρδιακής παροχής (co) καρδιακού δείκτη (ci), όγκου παλμού (sv), δείκτη όγκου παλμού (svi), μεταβολής του όγκου παλμού (svv), συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων (svr) και</p> <p>Αρτηριακής πίεσης χωρίς βαθμονόμηση.</p> <p>Ο αισθητήρας θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα αυτομάτου υπολογισμού της απόστασης από τον φλεβοστατικό άξονα του ασθενή για μεγιστοποίηση της ακρίβειας, να εφαρμόζει με scratch, ώστε να είναι δυνατή η επανατοποθέτηση αν δεν έχει γίνει σωστή εφαρμογή.</p> <p>Να εφαρμόζει στο μηχάνημα vigileo IV 1000 που βρίσκεται στα χειρουργεία του Νοσοκομείου μας μέγεθος small</p>	10 τεμ.	1.700,00€
2	<p>Αισθητήρας δαχτύλου μ.χ., για την συνεχή μη επεμβατική μέτρηση της καρδιακής παροχής (co) καρδιακού δείκτη (ci), όγκου παλμού (sv), δείκτη όγκου παλμού (svi), μεταβολής του όγκου παλμού (svv), συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων (svr) και</p> <p>Αρτηριακής πίεσης χωρίς βαθμονόμηση.</p> <p>Ο αισθητήρας θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα αυτομάτου υπολογισμού της απόστασης από τον φλεβοστατικό άξονα του ασθενή για μεγιστοποίηση της ακρίβειας, να εφαρμόζει με scratch, ώστε να είναι δυνατή η επανατοποθέτηση αν δεν έχει γίνει σωστή εφαρμογή.</p> <p>Να εφαρμόζει στο μηχάνημα vigileo IV 1000 που βρίσκεται στα χειρουργεία του Νοσοκομείου μας μέγεθος medium</p>	20 τεμ.	3.400,00 €
3	<p>Σωληνάκια 5ml με ετικέτα πόμα όχι πιεστό, με διαβάθμιση διαμέτρου 12mm (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	10.000 τεμ.	1.700,00 €
4	<p>Ομφαλικοί καθετήρες N.2,5 Ομφαλικού νεογνικοί καθετήρες μιας χρήσεως. Να είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από 4 έως 25cm και μήκους 30cm. Να είναι latex free & Dicp Να είναι αποστειρωμένοι.</p> <p>(απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	30 τεμ.	615,60 €

5	<p>Ενδροταχειακοί σωλήνες N. 2 τεμ. με αεροθάλαμο και MURPHY EYE με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, μη τοξικό (latex free), με ομαλή εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. -να υπάρχει δυνατότητα επιλογής διάφανου ή σιλικοναρισμένου PVC με ακτινοσκιερή γραμμή. -Επάνω στον οδηγό (pilot) πλήρωσης του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και η διάμετρος εκπτώσης του cuff για ευκρινή έλεγχο. -Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά ο σωλήνας στους 37ο βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς - Το cuff να είναι αρκετά ευένδοτο, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. -το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (pilot) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής, και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει πρέπει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. -Το cuff να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ενώ παράλληλα να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας,ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της. -Ο σωλήνας του αεροθαλάμου να διαθέτει μαύρη γραμμή που να αντιστοιχεί περίπου στη γλωττίδα, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση του αεροθαλάμου κάτωθι των φωνητικών χορδών. <p>(απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	20 τεμ.	16,00 €
6	<p>Αυτοκόλλητα σακουλάκια συλλογής για βρέφη (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	50 τεμ.	135,00 €
7	<p>Στρόφιγγες 3way με προέκταση 50εκ. Να έχουν βιδωτό πώμα ασφαλείας αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	900 τεμ.	315,00 €
8	<p>Σωλήνες αναρρόφησης χωρίς ρύγχος άνω των 200 εκ., αποστειρωμένοι διαφανείς LATEX FREE, PTFE FREE. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	200 τεμ.	116,00 €
9	<p>Ρύγγη αναρρόφησης χωρίς σωλήνα YANKAUER αποστειρωμένα συμβατά με σωλήνες αναρρόφησης (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	400 τεμ.	200,00 €

10	Καθετήρες αναρρόφησης από P.V.C. ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, λείοι μήκους 45εκ., ανοικτού άκρου με βαλβίδα ρυθμιζόμενης αναρρόφησης. N.14- 600 τεμ. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	600 τεμ.	108,00 €
11	Καθετήρες folley με μπαλόνι χωρητικότητας 10-15 ml. Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικοναρισμένο latex. Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να μην είναι μαλακό. Να φέρουν δυο τουλάχιστον πλευρικές ευρείας οπές στο άκρο τους καθώς και βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή και ελαστική. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι. N. 164-100 τεμ. & N. 22-50 τεμ. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	150 τεμ.	49,50 €
12	Σάκοι αναρρόφησης 2.000ml με βαλβίδα & φίλτρο συμβατοί με αναρροφήσεις medela, hicovak 700 & Med Ap είναι από υλικό στεγανό που να μην σχίζεται εύκολα. Ο μειοδότης θα πρέπει να παραχωρήσει δωρεάν προς χρήση μαζί με τους σάκους και δέκα επτά (17) κάνιστρα	400 τεμ.	419,60 €
13	Σπρέι ξηράς κόνεως με υδροκolloειδή άργυρο και υαλουρονικό οξύ για την επούλωση των εξιδρωμάτων και ξηρών τραυμάτων. Προϊόν το οποίο χρησιμοποιεί το σύμπλεγμα TIAB προσρόφηση ιόντων Ag+ και μορίων Benzalkonium αντισηπτικό σε νανοσωματίδια διοξειδίου του τιτανίου TiO2	12 τεμ.	90,84 €
14	Λαβίδα λαπαροσκοπικής χειρουργικής με μήκους στυλεού 37cm ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως 7 mm άκρου Maryland με κυρτές σιαγώνες, με αντικολητική επικάλυψη νανουλικού, με ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών διαμ. 5mm με δυνατότητα περιστροφής 350° , μήκος συγκόλλησης 20mm και μήκος κοπής 18mm	3 τεμ.	2.295,00 €
15	Ηλεκτροθερμική λαβίδα συγκόλλησης αγγείων 23εκ. Λαβίδα ανοικτής χειρουργικής με μήκους στυλεού 23 cm. ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως 7 mm άκρου Maryland με κυρτές σιαγώνες, με αντικολητική επικάλυψη νανουλικού, με ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών διαμ. 5mm με δυνατότητα περιστροφής 350° , μήκος συγκόλλησης 20mm και μήκος κοπής 18mm	5 τεμ.	3.825,00 €
16	Λαβίδες διπολικές μ. χρήσεως Λαπαροσκοπική λαβίδα μίας χρήσεως μήκους 33cm και διαμέτρου 5mm με εργονομική πιστολοειδή χειρολαβή, μηχανισμό κλειδώματος καθώς και ενεργοποίησης της κοπτικής λάμας. Χρησιμοποιεί διπολική ενέργεια για μεγαλύτερη ασφάλεια και ελεγχόμενο καυτηριασμό. Να έχει τη δυνατότητα να συνδέεται με τις υπάρχουσες διαθερμίες του χειρουργείου. Να διαθέτει μη τραυματικές οδοντωτές – θυριδωτές σιαγώνες με ενσωματωμένη	11 τεμ.	3.839,00 €

	<p>λεπίδα κοπής. Η ειδικά σχεδιασμένη σιαγόνα να είναι κατάλληλη για ενεργητική σύλληψη, αιμόσταση, κοπής διαχωρισμό λεπίδα κοπής. Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο συμβατό με τις διαθερμίες erbe, conmed & Olympus που βρίσκεται στα χειρουργεία του Νοσοκομείου</p>		
17	<p>Σετ μόνιμου υποκλείδιου /σφαγητιδικού/μηριαίου εμφυτεύσιμου καθετήρα διπλού αυλού 15,5fr περίπου με αρτηριακό σκέλος άκρου γωνίας 900 από βιοσυμβατό υλικό για μακρόχρονη χρήση, ανθετικό στα αποστειρωτικά στου σημεία εξόδου 9ιωδιούχα, αλκοούχα κλπ) με προτοποθετημένο σταθερό cuff σε διάορα μήκη από 24 έως 55 εκατοστά (19,23,27,31,3,50,cm tip to cuff). Το σετ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του: καθετήρα διπλού αυλού με ενδοαυλικό οδηγό, αποσχιζόμενο αγγειακό διαστολέα/οδηγό, αγγειακούς διαστολείς, τροκάρ, βελόνα παρακέντησης, συρμάτινο οδηγό, ειδικά πώματα κ.λ.π.</p> <p>Ακτινοσκιερός, κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση, CVVH κ.λ.π. Η παροχή αίματος να είναι περίπου 450 ml/min. Οι σφαγητιδικού να έχουν προ-κεκαμμένο κορμό U</p>	3 τεμ.	225,00 €
18	<p>Μόνιμος περιτοναϊκός καθετήρας τύπου Tenckhoff 15FR με δύο προ-τοποθετημένα σταθερά cuffs, μήκους 42cm(με οπές έγχυσης 15cm, απόσταση cuffs +/- 5cm). Να είναι κατασκευασμένος από βιο-συμβατό υλικό (σιλικόνη), αποστειρωμένος απυρετογόνος & ακτινοσκιερός. Η συσκευασία να περιλαμβάνει (καθετήρα, συνθετικό luer lock, κλιπ, καπάκι luer lock)</p>	2 τεμ.	520,00 €
19	<p>Σετ Διαδερμικής Τραχειοστομίας σε N.7 Σετ διαδερμικής τραχειοστομίας με μονό διαστολέα και οδηγό με οπή στο άκρο του, με την μέθοδο SELDINGER (latex free) Το σετ πρέπει</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να φέρει υδρόφιλο διαστολέα , ειδικά σχεδιασμένο για διαστολή σε ένα μόνο βήμα, με ειδική λαβή στο άνω μέρος ώστε να μην γλιστράει. -Να φέρει σωλήνα τραχειοστομίας 105° με αναρρόφηση πάνω από το cuff από διά θερμοευαίσθητο PVC υψηλής ποιότητας μη-τοξικό (latex free) με Cuffe Χαμηλής πίεσης –Μεγάλου όγκου , με κλίση 105° για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παροχής οξυγόνου. <p>α. Το κωνικό σχήμα του cuff να προσφέρει πλήρη στεγανοποίησης, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ευαίσθητων τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff, ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια πιθανού τραυματισμού.</p> <p>β. Το cuff να εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.</p> <p>γ. Το cuff να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα ενώ όταν το φουσκώνουμε, να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα, μακριά από τα τοιχώματα της</p>	2 τεμ.	460,00 €

	<p>τραχειάς, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της.</p> <p>δ. Το cuff να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμη και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση έχοντας από το N.7 έως το N.10 την ίδια διάμετρο.</p> <p>ε. Όταν ξεφουσκώνει, το cuff να εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.</p> <p>ζ. Το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.</p> <p>η. Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσής του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νούμερο έκπτωσης του cuff.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να φέρει δύο επαναρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες, στις οποίες να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και να εφαρμόζουν με << κλικ >> στην θέση τους, επιτρέποντας την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες). -Να φέρει ειδικό οδηγό, που κλειδώνει, εντός του σωλήνα τραχειοστομίας, για να εξασφαλίζει την ασφαλή και γρήγορη εισαγωγή στην τραχεία. Το δε άκρο του οδηγού να είναι στρογγυλεμένο και να λεπταίνει σταδιακά για να είναι ατραυματικό με ειδική οπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της μεθόδου Seldinger. -Να φέρει χειρουργικό νυστέρι για την τομή. - Να φέρει βελόνα 14G, με ενσωματωμένο οδηγό. -Να φέρει σύριγγα 10ml, ειδική για ανίχνευση του χώρου της τραχειάς. -Να φέρει ειδικό διαστολέα για την διάνοιξη των ιστών. -Να φέρει οδηγό σύρμα Seldinger, διπλού άκρου 50cm. -Να φέρει ειδικό λιπαντικό και γάζες για την τραχεία. -Να φέρει ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με μαλακές ίνες από nylon και μαλακές άκρες. -Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα Velcro, πολλαπλών χρήσεων για συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστομίας. 		
20	<p>Βελόνες πνευμοπεριτοναίου τ. verres μήκους 15 cm οποίες διαθέτουν οπτικό και ηχητικό δείκτη επιβεβαίωσης εισόδου στην περι/κή κοιλότητα καθώς και ξεχωριστό συνδετικό αερίων. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	30 τεμ.	213,00 €
21	<p>Χειριστής μήτρας μίας χρήσης</p> <ul style="list-style-type: none"> α) να παρέχει ασφάλεια β) να είναι ατραυματικός γ) να παρέχει ευρεία κινητοποίηση της μήτρας προς όλες τις κατευθύνσεις δ) να έχει ενσωματωμένο μπαλόνη για ενδομήτρια στερέωση 	5 τεμ.	550,00 €

	ε)να έχει μπαλόνη που να επιτρέπει διαφυγή πέρα από το περιτόναιο στ)να έχει αυλό για έλεγχο διαβατότητας σαλπίνγων ζ)να είναι εύχρηστος η)να ελέγχει απόλυτα τη μήτρα θ)να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του διαλύματος δια του τραχήλου στην έλεγχο βατότητας των σαλπίνγων ι)να υπάρχει δυνατότητα επιλογής colpotomy διαθέσιμα σε τρία μεγέθη κατάλληλα για υστεροκτομές		
	Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.		19.892,54 €

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
2. Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Εφόσον κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνουν στην προσφορά τους, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη**
Εφόσον δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να δηλώσουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. **Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
3. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
4. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη μέχρι ποσοστού 30%, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
6. **Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη για το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
7. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του ανά είδος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη για το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας.

8. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
9. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
10. Για τα είδη στις τεχνικές προδιαγραφές των οποίων αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων, τα σχετικά δείγματα προσκομίζονται με την υποβολή της προσφοράς. Σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Στην περίπτωση μη προσκόμιση δειγμάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις η προσφορά απορρίπτεται.
Η παράδοση των υλικών θα είναι άμεση από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών
11. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 19.892,54 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 24.499,75 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
12. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
13. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. **μέχρι την 15-02-2020. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
14. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
15. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
16. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να προσκομίσουν και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
- i. **Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης**, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τευχ.Β/02-10-09).
 - ii. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
 - iii. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου**¹ το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει

¹ Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α² του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.

- iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

17. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Νίκη Προκόπη	Σταύρος Παπαμακάριος	Οικονόμου Σεβασμία	Γεράσιμος Σιάσος Αν. Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

²Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».