



ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη
Τηλέφωνο: 210/72.86.411
FAX: 210/72.11.007
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28
E-mail: npokopi@aretaieio.uoa.gr

Αθήνα, 05-02-2020
Αρ. Πρωτ.: 129

Προς
Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 31-01-2020 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,(ΑΔΑ: 96ΒΗ46Ψ8Χ4-Ψ05)
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 79 (παρ. 2), 93, 118, 120 (παρ. 3) και 379 (παρ.3) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),
- iii. την υπ' αριθ. 249/289/04-02-2020 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 20REQ0006240842, ΑΔΑ:61ΓΩ46Ψ8Χ4-ΔΨΧ),
- iv. την υπ' αριθμ. 51/4-10-2019 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Εξειδίκευση αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 3867/Β'/21-10-2019),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών αναισθησιολογικού υλικού προς εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου εκτιμώμενης δαπάνης 19.498,50€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 24.178,14€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει της τιμής.**

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν **υποχρεωτικά**, μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE, μέχρι την **07-02-2020** ημέρα **Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.** Η εφαρμογή compareONE είναι προσβάσιμη στις εταιρείες – προμηθευτές του Νοσοκομείου αποκλειστικά **μέσω Internet** και απαιτείται η έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης. Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στο <https://register.marketsite.gr/>. **Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης ΔΕΝ χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια καθώς είναι ήδη καταχωρημένοι στην εφαρμογή. Η εγγραφή στις εφαρμογές της cosmoONE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για τους οικονομικούς φορείς.** Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με την εφαρμογή compareONE, οι οικονομικοί φορείς παρακαλούν όπως αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@cosmo-one.gr ή να καλέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της cosmoONE στο **210 2723360**.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες, όσον αφορά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Γεράσιμος Σιάσος Αν. Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Δ/ση Οικονομικού

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΙΣΙΑ ΛΕΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ
1	<p>Ηλεκτρόδια αυτοκόλλητα ΗΚΓ ενηλίκων διαμέτρου 5εκ. Να φέρουν κούμπωμα ασφαλείας και να είναι σε συσκευασία τέτοια που να μην επηρεάζεται από κλιματολογικές συνθήκες. Να έχουν υγρό ζέλε υποαλλεργικό, άριστη συγκόλληση και να μην ξεκολλούν όταν το σημείο συγκόλλησης ιδρώσει ή βραχεί. Αντιαλλεργικά, αφήνοντας το δέρμα να αναπνέει χωρίς πιθανότητα ερεθισμού. (απαιτείται η προσκόμιση 3 δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)</p>	10.000	490,00
2	<p>Transducers μονό Πλήρες σύστημα προσυναρμολογημένων συσκευών μιας χρήσης με ενσωματωμένο το chip(μετατροπή του συστήματος να γίνεται στο chip χωρίς μεσολάβηση μεμβρανών), τις προεκτάσεις υψηλής πίεσης σύνδεσης με τον καθετήρα και την συσκευή χορήγησης ηπαρινισμένου ορού. να διαθέτει σύστημα για τον έλεγχο του μορφομετατροπεία, των καλωδίων σύνδεσης και της βαθμονόμησης του παρακλίνιου μονιτορ και σύστημα εκκλύσης του κυκλώματος (flushing) με εφέλκυσμο ώστε να δίνεται η δυνατότητα έκλυσης υπό γωνίες έως και 360ο. Το σετ θα πρέπει να έχει ιδανική απόσβεση ταλάντωσης (damping) και να αποδεικνύεται με βιβλιογραφική (αναφορά) για μεγιστοποιήσεις της ακριβείας. να έχει δυνατότητα λειτουργίας όταν στηρίζεται σε στατο όσο κρατάται στο κρεβάτι. Επιπρόσθετα η εταιρεία να προμηθεύει τα απαιτούμενα καλώδια για σύνδεση με τα υπάρχοντα monitors.</p>	200	1.208,00
3	<p>Transducers διπλά Πλήρες σύστημα προσυναρμολογημένων συσκευών μιας χρήσης με ενσωματωμένο το chip(μετατροπή του συστήματος να γίνεται στο chip χωρίς μεσολάβηση μεμβρανών), τις προεκτάσεις υψηλής πίεσης σύνδεσης με τον καθετήρα και την συσκευή χορήγησης ηπαρινισμένου ορού. να διαθέτει σύστημα για τον έλεγχο του μορφομετατροπεία, των καλωδίων σύνδεσης και της βαθμονόμησης του παρακλίνιου μονιτορ και σύστημα εκκλύσης του κυκλώματος (flushing) με</p>	200	2.600,00

	<p>εφελκυσμο ώστε να δίνεται η δυνατότητα έκλυσης υπό γωνίες έως και 360ο.</p> <p>Το σετ θα πρέπει να έχει ιδανική απόσβεση ταλάντωσης (damping) και να αποδεικνύεται με βιβλιογραφική (αναφορά) για μεγιστοποιήσεις της ακριβείας.</p> <p>να έχει δυνατότητα λειτουργίας όταν στηρίζεται σε στατο όσο κρατάται στο κρεβάτι.</p> <p>Επιπρόσθετα η εταιρεία να προμηθεύει τα απαιτούμενα καλώδια για σύνδεση με τα υπάρχοντα monitors.</p>		
4	<p>Σταματοφαρυγγικού αεραγωγοί N.2 (29 cm) & N.3 (10cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να φέρει χρωματική ένδειξη ανάλογα με το νούμερο -Να είναι LATEX -FREE -Να είναι αποστειρωμένοι -Να είναι σκληροί και να μην κάμπτονται -Να έχουν επαρκές εύρος ώστε να περνάει με ευκολία ο καθετήρας αναρρόφησης. Η καμπυλότητα τους να προσαρμόζεται με εκείνη του στόματος. <p>N.2 -800 τεμ. & N.3-800 τεμ. (απαιτείται η προσκόμιση τριών δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)</p>	1.600	576,00
5	<p>Επεκτάσεις φλεβός LUER LOCK υψηλής πίεσης 150 εκ. αρσενικά -θηλυκά διαμέτρου 1,5mm, αποστειρωμένα διαφανή.</p> <p>(απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	900	306,00
6	<p>Φίλτρα αντιμικροβιακά Αντιμικροβιακά φίλτρα ύγρανσης – θέρμανσης</p> <p>Ασθενών με μικρό νεκρό χώρο 45ml, μικροβάρους 28γρ., με υποδοχή για σύνδεση με κοπνογράφο αποστειρωμένα με πιστοποιητικά MS2 ηπατίτιδας και AGE, τύπου HEPA υδρόφοβα.. Latex Free με προέκταση σπирαλ η οποία να αυξομειώνεται.</p>	800	1.504,00
7	<p>Στρόφιγγες 3way υψηλών πιέσεων, με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής μετά τη σύνδεση του σωλήνα. Να είναι λιποάντοχα. Να εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση, χωρίς διαρροές, σε κάθε περίπτωση. Να είναι κατάλληλα για εγχύσεις υπό πίεση. Αποστειρωμένα μ.Χ. , σε συσκευασία του ενός τεμαχίου. Σύνδεση lock , latex free, CE</p> <p>(απαιτείται η προσκόμιση 4 δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)</p>	3.000	1.140,00
8	<p>Στρόφιγγες 3way με προέκταση 10εκ. Να έχουν βιδωτό πώμα ασφαλείας αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία</p> <p>(απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	1.200	600,00

9	3way απλά. Να έχουν βιδωτό πώμα ασφαλείας. Να είναι σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένες. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	1.500	111,00
10	Πώματα στροφίγγων – φλεβοκαθετήρων, βιδωτά με ελαστική μεμβράνη στο κέντρο (LATEX υποαλλεργικό) για πολλαπλά τρυπήματα. Να είναι μίας χρήσεως αποστειρωμένα σε συσκευασία του ενός τεμαχίου	10.000	108,00
11	Κυκλώματα αναισθησίας μίας χρήσης σετ δύο σωλήνων 150-180 εκ. και ένας επιπλέον σωλήνας 150-180εκ. και ένας επιπλέον σωλήνας 120 εκ. με συνδετικό χωρίς υδατοπαγίδες αποστειρωμένα. Τα κυκλώματα να είναι προσαρμοσμένα στα εν χρήσει μηχανήματα του Νοσοκομείου. Να είναι κατασκευασμένα από διαφανές εξευγενισμένο PVC με εσωτερική λεία επιφάνεια για να μην κρατάει υδρατμούς, μεγάλης αντοχής. Να διαθέτει επιπλέον ασκό 2 λίτρων μαζί με τον ειδικό συνδετικό σωλήνα – κυκλώματα και γωνιώδες συνδετικό για τον τραχειοσωλήνα. Να είναι LATEX FREE & PTFE FREE.	150	1.320,00
12	Σωλήνες αναρρόφησης χωρίς ρύγχος άνω των 200 εκ., αποστειρωμένοι διαφανείς LATEX FREE, PTFE FREE. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	800	544,00
13	Κουβέρτες άνω σώματος θερμαινόμενες μίας χρήσης. Να είναι ανθεκτικές, να μην καίγονται, σκίζονται και τρίβονται, αδιάβροχες, όταν έρχονται σε επαφή με το αίμα, όχι πλαστικές από υλικό non-woven. Να διαχέουν ισομερώς τη θερμότητα σε όλη την επιφάνεια. με ενσωματωμένη διαφανή κάλυψη κεφαλής. αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης και εκατέρωθεν υποδοχές σωλήνα θέρμανσης. με αποσπώμενα κορδόνια για επικουρική στήριξη στα άκρα.	80	448,00
14	Κουβέρτες θερμαινόμενης ολικής κάλυψης Κουβέρτες ολόσωμες θερμαινόμενες κουβέρτες θέρμανσης ενηλίκων ολόσωμες μιας χρήσης. Να είναι ανθεκτικές, να μην καίγονται, σκίζονται και τρίβονται, αδιάβροχες, όταν έρχονται σε επαφή με το αίμα, όχι πλαστικές από υλικό non-woven. Ο μειοδότης θα είναι υποχρεωμένος να παραχωρήσει σαν συνοδό εξοπλισμό πέντε (5) συσκευές θέρμανσης, οι οποίες θα παραμείνουν στο Νοσοκομείο μέχρι την ημερομηνία ανάλωσης της ζητούμενης ποσότητας της σύμβασης να προσφέρει χωρίς χρέωση τις απαιτούμενες μονάδες διαχείρισης της θερμοκρασίας. Για τα είδη με α/α 13 & 14 θα αναδειχθεί συνολικά ένας μειοδότης	80	488,00

15	<p>Μάσκα venturi οξυγόνου ενηλίκων Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο, καθαρό, μαλακό και ελαφρύ πλαστικό. Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής με ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και επιρρίνιο ταινία αλουμινίου. Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη για να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπων. Επίσης να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο και να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία για την συγκράτηση στην κεφαλή. Η μάσκα ακόμα να συνδέεται με κρικοειδή σωλήνα ,διαμέτρου 20-22mm περίπου και μήκους 15-17cm. Να υπάρχει βαλβίδα venture (ενσωματωμένη πάνω στη μάσκα) παροχής οξυγόνου 24%-26%-28%-31%-35%-40%-50%-60%, να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα 1,80m και άνω και να συνδέεται με οποιοδήποτε ροόμετρο. Να έχει ασφαλή και ακριβή χρήση και να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία. ο σωλήνας τέλος να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90ο να μην διακόπτεται η παροχή οξυγόνου, latex free, ptfe free. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	800	480,00
16	<p>Μάσκες nebulizer Μασκα νεφελοποίησης φαρμάκων από εξευγενισμένο διαφανές υποαλλεργικό pvc για ιατρική χρήση. Κατάλληλες για χορήγηση οξυγόνου με δυνατότητα επιπρόσθετης χορήγησης φαρμάκων μέσω νεφελοποιητή. Με ειδικό υγραντήρα νεφελοποίησης. με επιρρίνιο μεταλλικό έλασμα καθώς και λάστιχο για την σταθερή στερέωση στο πρόσωπο του ασθενή. με στρογγυλεμένη ανατομική επιφάνεια για την καλύτερη επαφή με το πρόσωπο του ασθενή. Με σωλήνα παροχής οξυγόνου που δεν τσακίζει μήκους 1,80m. Για έναν ασθενή και μιας χρήσης. latex free. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	500	270,00
17	Ρινικά γυαλάκια οξυγόνου	500	65,00
18	<p>Ενδροταχειακοί σωλήνες με αεροθάλαμο και MURPHY EYE με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: -Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο pvc, μη τοξικό (latex free), με ομαλή εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. -να υπάρχει δυνατότητα επιλογής διάφανου η σιλικοναρισμένου p.v.c. με ακτινοσκιερή γραμμή.</p>	350	346,50 €

	<p>-Επάνω στον οδηγό (pilot) πλήρωσης του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και η διάμετρος εκπτώσης του cuff για ευκρινή έλεγχο.</p> <p>-Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά ο σωλήνας στους 37ο να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς</p> <p>- Το cuff να είναι αρκετά ευένδοτο, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.</p> <p>-το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (pilot) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής, και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει πρέπει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.</p> <p>-Το cuff να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ενώ παράλληλα να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας,ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της.</p> <p>-Ο σωλήνας του αεροθαλάμου να διαθέτει μαύρη γραμμή που να αντίστοιχη περίπου στη γλωττίδα, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση του αεροθαλάμου κάτωθι των φωνητικών χορδών. N. 7-150 τεμ., N. 7,5 - 100 τεμ. & N. 8-100 τεμ. - (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>		
19	<p>Ενδοτραχειακοί σωλήνες σπινάλ, ατραυματικοί με καφ κωνικού μεγάλου όγκου, χαμηλής πίεσης (HI-LO), για στοματική και ρινική χρήσης με μεταλλικό έλασμα, που αποτρέπει το σωλήνα να διπλώνει 100%, από σιλικόνη, ώστε να διευκολύνει την είσοδο του καθετήρα, ακτινοσκοπικοί, διαφανοί, αποστειρωμένοι με ειδική σήμανσης βάθους LATEX FREE. . N. 7-10 τεμ., N. 7,5 -100 τεμ. & N. 8-10 τεμ. - (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	30	324,00
20	<p>Σετ ραχιαίας και επισκληριδίου αναισθησίας N.18 Πλήρες σετ συνδυασμένης αναισθησίας με δυνατότητα συστήματος κλειδώματος (latex free) αποτελούμενο από :</p> <p>-Βελόνα υπαραχνοειδους (ραχιαίας) αναισθησίας ατραυματικές pencil point 27g μη τοξική. (latex free), μήκους 110cm.</p> <p>-η βελόνα ραχιαίας να κλειδώνει με ασφάλεια στη βελόνα επισκληριδίου και να είναι pencil point ατραυματική.</p> <p>-Να φέρουν στυλεο από ανοξείδωτο ατσάλι.</p> <p>-Να επιτρέπει ευχερώς τη ροη.</p> <p>-Να φέρει ατραυματικο άκρο και πλάγια οπή, κοντά στο άκρο της βελόνας.</p> <p>-Να φέρει διαφανή δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του</p>	100	3.600,00

<p>ενυ.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να φέρει στυλεους με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους. -Να διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής για διευκόλυνση της εισαγωγής της βελόνας της ραχιαίας. -Να είναι latex free -το μέγεθος να είναι 18gx27g <p>Βελόνα επισκληριδίου αναισθησίας tuohy 18g (latex free) οι βελόνες επισκληριδίου αναισθησίας tuohy πρέπει:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να φέρουν ατραυματικό άκρο. -Να φέρουν ενσωματωμένε αποσπώμενο πλαστικό στυλεό. -Να φέρουν αποσπώμενα πτερύγια . -Να είναι βαθμονομημένες ανά 10 mm. -αποστειρωμένες, μιας χρήσεως - Να είναι διαθέσιμες σε Νο 18g, με μήκος 90mm -να είναι latex free <p>Καθετήρα επισκληριδίου αναισθησίας 18 (latex free) ο καθετήρας πρέπει:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να είναι κατασκευασμένος από διάφανο υλικό έτσι ώστε να παρέχει διαύγεια, αντοχή και αντίσταση στο τσάκισμα (kinking) -Να έχει κλειστό άκρο -με 3 πλάγιες, σε κοντινή απόσταση από το άκρο. -Να φέρει στρογγυλεμένο, ατραυματικό άκρο που ελαχιστοποιεί τους τραυματισμούς κατά την εισαγωγή. -Ο καθετήρας πρέπει να είναι ιστοσυμβατός και να φέρει ειδική σήμανση του άκρου του. -Να φέρει διαβάθμιση ανά 1cm για να διευκολύνει την ακριβή τοποθέτηση του καθετήρα -Να παρέχει ανεμπόδιστη και σταθερή ροη. -Να φέρει συνδετικό ασφάλειας luer lock, που δεν εμποδίζει την ροη των υγρών. -να είναι latex free -Να είναι διαθέσιμος σε Νο. 18g <p>σύριγγα επισκληριδίου αναισθησίας χωρίς αντίσταση (latex free) Η σύριγγα πρέπει:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να είναι χωρίς αντίσταση στην τεχνική απώλειας αντίστασης -Να παρέχει άριστη ευαισθησία στην ανίχνευση του επισκληριδίου χώρου -Να φέρει διαβάθμιση για να δείχνει την πρόοδο του εμβόλου -Να είναι κατάλληλη για χρήση στην τεχνική με αέρα και στην τεχνική με φυσιολογικό ορό -Να είναι latex free <p>φίλτρο επισκληριδίου αναισθησίας (επίπεδο) (latex free) epidural filters, flat, with luer lock connection</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>το φίλτρο πρέπει:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να φέρει υδρόφιλη μεμβράνη, υψηλής διηθητικής ικανότητας μέχρι 0,2μm. -Να φέρει συνδετικά ασφαλείας luer lock (male & female) -Να είναι επίπεδο για την μέγιστη άνεση του ασθενούς -Να είναι διάφανο -Να είναι κατάλληλο για χρήση 96 ωρών -Να είναι latex free -Να φέρει σύστημα κλειδώματος πάνω στο luer-lock 		
21	<p>Προέκταση με φίλτρο 0,2 με μονοδρομή, ανεπιστροφική βαλβίδα για την αποφυγή επιστροφής φαρμάκου κατ' επέκταση την ασφάλεια του ασθενούς και δυνατότητα σύνδεση με την αντλία CADD-LEGACY</p>	100	1.290,00
22	<p>Κασέτα 100ml έγχυσης φαρμάκων την αντλία CADD-LEGACY που μπορεί να κλειδωθεί πάνω στην αντλία ώστε να είναι ασφαλές το φάρμακο που χορηγείται και να είναι εύκολο για τη μεταφορά του. Για τα είδη με α/α 21 & 22 θα αναδειχθεί συνολικά ένας μειοδότης</p>	48	1.680,00
	<p>Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.</p>		19.498,50€

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE και προσφέρουν υποχρεωτικά το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας του Νοσοκομείου. Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσφορά της ακριβής συνολικής αιτούμενης ποσότητας του νοσοκομείου, λόγω αδυναμίας σπασίματος της συσκευασίας, τότε οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη από την αιτούμενη ποσότητα προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται σε ακέραιες προσφερόμενες συσκευασίες.
2. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής compareONE συνυποβάλλονται ως συνημμένα έγγραφα η τεχνικοοικονομική προσφορά των προσφερομένων ειδών και οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 4 της παρούσας.
3. Στην τεχνικοοικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, η προσφερόμενη ποσότητα (αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην περίπτωση 1 της παρούσας), πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
4. Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Εφόσον κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνουν στην προσφορά τους, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρξει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
Εφόσον δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να δηλώσουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. **Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου**

έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
6. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη μέχρι ποσοστού 30%, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
8. **Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
9. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του ανά μονάδα μέτρησης του είδους, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη.
10. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
11. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
12. Για τα είδη στις τεχνικές προδιαγραφές των οποίων αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων, τα σχετικά δείγματα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που αναφέρεται στην παρούσα. Σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Στην περίπτωση μη προσκόμισης δειγμάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις η προσφορά απορρίπτεται. Η παράδοση των υλικών θα είναι άμεση από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.
13. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 19.498,50 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 24.178,14 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
14. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
15. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. **μέχρι την 07-02-2020. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
16. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
17. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
18. Οι μειοδότες οικονομικοί φορείς θα κληθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου να προσκομίσουν, πριν την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:

- i. **Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης**, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τεύχ.Β/02-10-09).
- ii. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.

- iii. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** ή **οποιοδήποτε** προσώπου¹ το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α² του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.

- iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Αν ο μειοδότης οικονομικός φορέας δεν προσκομίζει τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου τότε η προσφορά αυτού απορρίπτεται και η αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου θα ζητήσει την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών από τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη οικονομικό φορέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που ο επόμενος κατά σειρά μειοδότης οικονομικός φορέας δεν προσκομίζει τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση που κανένας μειοδότης οικονομικός φορέας δεν προσκομίζει τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου τότε η παρούσα διαδικασία προμήθειας ματαιώνεται.

19. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Νίκη Προκόπη	Σταύρος Παπαμακάριος	Οικονόμου Σεβασμία	Γεράσιμος Σιάσος Αν. Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

¹ Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

²Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».