



**ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη
Τηλέφωνο: 210/72.86.411
FAX: 210/72.11.007
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28
E-mail: npokopi@aretaieio.uoa.gr

Αθήνα, 22-04-2020
Αρ. Πρωτ.:542

Προς
Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 26-03-2020 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 79 (παρ. 2), 93, 118, 120 (παρ. 3) και 379 (παρ.3) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),
- iii. την υπ' αριθ. 701/987/21-04-2020 απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 20REQ006593013, ΑΔΑ: C4FJ46C8X4-FR6),
- iv. την υπ' αριθμ. 51/4-10-2019 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Εξειδίκευση αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 3867/Β'/21-10-2019),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών υγειονομικού υλικού προς εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου εκτιμώμενης δαπάνης 19.455,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 23.981,20€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει της τιμής**.

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν **υποχρεωτικά**, μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE, μέχρι την **27-04-2020** ημέρα **Δευτέρα ώρα 14:30 μ.μ.** Η εφαρμογή compareONE είναι προσβάσιμη στις εταιρείες – προμηθευτές του Νοσοκομείου αποκλειστικά **μέσω Internet** και απαιτείται η έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης. Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στο <https://register.marketsite.gr/>. **Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης ΔΕΝ χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια καθώς είναι ήδη καταχωρημένοι στην εφαρμογή. Η εγγραφή στις εφαρμογές της cosmoONE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για τους οικονομικούς φορείς.** Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με την εφαρμογή compareONE, οι οικονομικοί φορείς παρακαλούν όπως αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@cosmo-one.gr ή να καλέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της cosmoONE στο **210- 2723360**.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες, όσον αφορά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Γεράσιμος Σιάσος Αν. Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Δ/ση Οικονομικού

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ
1	Αποστειρωμένη αυτοκόλλητη μεμβράνη δέρματος για αποφυγή μολύνσεων σε λαπαροτομίες μεγάλο μέγεθος 60Χ35 περίπου	100	220,00 €
2	Προστατευτικό επίθεμα οφθαλμών για την αποφυγή της ξήρανσης και του περιορισμού των εκδορών του κερατοειδούς, κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας. Διαστάσεων 5,3Χ3,3cm και απολήξεις μήκους 1cm στην άνω πλευρά και μήκους 2cm στην κάτω πλευρά, που να βοηθούν στην τοποθέτηση χωρίς άγγιγμα. Να είναι Latex free από πολυαιθυλένιο, διαφανές, να παρέχεται άμεση οπτική θεώρηση των ματιών.	100	595,00 €
3	Ετικέτες ιχνηλασιμότητας με ισχυρή κόλλα.(σύμφωνα με εν 554 και 556). Η αυτοκόλλητη ταινία να έχει 3 γραμμές για να μπορεί να αναγραφεί ο αριθμός του κλιβάνου και του κλιβανισμού, η ημερομηνία συσκευασίας και η ημερομηνία λήξεως. Να είναι διπλής επικόλλησης ώστε μετά τη χρήση των υλικών, να καλούνται στο φάκελο του ασθενούς, ώστε να επιτυγχάνεται η ιχνηλασιμότητα του αποστειρωμένου φορτιού. Οι ετικέτες να είναι αυτοκόλλητες, ειδικής κατασκευής ώστε να μην αλλοιώνονται σε συνθήκες αποστείρωσης(υψηλή θερμοκρασία, υγρασία). Οι ετικέτες να διαθέτουν χρωματικό χημικό δείκτη που μεταβάλλει το χρώμα του όταν έχει περάσει από διαδικασία αποστείρωσης με ατμό. η μεταβολή του χρώματος να παραμείνει αναλλοίωτη τουλάχιστον για 5 χρόνια. (να παρέχεται βεβαίωση εργοστασίου). Το μελάνι της συσκευής να είναι υψηλής αντοχής ώστε να μην αλλοιώνονται τα αναγραφόμενα στοιχεία εξαιτίας υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας. να περιλαμβάνεται στην προσφορά του συστήματος. Η μειοδότητρια εταιρεία υποχρεούται να παραχωρήσει στο νοσοκομείο, ως συνοδό εξοπλισμό, 1 αυτόματη συσκευή επικόλλησης ετικετών.	20.000	360,00 €
4	Λεπίδες μικροτόμου μιας χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 80MM. Αρίστης ποιότητας, με δυνατότητα λήψης συνεχών τομών	1.500	2.475,00 €
5	Δειγματολήπτης βιοψίας (pipette) κιουρετα με δύο οπές, διαμέτρου 2,0-2,5mm και εξωτερική διάμετρος 3,1mm	100	690,00 €

6	<p>Αισθητήρας δαχτύλου μ.χ., για την συνεχή μη επεμβατική μέτρηση της καρδιακής παροχής (co) καρδιακού δείκτη (ci), όγκου παλμού (sv), δείκτη όγκου παλμού (svi), μεταβολής του όγκου παλμού (svv), συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων (svr) και</p> <p>Αρτηριακής πίεσης χωρίς βαθμονόμηση.</p> <p>Ο αισθητήρας θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα αυτομάτου υπολογισμού της απόστασης από τον φλεβοστατικό άξονα του ασθενή για μεγιστοποίηση της ακρίβειας, να εφαρμόζει με scratch, ώστε να είναι δυνατή η επανατοποθέτηση αν δεν έχει γίνει σωστή εφαρμογή.</p> <p>Να εφαρμόζει στο μηχάνημα vigileo IV 1000 που βρίσκεται στα χειρουργεία του Νοσοκομείου μας μέγεθος Large</p>	10	1.700,00 €
7	<p>Αισθητήρας δαχτύλου μ.χ., για την συνεχή μη επεμβατική μέτρηση της καρδιακής παροχής (co) καρδιακού δείκτη (ci), όγκου παλμού (sv), δείκτη όγκου παλμού (svi), μεταβολής του όγκου παλμού (svv), συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων (svr) και</p> <p>Αρτηριακής πίεσης χωρίς βαθμονόμηση.</p> <p>Ο αισθητήρας θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα αυτομάτου υπολογισμού της απόστασης από τον φλεβοστατικό άξονα του ασθενή για μεγιστοποίηση της ακρίβειας, να εφαρμόζει με scratch, ώστε να είναι δυνατή η επανατοποθέτηση αν δεν έχει γίνει σωστή εφαρμογή.</p> <p>Να εφαρμόζει στο μηχάνημα vigileo IV 1000 που βρίσκεται στα χειρουργεία του Νοσοκομείου μας μέγεθος small</p>	15	2.550,00 €
8	<p>Σετ ραχιαίας και επισκληριδίου αναισθησίας N.18</p> <p>Πλήρες σετ συνδυασμένης αναισθησίας με δυνατότητα συστήματος κλειδώματος (latex free) αποτελούμενο από :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Βελόνα υπαραχοειδους (ραχιαίας) αναισθησίας ατραυματικές pencil point 27g μη τοξική. (latex free), μήκους 110cm. -η βελόνα ραχιαίας να κλειδώνει με ασφάλεια στη βελόνα επισκληριδίου και να είναι pencil point ατραυματική. -Να φέρουν στυλεο από ανοξείδωτο ατσάλι. -Να επιτρέπει ευχερώς τη ροή. -Να φέρει ατραυματικό άκρο και πλάγια οπή, κοντά στο άκρο της βελόνας. -Να φέρει διαφανή δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ενυ. -Να φέρει στυλεους με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους. -Να διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής για διευκόλυνση της εισαγωγής της βελόνας της ραχιαίας. -Να είναι latex free -το μέγεθος να είναι 18gx27g <p>Βελόνα επισκληριδίου αναισθησίας tuohy 18g (latex free)</p> <p>οι βελόνες επισκληριδίου αναισθησίας tuohy πρέπει:</p>	100	3.600,00 €

- Να φέρουν ατραυματικό άκρο.
- Να φέρουν ενσωματωμένη αποσπώμενο πλαστικό στυλεό.
- Να φέρουν αποσπώμενα πτερύγια .
- Να είναι βαθμονομημένες ανά 10 mm.
- αποστειρωμένες, μιας χρήσεως
- Να είναι διαθέσιμες σε Νο 18g, με μήκος 90mm
- να είναι latex free

Καθετήρα επισκληριδίου αναισθησίας 18 (latex free)
ο καθετήρας πρέπει:

- Να είναι κατασκευασμένος από διάφανο υλικό έτσι ώστε να παρέχει διαύγεια, αντοχή και αντίσταση στο τσάκισμα (kinking)
- Να έχει κλειστό άκρο
- με 3 πλάγιες, σε κοντινή απόσταση από το άκρο.
- Να φέρει στρογγυλεμένο, ατραυματικό άκρο που ελαχιστοποιεί τους τραυματισμούς κατά την εισαγωγή.
- Ο καθετήρας πρέπει να είναι ιστοσυμβατός και να φέρει ειδική σήμανση του άκρου του.
- Να φέρει διαβάθμιση ανά 1cm για να διευκολύνει την ακριβή τοποθέτηση του καθετήρα
- Να παρέχει ανεμπόδιστη και σταθερή ροή.
- Να φέρει συνδετικό ασφάλειας luer lock, που δεν εμποδίζει την ροή των υγρών.
- να είναι latex free

-Να είναι διαθέσιμος σε Νο. 18g
σύριγγα επισκληριδίου αναισθησίας χωρίς αντίσταση (latex free)

Η σύριγγα πρέπει:

- Να είναι χωρίς αντίσταση στην τεχνική απώλειας αντίστασης
- Να παρέχει άριστη ευαισθησία στην ανίχνευση του επισκληριδίου χώρου
- Να φέρει διαβάθμιση για να δείχνει την πρόοδο του εμβόλου
- Να είναι κατάλληλη για χρήση στην τεχνική με αέρα και στην τεχνική με φυσιολογικό ορό
- Να είναι latex free

φίλτρο επισκληριδίου αναισθησίας (επίπεδο) (latex free)

epidural filters, flat, with luer lock connection

το φίλτρο πρέπει:

- Να φέρει υδρόφιλη μεμβράνη, υψηλής διηθητικής ικανότητας μέχρι 0,2μm.
- Να φέρει συνδετικά ασφαλείας luer lock (male & female)
- Να είναι επίπεδο για την μέγιστη άνεση του ασθενούς
- Να είναι διάφανο
- Να είναι κατάλληλο για χρήση 96 ωρών
- Να είναι latex free
- Να φέρει σύστημα κλειδώματος πάνω στο luer-lock

9	Καθετήρας Pig tail 4fr - 110cm	100	1.300,00 €
---	--------------------------------	-----	------------

10	Θηκάρια αγγειογραφίας 4fr -11 cm πλαστικά με διαστολέα αιμοστατική βαλβίδα και οδηγό	100	790,00 €
11	Στρόφιγγες 3way με προέκταση 50εκ. Να έχουν βιδωτό πάμα ασφαλείας αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	900	450,00 €
12	Κασέτα 100ml έγχυσης φαρμάκων την αντλία CADD-LEGACY που μπορεί να κλειδωθεί πάνω στην αντλία ώστε να είναι ασφαλές το φάρμακο που χορηγείται και να είναι εύκολο για τη μεταφορά του. Για τα είδη με α/α 21 & 22 θα αναδειχθεί συνολικά ένας μειοδότης	48	1.680,00 €
13	Προέκταση με φίλτρο 0,2 με μονοδρομή, ανεπιστροφική βαλβίδα για την αποφυγή επιστροφής φαρμάκου κατ' επέκταση την ασφάλεια του ασθενούς και δυνατότητα σύνδεση με την αντλία CADD-LEGACY Για τα είδη με α/α 12 & 13 θα αναδειχθεί συνολικά ένας μειοδότης	50	645,00 €
14	Συνδεδετικά αναρρόφησης και παροχέτευσης με οπή μη αποστειρωμένο διαστάσεων περίπου 7X7εκ.	200	100,00 €
15	Σετ Διαδερμικής Τραχειοστομίας σε N.7 Σετ διαδερμικής τραχειοστομίας με μονό διαστολέα και οδηγό με οπή στο άκρο του, με την μέθοδο SELDINGER (latex free) Το σετ πρέπει -Να φέρει υδρόφιλο διαστολέα , ειδικά σχεδιασμένο για διαστολή σε ένα μόνο βήμα, με ειδική λαβή στο άνω μέρος ώστε να μην γλιστράει. -Να φέρει σωλήνα τραχειοστομίας 105° με αναρρόφηση πάνω από το cuff από διάθερμοευαίσθητο PVC υψηλής ποιότητας μη-τοξικό (latex free) με Cuff Χαμηλής πίεσης –Μεγάλου όγκου , με κλίση 105° για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παροχής οξυγόνου. α. Το κωνικό σχήμα του cuff να προσφέρει πλήρη στεγανοποίησης, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ευαίσθητων τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff, ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια πιθανού τραυματισμού. β. Το cuff να εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. γ. Το cuff να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα ενώ όταν το φουσκώνουμε, να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα, μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της. δ. Το cuff να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμη και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο	10	2.300,00 €

	<p>σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση έχοντας από το N.7 έως το N.10 την ίδια διάμετρο.</p> <p>ε. Όταν ξεφουσκώνει , το cuff να εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση , ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.</p> <p>ζ. Το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT)με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.</p> <p>η. Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσής του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νούμερο έκπτυξης του cuff.</p> <p>-Να φέρει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες, στις οποίες να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και να εφαρμόζουν με << κλικ>> στην θέση τους, επιτρέποντας την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες).</p> <p>-Να φέρει ειδικό οδηγό, που κλειδώνει , εντός του σωλήνα τραχειοστομίας , για να εξασφαλίζει την ασφάλη και γρήγορη εισαγωγή στην τραχεία. Το δε άκρο του οδηγού να είναι στρογγυλεμένο και να λεπταίνει σταδιακά για να είναι ατραυματικό με ειδική οπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της μεθόδου Seldinger.</p> <p>-Να φέρει χειρουργικό νυστέρι για την τομή.</p> <p>- Να φέρει βελόνα 14G, με ενσωματωμένο οδηγό.</p> <p>-Να φέρει σύριγγα 10ml, ειδική για ανίχνευση του χώρου της τραχείας.</p> <p>-Να φέρει ειδικό διαστολέα για την διάνοιξη των ιστών.</p> <p>-Να φέρει οδηγό σύρμα Seldinger, διπλού άκρου 50cm.</p> <p>-Να φέρει ειδικό λιπαντικό και γάζες για την τραχεία.</p> <p>-Να φέρει ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με μαλακές ίνες από nylon και μαλακές άκρες.</p> <p>-Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα Velcro, πολλαπλών χρήσεων για συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστομίας</p>		
	Συνολικός κόστος χωρίς Φ.Π.Α.		19.455,00

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE και προσφέρουν υποχρεωτικά το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας του Νοσοκομείου. Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσφορά της ακριβής συνολικής αιτούμενης ποσότητας του νοσοκομείου, λόγω αδυναμίας σπασίματος της συσκευασίας, τότε οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη από την αιτούμενη ποσότητα προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται σε ακέραιες προσφερόμενες συσκευασίες.
2. **Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής compareONE συνυποβάλλονται ως συνημμένα έγγραφα η τεχνικοοικονομική προσφορά των προσφερομένων ειδών και οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 4 της παρούσας.**
3. Στην τεχνικοοικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, η προσφερόμενη ποσότητα (αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα

στην περίπτωση 1 της παρούσας), πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.

4. Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Εφόσον κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνουν στην προσφορά τους, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρξει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
Εφόσον δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να δηλώσουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. **Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
5. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
6. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη μέχρι ποσοστού 30%, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
8. **Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
9. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του ανά μονάδα μέτρησης του είδους, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη.
10. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
11. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
12. Σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Στην περίπτωση μη προσκόμισης δειγμάτων η προσφορά απορρίπτεται.
Η παράδοση των υλικών θα είναι άμεση από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.
13. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 19.455,0 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 23.981,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
14. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
15. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την **26-06-2020. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
16. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
17. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του

υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.

18. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:

- i. **Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης**, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τεύχ.Β/02-10-09).
- ii. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
- iii. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου**¹ το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α² του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
- iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

19. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Προσφορές που δεν πληρούν τα αναφερόμενα στην παρούσα απορρίπτονται.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Νίκη Προκόπη	Σταύρος Παπαμακάριος	Οικονόμου Σεβασμία	Γεράσιμος Σιάσος Αν. Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

¹ Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

²Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».