



**ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη
Τηλέφωνο: 210/72.86.411
FAX: 210/72.11.007
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28
E-mail: nprokopi@aretaieio.uoa.gr

Αθήνα, 09-06-2020
Αρ. Πρωτ.: 765

Προς
Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 28-05-2020 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου, (ΑΔΑ:Ψ14Ψ46Ψ8Χ4-4Ε5)
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 79 (παρ. 2), 93, 118, 120 (παρ. 3) και 379 (παρ.3) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),
- iii. την υπ' αριθ. 871/1338/05-06-2020 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 20REQ006828978, ΑΔΑ:ΩΜΦ246Ψ8Χ4-3ΡΦ)
- iv. την υπ' αριθμ. 51/4-10-2019 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Εξειδίκευση αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 3867/Β'/21-10-2019),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών υγειονομικού υλικού εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου εκτιμώμενης δαπάνης 19.989,30€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 24.643,73€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει της τιμής.**

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν **υποχρεωτικά**, μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE, μέχρι την **12-06-2020** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:30 μ.μ.** Η εφαρμογή compareONE είναι προσβάσιμη στις εταιρείες – προμηθευτές του Νοσοκομείου αποκλειστικά **μέσω Internet** και απαιτείται η έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης. Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στο <https://register.marketsite.gr/>. **Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης ΔΕΝ χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια καθώς είναι ήδη καταχωρημένοι στην εφαρμογή. Η εγγραφή στις εφαρμογές της cosmoONE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για τους οικονομικούς φορείς.** Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με την εφαρμογή compareONE, οι οικονομικοί φορείς παρακαλούν όπως αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@cosmo-one.gr ή να καλέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της cosmoONE στο **210 2723360**.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες, όσον αφορά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Γεράσιμος Σιάσος Αν. Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Δ/ση Οικονομικού

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ
1	<p>Βιολογικοί δείκτες για κλίβανο ατμού σε αμπούλες σπόρου <i>B.stearothermophilus</i>. να είναι κατάλληλοι για κύκλους αποστείρωσης 121ο και 134ο. Να δίνει αποτέλεσμα το αργότερο σε 24 ώρες. Να προσφέρονται επωαστήρες με δυνατότητα οπτικής ένδειξης των αποτελεσμάτων αποστείρωσης, για την εφαρμογή των δεικτών. να γίνεται χρήση συσκευής pcd (process challenge device) η οποία να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EN 58921. Η συσκευή pcd να είναι κατάλληλη και για την ανίχνευση της διεισδυτικότητας του ατμού του κλιβάνου όλων των τύπων τα εργαλεία (ακόμη και σε αυλοειδή και σωληνωτά εργαλεία) . Σύμφωνα με EN 867-5. Τα αποτελέσματα του βιολογικού δείκτη να είναι ευδιάκριτα, εύκολης και άμεσης ερμηνείας και η χρωματική αλλαγή να παραμένει μόνιμα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EN 58921</p>	100	250,00 €
2	<p>Αντικειμενοφόρες πλάκες πολύ καλά τροχισμένες, εσφυρισμένες με ματ πλαίσιο και προπλυμένες διαστάσεων κατά προτίμηση 26X75X1.0MM και συσκευασία των 50-100 τεμαχίων (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	5.000	100,00 €
3	<p>Στηρίγματα τραχειοσωλήνων Α) Στηρικτικά τραχειοστομίας και τραχειοσωλήνων, αποστειρωμένα, μιας χρήσης, από υλικό που να μην ερεθίζει το δέρμα με σταθεροποίηση στο επιθυμητό σημείο για όλους τους σωλήνες. β) να προσφέρει και επίδεμα τραχειοστομίας με οπή, μεγάλης απορροφητικότητας, αποστειρωμένο, μιας χρήσης. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	50	100,00 €
4	<p>Ρύγχη αναρρόφησης & εγχύσεων πολλαπλών χρήσεων. Να αποτελείται από εύκαμπτο πώμα, συνδετικό προστασίας από επαφές, ενσωματωμένη βαλβίδα και φίλτρο αέρα για μέγιστη προστασία από μολύνσεις. Ενσωματωμένη βαλβίδα, η οποία εμποδίζει</p>	100	75,00 €

	<p>τη διαρροή διαλύματος κατά την αποσύνδεση της σύριγγας Εύκολος χειρισμός και αρίστη υγιεινής για επαναλαμβανόμενες αναρρόφησης υγρών κατάλληλο για όλες τις φιάλες χωρητικότητας 3-1000ml (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>		
5	<p>Κασέτες έγχυσης φαρμάκων Κασέτα 100ml έγχυσης φαρμάκων την αντλία CADD-LEGACY που μπορεί να κλειδωθεί πάνω στην αντλία ώστε να είναι ασφαλές το φάρμακο που χορηγείται και να είναι εύκολο για τη μεταφορά του.</p>	48	1.680,00 €
6	<p>Πρόεκταση με φίλτρο 0,2 με μονοδρομή, ανεπιστροφική βαλβίδα για την αποφυγή επιστροφής φαρμάκου κατ' επέκταση την ασφάλεια του ασθενούς και δυνατότητα σύνδεση με την αντλία CADD-LEGACY Για τα είδη με α/α 5 & 6 θα αναδειχθεί συνολικά ένας μειοδότης</p>	50	645,00 €
7	<p>Σετ ραχιαίας και επισκληριδίου αναισθησίας N.18 Πλήρες σετ συνδυασμένης αναισθησίας με δυνατότητα συστήματος κλειδώματος (latex free) αποτελούμενο από :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Βελόνα υπαραχνοειδους (ραχιαίας) αναισθησίας ατραυματικές pencil point 27g μη τοξική. (latex free), μήκους 110cm. -η βελόνα ραχιαίας να κλειδώνει με ασφάλεια στη βελόνα επισκληριδίου και να είναι pencil point ατραυματική. -Να φέρουν στυλεο από ανοξείδωτο ατσάλι. -Να επιτρέπει ευχερώς τη ροή. -Να φέρει ατραυματικό άκρο και πλάγια οπή, κοντά στο άκρο της βελόνας. -Να φέρει διαφανή δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ενυ. -Να φέρει στυλεους με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους. -Να διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής για διευκόλυνση της εισαγωγής της βελόνας της ραχιαίας. -Να είναι latex free -το μέγεθος να είναι 18gx27g <p>Βελόνα επισκληριδίου αναισθησίας tuohy 18g (latex free) οι βελόνες επισκληριδίου αναισθησίας tuohy πρέπει:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να φέρουν ατραυματικό άκρο. -Να φέρουν ενσωματωμένε αποσπώμενο πλαστικό στυλεό. -Να φέρουν αποσπώμενα πτερύγια . -Να είναι βαθμονομημένες ανά 10 mm. -αποστειρωμένες, μιας χρήσεως 	100	3.900,00 €

- Να είναι διαδέσιμες σε No 18g, με μήκος 90mm
- να είναι latex free

Καθετήρα επισκληριδίου αναισθησίας 18 (latex free)

ο καθετήρας πρέπει:

- Να είναι κατασκευασμένος από διάφανο υλικό έτσι ώστε να παρέχει διαύγεια, αντοχή και αντίσταση στο τσάκισμα (kinking)

- Να έχει κλειστό άκρο

- με 3 πλάγιες, σε κοντινή απόσταση από το άκρο.

- Να φέρει στρογγυλεμένο, ατραυματικό άκρο που ελαχιστοποιεί τους τραυματισμούς

κατά την εισαγωγή.

- Ο καθετήρας πρέπει να είναι ιστοσυμβατός και να φέρει ειδική σήμανση του άκρου του.

- Να φέρει διαβάθμιση ανά 1cm για να διευκολύνει την ακριβή τοποθέτηση του καθετήρα

- Να παρέχει ανεμπόδιστη και σταθερή ροή.

- Να φέρει συνδετικό ασφαλείας luer lock, που δεν εμποδίζει την ροή των υγρών.

- να είναι latex free

- Να είναι διαδέσιμος σε No. 18g σύριγγα επισκληριδίου αναισθησίας χωρίς αντίσταση (latex free)

Η σύριγγα πρέπει:

- Να είναι χωρίς αντίσταση στην τεχνική απώλειας αντίστασης

- Να παρέχει άριστη ευαισθησία στην ανίχνευση του επισκληριδίου χώρου

- Να φέρει διαβάθμιση για να δείχνει την πρόοδο του εμβόλου

- Να είναι κατάλληλη για χρήση στην τεχνική με αέρα και στην τεχνική με φυσιολογικό ορό

- Να είναι latex free

φίλτρο επισκληριδίου αναισθησίας (επίπεδο) (latex free)

epidural filters, flat, with luer lock connection

το φίλτρο πρέπει:

- Να φέρει υδρόφιλη μεμβράνη, υψηλής διηθητικής ικανότητας μέχρι 0,2μm.

- Να φέρει συνδετικά ασφαλείας luer lock (male & female)

- Να είναι επίπεδο για την μέγιστη άνεση του ασθενους

- Να είναι διάφανο

- Να είναι κατάλληλο για χρήση 96 ωρών

- Να είναι latex free

- Να φέρει σύστημα κλειδώματος πάνω στο luer-lock_

8

Ρινικοί αεραγωγοί

Οι αεραγωγοί πρέπει

- Να είναι ατραυματικοί, από μαλακό PVC που εφαρμόζει στην ανατομεία της ρινοφαρυγγικής περιοχής.

100

190,00 €

	<ul style="list-style-type: none"> -Να μην κάμπτονται και τσακίσουν, ώστε να είναι ευχερής ο αερισμός. -Να συνοδεύονται από παραμάνα για πιο ασφαλή στήριξη. -Να φέρουν μαλακά και στρογγυλεμένα ατραυματικά άκρα για την μέγιστη άνεση του ασθενούς -Να έχουν επαρκές μήκος για να εξασφαλίζεται ο σωστής αερισμός. -Να είναι αποστειρωμένοι. -Να είναι latex-free. -Να είναι μιας χρήσης. <p>N. 7 -50 τεμ., N. 8-50 τεμ.</p>		
9	<p>Βελόνες ραχιαίος αναισθησίες μηκ.90μμ pencil point με στυλέο και βελόνα εισαγωγής.</p> <p>οι βελόνες πρέπει:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια. -Να φέρουν στυλεο από ανοξείδωτο ατσάλι. -Να επιτρέπει ευχερές την παλινδρόμηση του ENY. -Να φέρει ατραυματικό καρό και πλάγια οπή. -Το μέγεθος και η θέση της πλάγιας οπός, να ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες <<διασκληριδίου τοποδετησης >> δηλαδή η πλάγια οπή να είναι κοντά στο άκρο της βελόνας. -Να φέρει διαφανή δακτυλολαβη που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ENY. -Να φέρει στείλους με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέδους. -Να διατίθεται μάζα με βελόνα εισαγωγής για διευκόλυνση της εισαγωγής την βελόνας ραχιαίας. <p>(απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	50	221,00 €
10	<p>Βελόνες οσφρανωτιαίας παρακέντησης 3,5-4 INTΣΕΣ περίπου, αποστειρωμένες, τύπου QUINQUE 25G.</p>	50	52,00 €
11	<p>Βελόνες νευροδιέγερσης μονωμένες με ΜΠΛΕΒΕΛ, ηχογενής, ατραυματικές 20G μήκους 5 CM</p> <p>Συμβατές με το νευροδιεγέρτη Β BRAUN ΚΑΙ TRACER II. Με σετ προεκτάσεων</p>	25	325,00 €
12	<p>Βελόνες για χημειοθεραπεία Βελόνες τύπου huber κεκαμμένες για εμφυτεύσιμους κώδωνες με πτερύγια για εύκολη τοποδέτηση.</p> <p>Οι βελόνες να έχουν επίσης προέκταση, διακόπτη ροής και άκρο σύνδεσης luer lock, να είναι αποστειρωμένες και μιας χρήσης.</p> <p>Οι βελόνες να έχουν διαμετρήματα 19g και μήκος 25mm.</p>	500	975,00 €

13	<p>Ενδροταχειακοί σωλήνες με τα κάτωδι χαρακτηριστικά: -Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικοναρισμένο p.v.c -Να έχουν ατραυματικό άκρο -Να είναι σχετικά σκληροί για να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά ο σωλήνας να μαλακώνει στους 37ο βαθμούς και να αποκτά το απολυτό ανατομικό σχήμα του ασθενούς. -Ο σωλήνας να φέρει ειδική σήμανση βάθους όχι μεγαλύτερη από 2 mm, ώστε να εντοπίζεται εύκολα η τοποθέτηση του. -Ο σωλήνας να είναι βαθμονομημένος αναl cm. -Να έχει αντίσταση στο τσάκισμα (kinking), ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες απόφραξης του σωλήνα. -Να φέρει ατραυματικό murphy-eye, ο σχεδιασμός του οποίου να διευκολύνει τον αμφίπλευρο αερισμό και την αναπνευστική δίοδο. -Να είναι oral-nasal. N. 2-40 τεμ., N.3 -40 τεμ., N.3,5-20 τεμ. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	60	210,00 €
14	<p>Προεκτάσεις 10cm για νεογνά με T , από Latex Free, Dehp Free, με πώμα σε κάθε άκρο σύνδεσης και ολισθαίνων κλείστρο ροής. Το ένα άκρο του 'T' με luer lip και το άλλο με ελαστική μεμβράνη σιλικόνης για πολλαπλές εγχύσεις. Να είναι κατάλληλο και ατραυματικό για τα ευαίσθητα αγγεία των νεογνών (απαιτείται η προσκόμιση 2 δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)</p>	150	172,50 €
15	<p>Καθετήρες folley με 2WAY Να αποτελούνται από σιλικόνη 100%. Να είναι απολύτως διαφανείς, να φέρουν υδροδάλαμο χωρητικότητας 10-45ML, Ο οποίος να αποτελείται από ανθεκτικό υλικό. Και να είναι ακτινοσκιερός. Το άκρο τους να είναι κεκακαμένο (τ. TIEMANN). Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι. N. 14-50 τεμ. & N,16 -50 τεμ.</p>	100	260,00 €
16	<p>Στρόφιγγες 3way με προέκταση 10εκ. Να έχουν βιδωτό πώμα ασφαλείας αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	1.200	600,00 €
17	<p>Ουριόμετρα ακριβείας κλειστού κυκλώματος. Να είναι κατασκευασμένα από ιατρικού τύπου (μη τοξικό) pvc με διπλές ραφές ασφαλείας</p>	100	500,00 €

	<p>σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ανά 100ml. ο σάκος συλλογής ούρων να είναι χωρητικότητας περίπου 500ml με ευκρινή διαβάθμιση ανα 100ml.</p> <p>Να διαθέτουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη επιστροφής και διαφανή στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων τύπου τ. Η αποχετευτική είσοδος και έξοδος να είναι αδιαφανής και τοποθετημένη στο κέντρο. Ο σωλήνας να είναι αδιαφανής με μεγάλη εσωτερική διάμετρο προκειμένου να επιτρέπει την εύκολη διέλευση των πηγμάτων.</p> <p>να μην τσακίζει και το συνολικό μήκος του να είναι μεγαλύτερο των 120cm.</p> <p>Να διαθέτουν ειδική ενσωματωμένη υποδοχή στο σημείο εισόδου για εύκολη και ασφαλή δειγματοληψία καθώς και ενισχυμένες οπές για σίγουρη στηρίξει. Να είναι συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία.</p>		
18	<p>Αισθητήρες μίας χρήσης μέτρησης καρδιακής παροχής με προέκταση υψηλής πίεσης, συνεχούς παρακολούθησης co, svf, sv, svn με αυτόματη βαθμονόμηση που να συνδέεται με τον υπάρχοντα μη ειδικό αρτηριακό καθετήρα του ασθενούς. Να είναι συμβατός με όλα τα παρακλίνια monitors για τη συνεχή απεικόνιση της αρτηριακής πίεσης. Να εφαρμόζει στο μηχάνημα vigo που βρίσκεται στα χειρουργεία του Νοσοκομείου μας</p>	10	1.700,00 €
19	<p>Αυτοκόλλητοι σάκοι ουρητηροστομίας με βαλβίδα αντεπιστροφής, κοβόμενοι έως 50mm περίπου, με ασφαλή, εύκαμπτη και μαλακή έξοδο για εύκολο άδειασμα του σάκου ή για σύνδεση με ουροσυλλέκτη με κυκλικό ή οβάλ εύκαμπτο κολλητικό από σύγχρονα υλικά για προστασία του δέρματος χωρίς κανάλια διανομής ούρων</p>	450	1.251,00 €
20	<p>Τριχοειδή για αέρια αίματος με καπάκι σύνδεσης για θρέψη για τον αναλυτή αερίων αίματος ABL735</p>	250	195,00 €
21	<p>Συγκρατήρες πηγμάτων των τριχοειδών σωληνάρων για τον αναλυτή αερίων αίματος ABL735</p>	250	111,00 €
22	<p>Ασφάλειες κυτίων αποστείρωσης. Να είναι από ανθεκτικό πλαστικό με χημικό δείκτη, για αποστείρωση για κλίβανο υγρής θερμότητας. Να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε κυτία χειρουργικών εργαλείων τύπου Aescularp</p>	1.000	129,00 €

23	Πλαστική λάμα λαρυγγοσκοπίου N.4 μιας χρήσεως ψυχρού φωτισμού στην οποία να είναι ενσωματωμένη η οπτική ίνα και να περνά το φως που εκπέμπεται από τη λάμπα. να είναι διαδέσιμες σε τύπο macintosh με μήκος λάμας μεγαλύτερο από 155μμ	20	74,00 €
24	<p>Πλάκες γειώσεις διαδερμίας με τα κάτωδι χαρακτηριστικά:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Να είναι συμβατές με όλες τις χειρουργικές διαδερμίες οι οποίες δέχονται πλάκες γείωσης διπλής επιφάνειας. 2. Να διαθέτουν περιμετρικό ισοδυναμικό δακτύλιο ο οποίος να διανέμει την τάση και συνεπώς τη θερμότητα ομοιόμορφα και στις δυο πλευρές του ηλεκτροδίου. 3. Να μπορούν να τοποθετηθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση πάνω στον ασθενή. 4. Να διαθέτουν υδροτζέλ το οποίο να καλύπτει όλες τις γωνίες αλουμινίου και με αυτόν τον τρόπο να μειώνεται η θερμοκρασία στα άκρα της πλάκας. επίσης μέσω του υδροτζέλ να παρέχεται προστασία από την εισροή υγρών κάτω από το ουδέτερο ηλεκτρόδιο. 5. Να μπορούν να προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε επιφάνεια του σώματος. 6. Να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε παιδιά και σε ενήλικες. 7. Να είναι κατάλληλες για ασθενείς αλλεργικούς στο latex. 8. Να είναι συσκευασμένες μια προς μια σε ειδική συσκευασία προς αποφυγή ξήρανσης του υδροτζέλ. 9. Το ενσωματωμένο καλώδιο να μην είναι μικρότερο των τεσσάρων μέτρων. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς) 	1.160	4.558,80 €
25	Σωλήνες (pen rose) παροχέτευσης αποστειρωμένοι, ακτινοσκιεροί ,Latex , σε ατομική συσκευασία. διαστάσεων 2cm-50 τεμ. διαστάσεων 2,5cm-50 τεμ. & διαστάσεων 1cm-50 τεμ.	150	675,00 €
26	Σετ μόνιμου υποκλείδιου /σφαγητιδικού/μηριαίου εμφυτεύσιμου καθετήρα διπλού αυλού 15,5fr περίπου με αρτηριακό σκέλος άκρου γωνίας 900 από βιοσυμβατό υλικό για μακρόχρονη χρήση, ανδρικό στα αποστειρωτικά στο σημεία εξόδου (ιωδιούχα, αλκοούχα κλπ) με προτοποθετημένο σταθερό cuff σε διάφορα μήκη από 24 έως 55 εκατοστά (19,23,27,31,3,50,cm tip to cuff). Το σετ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του: καθετήρα διπλού αυλού με ενδοαυλικό οδηγό, αποσχιζόμενο αγγειακό διαστολέα/οδηγό, αγγειακούς	4	1.040,00 €

	διαστολείς, τροκάρ, βελόνα παρακέντησης, συρμάτινο οδηγό, ειδικά πώματα κ.λ.π. Ακτινοσκιερός, κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση, CVVH κ.λ.π. Η παροχή αίματος να είναι περίπου 450 ml/min. Οι σφραγητιδικού να έχουν προ-κεκαμμένο κορμό U		
	Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.		19.989,30€

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE και προσφέρουν υποχρεωτικά το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας του Νοσοκομείου. Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσφορά της ακριβής συνολικής αιτούμενης ποσότητας του νοσοκομείου, λόγω αδυναμίας σπασίματος της συσκευασίας, τότε οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη από την αιτούμενη ποσότητα προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται σε ακέραιες προσφερόμενες συσκευασίες.
2. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής compareONE συνυποβάλλονται ως συνημμένα έγγραφα η τεχνικοοικονομική προσφορά των προσφερομένων ειδών και οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 4 της παρούσας.
3. Στην τεχνικοοικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, η προσφερόμενη ποσότητα (αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην περίπτωση 1 της παρούσας), πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
4. Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Εφόσον κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνουν στην προσφορά τους, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
Εφόσον δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να δηλώσουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναδέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
5. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
6. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη μέχρι ποσοστού 30%, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
8. **Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

9. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του ανά μονάδα μέτρησης του είδους, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη.
10. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
11. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
12. Για τα είδη στις τεχνικές προδιαγραφές των οποίων αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων, τα σχετικά δείγματα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που αναφέρεται στην παρούσα. Σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Στην περίπτωση μη προσκόμισης δειγμάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις η προσφορά απορρίπτεται.
Η παράδοση των υλικών θα είναι άμεση από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.
13. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 19.989,30 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 24.643,73 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
14. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
15. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. **μέχρι την 11-08-2020. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
16. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν δεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
17. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 46 ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναδέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
18. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
 - i. **Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης**, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τευχ.Β/02-10-09) **ή/και** του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 9342/ΕΟΚ.
 - ii. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
 - iii. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή

οποιοδήποτε προσώπου¹ το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α² του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.

- iv.** Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- 19.** Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Νίκη Προκόπη	Σταύρος Παπαμακάριος	Οικονόμου Σεβασμία	Γεράσιμος Σιάσος Αν. Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

¹ Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

²Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».