



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837

ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη
Τηλέφωνο: 210/72.86.411
FAX: 210/72.11.007
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28
E-mail: nprokopi@aretaieio.uoa.gr

Αθήνα, 30-09-2020

Αρ. Πρωτ.: 1417

Προς
Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 24-09-2020 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 79 (παρ. 2), 93, 118, 120 (παρ. 3) και 379 (παρ.3) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),
- iii. την υπ' αριθ. 1296/2132/25-09-2020 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 20REQ007376663, ΑΔΑ:9ΡΧΔ46Ψ8Χ4-ΚΓ4)
- iv. την υπ' αριθμ. 51/4-10-2019 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Εξειδίκευση αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 3867/Β'/21-10-2019),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών υγειονομικού υλικού προς εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου εκτιμώμενης δαπάνης 19.990,32€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 24.173,08€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει της τιμής.**

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν **υποχρεωτικά**, μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE, μέχρι την **05-10-2020** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:30 μ.μ.** Η εφαρμογή compareONE είναι προσβάσιμη στις εταιρείες – προμηθευτές του Νοσοκομείου αποκλειστικά **μέσω Internet** και απαιτείται η έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης. Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στο <https://register.marketsite.gr/>. **Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης ΔΕΝ χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια καθώς είναι ήδη καταχωρημένοι στην εφαρμογή. Η εγγραφή στις εφαρμογές της cosmoONE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για τους οικονομικούς φορείς.** Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με την εφαρμογή compareONE, οι οικονομικοί φορείς παρακαλούν όπως αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@cosmo-one.gr ή να καλέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της cosmoONE στο **210 2723360**.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες, όσον αφορά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Γεράσιμος Σιάσος Αν. Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Δ/ση Οικονομικού

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΙΣ Α ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ
1	Θήκες αποστειρωμένες για λαπαροσκοπική κάμερα Κάλυμμα κάμερας το οποίο διαθέτει ειδικό διάφανο πλαστικό για την εξασφάλιση ειδικού αποστειρωμένου περιβάλλοντος, ειδικό δαχτυλίδι ξετυλίγματος καλύμματος και αυτοκόλλητη ταινία για την ασφαλή τοποθέτηση του καλύμματος και την προστασία της κεφαλής της κάμερας.	200	103,60 €
2	Σύριγγες 5ml πλαστικές μίας χρήσης, αποστειρωμένες με ενσωματωμένη βελόνη καλά τροχισμένη	10.000	300,00 €
3	Χειρουργικά πεδία χωρίς οπή, αποστειρωμένα, 2 στρωμάτων, από μη υφασμένο υλικό (non woven) και πολυαιθυλένιο, έτσι ώστε να έχουν αδιάβροχη συμπεριφορά και να είναι υψηλής απορροφητικότητας. Να είναι ανθεκτικά σε δύσκολους χειρισμούς, ώστε να μην σκίζονται. να μην έχουν έντονη μυρωδιά και να είναι latex free. Να είναι αυτοκόλλητα στη μια διάσταση, η οποία θα πρέπει να παραμένει κολλημένη ακόμα και σε επέμβασης με πολλά υγρά. η κόλλα να είναι υποαλλεργική χωρίς να αφήνει υπολείμματα. οι διαστάσεις να είναι 100x100 εκ. με δυνατότητα αυξομείωσης μέχρι 5 εκ. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	1.100	660,00 €
4	Χειρουργικά πεδία χωρίς οπή, αποστειρωμένα, 2 στρωμάτων, από μη υφασμένο υλικό (non woven) και πολυαιθυλένιο, έτσι ώστε να έχουν αδιάβροχη συμπεριφορά και να είναι υψηλής απορροφητικότητας. Να είναι ανθεκτικά σε δύσκολους χειρισμούς, ώστε να μην σκίζονται. Να μην έχουν έντονη μυρωδιά και να είναι latex free. Να είναι αυτοκόλλητα στη μια διάσταση, η οποία θα πρέπει να παραμένει κολλημένη ακόμα και σε επέμβασης με πολλά υγρά. η κόλλα να είναι υποαλλεργική χωρίς να αφήνει υπολείμματα. οι διαστάσεις να είναι 150x240 εκ. με δυνατότητα αυξομείωσης μέχρι 5 εκ. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	450	895,50 €
5	Χειρουργικά πεδία με οπή, αποστειρωμένα, 2 στρωμάτων, από μη υφασμένο υλικό (non woven) και πολυαιθυλένιο, έτσι ώστε να έχουν αδιάβροχη συμπεριφορά και να είναι υψηλής απορροφητικότητας. Να είναι ανθεκτικά σε δύσκολους χειρισμούς, ώστε να μην σκίζονται. Να μην έχουν έντονη μυρωδιά και να είναι latex free. Να είναι αυτοκόλλητα στη μια διάσταση, η οποία θα πρέπει να παραμένει κολλημένη ακόμα και σε επέμβασης με πολλά υγρά. Η κόλλα να είναι υποαλλεργική χωρίς να αφήνει υπολείμματα. οι διαστάσεις να είναι 100x100 εκ. με δυνατότητα αυξομείωσης μέχρι 5 εκ. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	500	750,00 €

6	Λάμες χειρουργικές αποστειρωμένες χωρίς λαβή N.10	2.000	88,80 €
7	Λάμες χειρουργικές αποστειρωμένες με λαβή N.11	100	15,09 €
8	Σφουγγαράκια με ακίδες διαθερμίας	200	120,00 €
9	Συνδεδεμένα για αναρροφήσεις πλαστικά ευδιάλυτα, ισοδιαμετρικά, τα οποία να έχουν κάθετες εγκοπές, ώστε να μην είναι εύκολη η αποσύνδεση. Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένα διαστάσεων 3,00 - 5,0mm. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	100	55,00 €
10	Ανταλλακτικό ηλεκτρόδιο διαθερμίας μεγάλου μεγέθους τύπου PTFE, συμβατό με το στυλεό διαθερμίας τύπου PTFE μήκους 17CM περίπου	100	370,00 €
11	Γάζα αιμοστατική 10x20 περίπου από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη σε κανονική ύφανση. η γάζα αυτή να ελέγχει την αιμορραγία σε 1-8 λεπτά. αποστειρωμένη, απορροφήσιμη, με κλινικά αποδεδειγμένη βακτηριοκτόνο δράση, η οποία να αποδεικνύεται από κλινικές μελέτες Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου.	20	460,00 €
12	Γάζα αιμοστατική 7,5x10 περίπου από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη σε κανονική ύφανση. η γάζα αυτή να ελέγχει την αιμορραγία σε 1-8 λεπτά. αποστειρωμένη, απορροφήσιμη, με κλινικά αποδεδειγμένη βακτηριοκτόνο δράση, η οποία να αποδεικνύεται από κλινικές μελέτες Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου.	20	700,00 €
13	Στριπέρ κισρών Να αποτελείται από: - δυο (2) κριζωτήρες κισρών μήκους 100εκ. τουλάχιστον - τρεις (3) κεφαλές διαφόρων διαμέτρων - λαβή 8εκ. τουλάχιστον	50	452,50 €
14	<ul style="list-style-type: none"> • Καθετήρας LISAcathct σχεδιασμένος αποκλειστικά για την από του στόματος ενδοτραχειακή χορήγηση επιφανειοδραστικού παράγοντα (τεχνική LISA: Less Invasive Surfactant Administration - Λιγότερο επεμβατική χορήγηση του επιφανειοδραστικού παράγοντα). • Κάθε συσκευασία φέρει 1 (ένα) αποστειρωμένο καθετήρα που προορίζεται για μία μόνο χρήση. • Λειτουργικό μήκος 130mm και εξωτερική διάμετρος 1,7mm. • Σύνδεση luer στο εγγύς άκρο, βάσει του προτύπου ISO 594 • Η εξωτερική επιφάνεια του καθετήρα περιλαμβάνει σημάνσεις ως οπτικό οδηγό για το βάθος της εισόδου του καθετήρα κατά τη χρήση του. • Διαθέτει πιστοποίηση και φέρει σήμανση CE για τη συγκεκριμένη τεχνική χορήγησης. • Για χορήγησης Επιφανείου δραστικού παράγοντα σε νεογνά ΣΑΔ 	30	1.155,33 €

15	<p>Αρτηριακοί καθετήρες (20cm-12fr) πλήρες σετ αποστειρωμένο και latex free ασφαλούς αρτηριοπαρακέντησης κερκιδικής αρτηρίας μεθόδου seldinger με αιμοστατική βαλβίδα για την αποφυγή διαφυγής αίματος και με πρόσθετο βοηθητικό αυλό για την οπτική αναγνώριση 100% επιτυχούς αρτηριακής παρακέντησης.</p> <p>Το σετ να αποτελείται από:</p> <ul style="list-style-type: none"> -μια (1) βελόνα παρακέντησης 20g μήκους 38 mm περίπου η οποία διαθέτει αιμοστατική βαλβίδα με παράπλευρη δίοδο για την επιτυχή εισαγωγή του καθετήρα στην αρτηρία, -ένα (1) σύρμα οδηγό μήκους 29 εκ. περίπου -έναν (1) καθετήρα πολυαιθυλενίου ή ισοδύναμο υλικό 20g μήκους 12 εκ. περίπου <p>(απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p> <p>Μηριαίος καθετήρας 20cm-12fr.</p>	30	222,00 €
16	<p>Σετ κεντρικού φλεβικού καθετήρα 4 αυλών διαμέτρου 7fr μήκους 20 εκ. περίπου. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκοπικός από πολυουρεθάνη με ελαστικό, εύκαμπτο και ατραυματικό άκρο. Οι αυλοί να έχουν διάμετρο 16-18 g ώστε να είναι κατάλληλοι για ροές τουλάχιστον 3100ml/ώρα για το περιφερικό άκρο, 1500ml/ώρα για το μεσαίο άκρο και 1600ml/ώρα για το εγγύς άκρο. Οι αντίστοιχες ροών και πιέσεων να αναγράφονται στο πίσω μέρος της συσκευασίας. Το σετ να περιλαμβάνει εκτός από τον καθετήρα, 1 συρμάτινο οδηγό μήκους 60 εκ και διαμέτρου 0,81mm, περίπου, με ατραυματικά άκρα (1 ευθύ, 1 κυρτό), 1 σύριγγα 5cc με ηχογενή βελόνα παρακέντησης 18 g, μήκους περίπου 6,35 εκ., 1 νυστέρι, 1 αγγειακό διαστολέα και τα πόματα των αυλών. Να είναι αποστειρωμένοι, latex free και να αναγράφεται στην συσκευασία.</p> <p>(απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	40	320,00 €
17	<p>Σετ διαδερμικής εισαγωγής καθετήρων (Θηκάρια) Ατραυματικό και αντιθρομβωτικό θηκάρι μήκους 11CM και εύρους από 4fr έως 9fr από ακτινοσκοπική πολυουρεθάνη με αιμοστατική βαλβίδα από σιλικόνη ανθεκτική χωρίς διαρροές ώστε να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του αίματος και την αναρρόφηση του αέρα και με κάλυμμα χρωματικού κωδικού αναλογα με την διάμετρο. Η εξωτερική επιφάνεια του εισαγωγέα στο άκρο της να είναι επικαλυμμένη με υδρόφιλη επικάλυψη, έτσι ώστε η επίστρωση όταν υγρανθεί να αποκτά εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή τριβής, διευκολύνοντας έτσι την εισαγωγή στο αγγειακό σύστημα. Το σχήμα του θηκαριού θα πρέπει να είναι κωνικό για την εύκολη και ατραυματική είσοδο του στην αρτηρία ακόμη και χωρίς νυστέρι.</p> <p>Η κατασκευή του Θηκαριού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διαθέτει μικρή εξωτερική διάμετρο και Μεγάλη εσωτερική κάνοντας το έτσι συμβατό με τα υπόλοιπα υλικά της εξέτασης. Να διαθέτει δαχτύλιο συρραφής ραμμάτων για διευκόλυνση της σταθεροποίησης του θηκαριού Στο θηκάρι θα πρέπει να υπάρχει παράπλευρη παροχή με ενσωματωμένο 3-way stop cock για χορήγηση υγρών. Διαστολέα ατραυματικό και επαρκής σκληρότητας. Οδηγό σύρμα μήκους 45 cm και διαμέτρου 0.035'' διπλού άκρου ευθύ & J. Αγγειοβελόνα διαδερμικής εισαγωγής τύπου Seldinger εσ. διαμέτρου 18 Ga, μήκους περίπου 6,5CM η οποία μπορεί να δέχεται σύρμα έως 0,038 Inch.</p>	100	801,10 €

18	<p>Καθετήρες αγγειογραφία περιφερειακών αγγείων από Nylon με πλέγμα και ακτινοσκιερό (TungstenTip) λεπτινόμενο άκρο για ομαλή εισαγωγή στο αγγείο ακόμα και χωρ'σι δηκα'ρι.εσωτερική διάμετρος αυλού 0,042'' στα 4fr & 0,048'' στα 5fr</p> <p>Multipurpose Al, 5fr-100cm (5 τεμάχια) Cobra 1, 4fr-65cm (20 τεμάχια) Cobra 2, 4fr-65cm (10 τεμάχια) Cobra 1,5fr-65cm (10 τεμάχια) Cobra 2, 5fr-65cm (10 τεμάχια) Simmons 1, 5fr-90cm (10 τεμάχια) Berenstein 1, 4fr-65cm (5 τεμάχια) Vertebral 5fr-110cm (5 τεμάχια) Vertebral 4fr-110cm (5 τεμάχια)</p>	80	1.040,00 €
19	<p>Υδρόφιλοι συρμάτινοι οδηγοί με πυρήνα από Nitinol, σταδιακά λεπτινόμενου που καταλήγει σε μαλακό και εύκαμπτο ατραυματικό άκρο. Να διαθέτουν μανδύα πολυμερούς εμποτισμένου με βολφράμιο για βελτιωμένη ακτινοσκιερότητα με υδρόφιλη επικάλυψη ομοιοπολικά συνδεδεμένη με αυτόν. Να προσφέρεται σε διαμέτρους 0.018'', 0.025'', 0.035'' 0.038'' και σε τύπο άκρου ευθύ και κεκαμμένο σε μήκη 150cm, 180cm και 260cm και τύπους σκληρότητας σώματος απλό ή δύσκαμπτο (standard και stiff).</p>	100	3.200,00 €
20	<p>Οδηγά σύρματα αγγειογραφίας/αγγειοπλαστικής από ανοξείδωτο χάλυβα, προεμποτισμένα με PTFE για μεγαλύτερη αντοχή της επικάλυψης και ομαλότερη εισαγωγή και καθοδήγηση συσκευών. Να διατίθενται σε έκδόσεις:</p> <p>Α. σταθερού πυρήνα σε διαμέτρους 0.018'', 0.025'', 0.028'', 0.032'', 0.035'' και 0.038'', μήκη 40cm, 80cm , 125cm , 150cm , 180cm και 260cm με κυρτό (J) ή ευθύ τύπο άκρου.</p> <p>Β. κινητού πυρήνα σε διαμέτρους 0.035'' και 0.038'', μήκη, 150cm και 260cm με κυρτό (J) ή ευθύ τύπο άκρου.</p> <p>Γ. διπλού άκρου σε διάμετρο 0.035'', μήκος 150cm με κυρτό (J) άκρο διαμέτρου 1.5mm ή 3mm.</p> <p>Δ. Newton σε διάμετρο 0.035'', μήκος 150cm με ευθύ εύκαμπτο άκρο μήκους 10cm ή 15cm.</p> <p>Ε. Bentson σε διάμετρο 0.035'', μήκη 150cm και 180cm, με ευθύ εύκαμπτο άκρο μήκους 15cm.</p> <p>ΣΤ. Heavy Duty σε διάμετρο 0.035'', μήκος 150cm με ευθύ εύκαμπτο άκρο μήκους 3cm.</p> <p>Ζ. Rosen Heavy Duty σε διάμετρο 0.035'', μήκος 150cm με κυρτό (J) εύκαμπτο άκρο μήκους 4cm διαμέτρου 1.5mm</p>	100	700,00 €
21	<p>Αντιμικροβιακά φίλτρα ύγρανσης – θέρμανσης Ασθενών με μικρό νεκρό χώρο 45ml, μικροβάρους 28γρ., με υποδοχή για σύνδεση με κοπνογράφο αποστειρωμένα με πιστοποιητικά MS2 ηπατίτιδας και AGE, τύπου HEPA υδρόφοβα.. Latex Free με προέκταση σπирαλ η οποία να αυξομειώνεται.</p>	300	594,00 €
22	<p>Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας Cobra 1, 4fr-65cm (10 τεμάχια)& Headhunter 1, 4fr-100cm (10 τεμάχια)</p>	20	560,00 €
23	<p>Καλύμματα διαφανή χειριστηρίου και κάμερας ψηφιακού αγγειογράφου μίας χρήσης 80X80εκ. ή στρογγυλό με διάμετρο κύκλου 75 εκ.</p>	400	320,00 €

24	<p>Σύρματα Almplatz Super Stiff κυρτό μεταλλικό 0.035", μήκους 180cm</p> <p>Ειδικά σχεδιασμένο με πεπλατυσμένο εξωτερικό σπείραμα, επιτρέποντας πυρήνα μεγαλύτερου πάχους, για να παρέχει στιβαρότητα, δύναμη και σταθερότητα που χρειάζεται τόσο για τον καθετηριασμό όσο και για την ανταλλαγή υλικών σε περιστατικά παροχέτευσεων (χοληφόρων, νεφροστομιών κτλ) και αγγειακών ενδοαυλικών επεμβάσεων. Με σώμα επικαλυμμένο από προ-εμποτισμένο σε PTFE σπείραμα και με απαλό, ατραυματικό, εύκαμπτο άκρο</p>	20	400,00 €
25	<p>Δειγματοληπτές βιοψίας ενδομητρίου ripille με διάμετρο 2,0-2,05mm με εξωτερική διάμετρο 3,1mm και με δύο οπές</p>	100	200,00 €
26	<p>Σετ εμφυτεύσιμου υποδορίου ακτινοσκοπικού καθετήρα για χορήγηση χημειοθεραπείας που περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εμφυτεύσιμο τύμπανο κατασκευασμένο από κράμα Πολυσουλφόνης, Τιτανίου και σιλικόνης συμβατό με MRI για μακρά παραμονή. <ul style="list-style-type: none"> • Καθετήρα ακτινοσκοπικό, από πολουρεθάνη SECUR SITE, ανοιχτού άκρου 8,5FR με παράπλευρες οπές. • Το ειδικό μείγμα σιλικόνης στο άνω μέρος του να προσφέρει σταθερότητα κατά την εισαγωγή και παραμονή της βελόνας και να επιδέχεται έως 3000 τρυπήματα. • Η βάση να φέρει ειδικές οπές που διευκολύνουν την υποδόρια συρραφή. • Να διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο δακτύλιο στο άνω μέρος του που να διευκολύνει τον εντοπισμό του κατά την κλινική εξέταση. • Να φέρει ειδικό συνδετικό preassembling που προσφέρει ασφάλη και στεγανή σύνδεση με τον καθετήρα χωρίς πολλές συνδεσμολογίες. • Βελόνα Huber και Gripper για την άμεση χρησιμοποίηση και εισαγωγή υγρών. • Ειδικό εισαγωγέα διάνοιξης «tunnelling». • Συρμάτινο άκαμπτο οδηγό για την εισαγωγή του καθετήρα. • Ειδικό εργαλείο σχήματος «Γ» παραμερισμού ιστών και αγγείων 	20	2.400,00 €
27	<p>Αυτοκόλλητα αιμοστατικοί επίδεσμοι 3x7cm</p> <p>Να είναι αυτοκόλλητοι αποστειρωμένοι- αιμοστατικό πιεστικοί επίδεσμοι με δυνατότητα πλήρωσης με αίμα και 6 φορές του αρχικού όγκου</p>	100	76,50 €
28	<p>Σύριγγες 10ml πλαστικές μίας χρήσης, αποστειρωμένες με ενσωματωμένη βελόνη καλά τροχισμένη</p>	20.000	1.115,60 €
29	<p>Ποτηράκια ούρων A 100-150ml αποστειρωμένα με ετικέτα και πώμα διδωτό.</p>	1.600	131,20 €
30	<p>Σάκοι αναρρόφησης δύο λίτρων με ανεπιστροφή βαλβίδα/φίλτρο στην είσοδο του κενού και με ανεπιστροφή βαλβίδα στην είσοδο των υγρών προσπληρωμένη με σκόνη ενεργού χλωρίου για μολυσματικά περιστατικά</p>	80	352,00 €
31	<p>Παροχέτευση χοληδόχου πόρου Kehr από Latex 14Fr</p>	30	240,00 €

32	Καθετήρες Fogarty φλεβικής θρομβεκτομής, μήκους 80cm, με μέγιστη διάμετρο μπαλονιού 13mm. Να έχει επιμηκυμένο ελαστικό άκρο και θάριο στο σώμα του καθετήρα για να είναι ακτινοσκοπικός. Να διαθέτει στυλεό. 4fr-10 τεμ. & 5fr-10 τεμ.	20	800,00 €
33	Καθετήρες Folley 2way με σιλικόνη χωρητικότητας 10-15 ml. Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικοναρισμένο latex. Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να μην είναι μαλθακό. Να φέρουν δυο τουλάχιστον πλευρικές ευρείας οπές στο άκρο τους καθώς και βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή και ελαστική. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι. N.14-100 τεμ., N.16-700 τεμ. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	800	248,00
34	Μάσκες αναισθησίας ενηλίκων Νο 5 μ.χ. διαφανείς με εσωτερικό αεροθάλαμο και δυνατότητα αυξομείωσης της πίεσης, Latex free.	50	100,50
35	Σωλήνες τραχειοστομίας με ένα καφ μεγάλου όγκου χαμηλής πίεσης από θερμοαναισθητικό PVC, κωνικό, BLUE LINE για πολυμερή παραμονή. Με γωνία σχηματισμού 105ο με οδηγό, ακτινοσκοπικός, μαλκός στην αφή, αποστειρωμένος NO 8.	5	43,60
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.			19.990,32€

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE και προσφέρουν υποχρεωτικά το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας του Νοσοκομείου. Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσφορά της ακριβής συνολικής αιτούμενης ποσότητας του νοσοκομείου, λόγω αδυναμίας σπασίματος της συσκευασίας, τότε οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη από την αιτούμενη ποσότητα προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται σε ακέριες προσφερόμενες συσκευασίες.
2. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής compareONE συνυποβάλλονται ως συνημμένα έγγραφα η τεχνικοοικονομική προσφορά των προσφερομένων ειδών και οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 4 της παρούσας.
3. Στην τεχνικοοικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, η προσφερόμενη ποσότητα (αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην περίπτωση 1 της παρούσας), πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
4. Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Εφόσον κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνουν στην προσφορά τους, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
Εφόσον δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να δηλώσουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναδέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί

έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
6. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη μέχρι ποσοστού 30%, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
8. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του ανά μονάδα μέτρησης του είδους, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη.
10. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
11. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
12. Για τα είδη στις τεχνικές προδιαγραφές των οποίων αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων, τα σχετικά δείγματα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που αναφέρεται στην παρούσα. Σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Στην περίπτωση μη προσκόμισης δειγμάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις η προσφορά απορρίπτεται.
Η παράδοση των υλικών θα είναι άμεση από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.
13. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 19.990,32 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 24.173,08 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
14. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
15. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την **04-12-2020. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
16. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν δεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
17. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και ΙΙ του άρθρου 46 ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναδέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
18. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
 - i. **Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης**, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τεύχ.Β/02-10-09) **ή/και** του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 9342/ΕΟΚ.
 - ii. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
 - iii. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιοδήποτε

προσώπου¹ το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α² του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.

iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

19. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Νίκη Προκόπη	Σταύρος Παπαμακάριος	Οικονόμου Σεβασμία	Γεράσιμος Σιάσος Αν. Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

¹ Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

²Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».