



Αθήνα, 18/08/2021

ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Αριθ. Πρωτ.:1256

Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76
Πληροφορίες: Α.ΚΕΛΜΠΑΚΟΥΡΗ
Τηλέφωνο: 210/72.86.437
Φαξ: 210/72.11.007
E-mail: akelbakouri@aretaieio.uoa.gr

Προς
κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 24-06-2021 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 79 , 93, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ως ισχύουν,
- iii. την υπ' αριθ. 1256/2081/18-06-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:ΨΜΩΗ46Ψ8Χ4-ΩΤ5),
- iv. την υπ' αριθμ. 51/04-10-2019 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Εξειδίκευση αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 3867/Β/21-10-2019),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για τη σύναψη νέας ετήσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης των μηχανημάτων επεξεργασίας νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) του νοσοκομείου με κάλυψη ανταλλακτικών, και την αντικατάσταση του Ενεργού Άνθρακα στην ΜΤΝ, εκτιμώμενης δαπάνης 18.107,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 22.452,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α. Ως κριτήριο ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να κατατεθούν στο e-mail akelbakouri@aretaieio.uoa.gr, μέχρι την **25/08/2021**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **12.30 μ.μ.**

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στα τηλέφωνα 210/72.86.410-413 και 2107286437.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Δ/ση Οικονομικού

Γεράσιμος Σιάσος Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ



ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Αθήνα, 18/08/2021

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ ΝΕΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (Μ.Τ.Ν.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 9904.00300.01/2		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Μ.Τ.Ν.	1 ΕΤΟΣ		11.035,00

2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 9904.00300.01/3		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Μ.Ε.Θ.	1 ΕΤΟΣ		5.802,00

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗΝ ΜΤΝ	3 ΣΑΚΟΙ ΤΩΝ 25 ΚΙΛΩΝ		970,00
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗΝ ΜΤΝ	1		300,00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις κάτωθι Τεχνικές Απαιτήσεις, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Και τα δύο συστήματα είναι του οίκου «Herco GmbH» Γερμανίας, ειδικότερα στη Μ.Τ.Ν. είναι ανακατασκευασμένο προ 15ετίας και πλέον από τον ανωτέρω οίκο, στη δε Μ.Ε.Θ. εγκατεστημένο προ 10ετίας και πλέον από τον ίδιο οίκο.

Τεχνικές προδιαγραφές συντήρησης των δύο συστημάτων επεξεργασίας νερού αντίστροφης ώσμωσης για αιμοκάθαρση

Λόγω της παλαιότητας του συστήματος κρίθηκε απαραίτητο να κατατεθεί προσφορά ετήσιου συμβολαίου συντήρησης με κάλυψη ανταλλακτικών το οποίο θα περιλαμβάνει προληπτική συντήρηση και επισκευή βλαβών.

1. Η συντήρηση και οι επισκευές των δύο εγκατεστημένων συστημάτων επεξεργασίας νερού θα γίνονται από τεχνικούς της συντηρήτριας εταιρείας ειδικά εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο. Εναλλακτικά η προσφέρουσα εταιρεία να προσκομίσει βεβαιώσεις από το τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας τριών τουλάχιστον νοσοκομείων στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης σε ίδια μηχανήματα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου , τη τελευταία πενταετία .Να επισυναφθούν οι σχετικές βεβαιώσεις.
2. Πριν την κατάθεση της προσφοράς συντήρησης και επισκευής βλαβών όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά θα πρέπει να επισκεφτούν για αυτοψία τα εγκατεστημένα συστήματα επεξεργασίας νερού στη Μ.Τ.Ν. και στη Μ.Ε.Θ. Μετά την επίσκεψη θα χορηγηθεί βεβαίωση η οποία θα πρέπει να κατατεθεί.
3. Η συντήρηση και επισκευή των συστημάτων θα περιλαμβάνει και εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για τη διατήρησή τους σε άριστη λειτουργική κατάσταση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρείας.
4. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών.
5. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου.
6. Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να διατηρεί και να ενημερώνει αρχείο με τις μεταβολές των τμημάτων του εξοπλισμού των συστημάτων, καθώς και τη λειτουργική τους κατάσταση.
7. Η συντηρήτρια εταιρεία οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των συστημάτων επεξεργασίας νερού που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.

8. Να αναφερθεί ο χρόνος ανταπόκρισης του τμήματος service της εταιρείας (**ο οποίος θα είναι δεσμευτικός**) σε τηλεφωνική ή γραπτή κλήση του Νοσοκομείου, ο οποίος θα πρέπει να είναι ο συντομότερος δυνατός και σε καμία περίπτωση να μην ξεπερνά τις εικοσιτέσσερις (24) ώρες.

9. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της συντηρήτριας εταιρείας με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα προσυμφωνούνται με τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του «νεκρού» χρόνου λειτουργίας των συστημάτων.

10. Αν για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης απαιτηθούν πέραν των 48 ωρών ή απαιτηθεί μεταφορά μέρους ή ολόκληρου του συστήματος στις εγκαταστάσεις της συντηρήτριας εταιρείας ή ακόμα και στην κατασκευάστρια εταιρεία, τότε η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παράσχει στο Νοσοκομείο, χωρίς κανένα κόστος, ίδιο ή παρόμοιων δυνατοτήτων σύστημα ή επιμέρους εξοπλισμό, προς χρήση και κάλυψη των σχετικών αναγκών του Νοσοκομείου.

11. Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών να εκδίδει δελτίο τεχνικών εργασιών, το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό της συντηρήτριας εταιρείας και από τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του δελτίου που προορίζεται για το ίδρυμα, και αντίγραφο του θα αποστέλλεται στη Δ/ση της Νεφρολογικής Κλινικής για ενημέρωση του σχετικού αρχείου.

12. Όλα τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά περιέρχονται στην κυριότητα του Νοσοκομείου και πρέπει να παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

13. Τα απαιτούμενα αναλώσιμα/ανταλλακτικά που είναι απαραίτητο να αντικαθίστανται στα πλαίσια της συντήρησης των συστημάτων για ένα έτος είναι τα ακόλουθα και αναφέρονται παρακάτω ξεχωριστά : 1) για την Μ.Τ.Ν. και 2) για την Μ.Ε.Θ.

1. Για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) :

1) Φίλτρο ανταλλακτικού τύπου σακούλας (Bag Filter) κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από "Food Grade", φιλτραριστικής απόδοσης 10 micron και απόδοση παρακράτησης αιωρούμενων 95%. Τεμάχια 12 (1 τεμάχιο ανά μήνα).

2) Φίλτρα αιωρημάτων τύπου "Cartridge" κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο FDA πολυπροπυλένιο και φιλτραριστική απόδοση 5 micron. Τα προαναφερόμενα φίλτρα είναι τύπου πλέξης – string Cartridge και δεν περιλαμβάνουν οποιαδήποτε μορφή λιπαντικού (washed Polypropylene).

Τεμάχια 24.

3) Ρητίνη που περιλαμβάνει η μονάδα αποσκλήρυνσης, ικανή να υποστεί απολύμανση, υψηλής ιοντοεναλλακτικής ικανότητας, που αναγεννιέται με NaCl.

Η ποσότητα άλμης θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη. Αντικατάσταση κατόπιν μετρήσεων υπολειμματικής σκληρότητας στην έξοδο της μονάδας.

4) Φίλτρο Άμμου με χρονική έναρξη αναγέννησης αποτελούμενη από πολυεστερική φιάλη μέγιστης πίεσης λειτουργίας (10 Bar) και υλικό πλήρωσης από τρία στρώματα υψηλής ποιότητας χαλαζιακής άμμου διαφόρου διαβάθμισης. **Αντικατάσταση κατόπιν ελέγχου του πληρωτικού υλικού.**

5) Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα με χρονική έναρξη αναγέννησης, αποτελούμενο από πολυεστερική φιάλη μέγιστης πίεσης λειτουργίας (10 bar) με ενεργό άνθρακα υψηλής προσροφητικής ικανότητας. **Αντικατάσταση κατόπιν μετρήσεων υπολειμματικού χλωρίου στην έξοδο της μονάδας.**

6) Οι μεμβράνες της μονάδος αντίστροφης όσμωσης να είναι κατασκευασμένες από αρωματικές πολυαμίδες και ελικοειδούς στρώσης πιστοποιημένες για λειτουργία σε μονάδες τεχνητού νεφρού και να λειτουργούν σε χαμηλή πίεση 6-7 bar εξοικονομώντας μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. **Αντικατάσταση κατόπιν μετρήσεων αγωγιμότητας νερού στην έξοδο της μονάδας αντίστροφης όσμωσης.**

7) Λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας χαμηλής υδραργυρικής πίεσης (low pressure mercury type) για τη μονάδα UV Berson Maritime 3500. Τεμάχιο 1.

8) Φίλτρο μεμβράνης μικροβιοκράτησης STERIL 0,2 micron 20 ιντσών. Τεμάχια 4 (1 κάθε 3 μήνες).

9) Χημικός καθαρισμός μονάδος αντίστροφης όσμωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Δύο ετησίως.

10) Μηνιαίος έλεγχος – συντήρηση ολόκληρου του συστήματος συμπεριλαμβανομένου και του βρόγχου παροχής. Μετά από κάθε μηνιαία συντήρηση θα γίνεται καταγραφή των μετρήσεων σκληρότητας, υπολειμματικού χλωρίου, ποιότητας παραγόμενου νερού, pH νερού εισόδου και εξόδου με διακριβωμένα όργανα. Δώδεκα ετησίως.

11) Χημικός καθαρισμός δικτύων, βρόγχου παροχής κλπ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Δύο ετησίως.

2. Για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) :

1) Φίλτρο αιωρημάτων τύπου Cartridge μέγιστης ωριαίας παροχής 480~500lt, 2 βαθμίδων αποτελούμενο από πρόφιλτρο 5μm και 120gr ενεργού άνθρακα για την πλήρη αποχλωρίωση του νερού εισόδου. Τεμάχια 12.

2) Ρητίνη που περιλαμβάνει η μονάδα αποσκλήρυνσης, ικανή να υποστεί απολύμανση, υψηλής ιοντοεναλλακτικής ικανότητας και να αναγεννιέται με NaCl.

Η ποσότητα άλμης θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη. Αντικατάσταση κατόπιν μετρήσεων υπολειμματικής σκληρότητας στην έξοδο της μονάδας.

3) Οι μεμβράνες της μονάδος αντίστροφης όσμωσης να είναι κατασκευασμένες από αρωματικές πολυαμίδες και ελικοειδούς στρώσης πιστοποιημένες για λειτουργία σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και να λειτουργούν σε χαμηλή πίεση 6-7 bar εξοικονομώντας μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. **Αντικατάσταση κατόπιν μετρήσεων αγωγιμότητας νερού στην έξοδο της μονάδας αντίστροφης όσμωσης.**

4) Φίλτρο αναπνοής για τη δεξαμενή πολυαιθυλενίου χωρητικότητας 100 lt. Τεμάχια 1.

5) Λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας χαμηλής υδραργυρικής πίεσης (low pressure mercury type) για τη μονάδα UV Berson Maritime 1500. Τεμάχιο 1.

6) Φίλτρο μεμβράνης μικροβιοκράτησης 0,2μm, 10 ιντσών. Τεμάχια 4.

7) Χημικός καθαρισμός μονάδος αντίστροφης όσμωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Δύο ετησίως.

8) Μηνιαίος έλεγχος – συντήρηση ολόκληρου του συστήματος συμπεριλαμβανομένου και του βρόγχου παροχής. Μετά από κάθε μηνιαία συντήρηση θα γίνεται καταγραφή των μετρήσεων σκληρότητας, υπολειμματικού χλωρίου, ποιότητας παραγόμενου νερού, pH νερού εισόδου και εξόδου με διακριβωμένα όργανα. Δώδεκα ετησίως.

9) Χημικός καθαρισμός δικτύων, βρόγχου παροχής κλπ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Δύο ετησίως.

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ/ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα συνυποβάλλει με την προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται η πλήρης αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις της παρούσας.
2. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά αιτούμενο είδος/υπηρεσία και μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών και την παροχή των υπηρεσιών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
3. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
4. **Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των αιτούμενων ειδών/υπηρεσιών και της ποσότητας αυτών που περιγράφονται στην παρούσα. Προσφορά για μέρος των αιτούμενων ειδών/υπηρεσιών ή/και της αιτούμενης ποσότητας αυτών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
5. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον οικονομικό φορέα του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις των αιτούμενων ειδών/υπηρεσιών και τους γενικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του είναι η χαμηλότερη στο σύνολο των ζητούμενων ειδών/υπηρεσιών.
6. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου/αρμοδίων υπαλλήλων του Νοσοκομείου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
7. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
8. **Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.**
9. Σε περίπτωση που αντικατασταθούν τα υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας νερού, κατόπιν ολοκλήρωσης της υπ' αριθμ. 2/2021 ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας ή οποιασδήποτε άλλης διαγωνιστικής διαδικασίας του Νοσοκομείου, η σύμβαση θα λυθεί αυτομάτως χωρίς καμία επιβάρυνση ή συνέπεια για το Νοσοκομείο.
10. Η δαπάνη για την υλοποίηση των αναφερόμενων στην παρούσα έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 18.107,00€, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 22.452,68€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
11. **Προσφορές ανώτερες του συνόλου της εκτιμηθείσας δαπάνης που αναφέρεται στην παρούσα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**
12. Η παροχή των υπηρεσιών βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
13. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. **μέχρι την 24-11-2021 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

14. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
15. Επιπλέον των ανωτέρω οι οικονομικοί φορείς συμπεριλαμβάνουν στην προσφορά τους τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
- i. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
 - ii. Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε** προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α¹ του Ν.4412/2016.
Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
 - iii. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
16. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Κελμπακούρη Αρχοντία	Παπαμακάριος Σταύρος	Οικονόμου Σεβασμία	Γεράσιμος Σιάσος Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

¹Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».