

**ΕΦΟΡΕΙΑ**
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πληροφορίες: Σόρκος Θεόδωρος
 Τηλέφωνο: 210/72.86.437
 FAX: 210/72.11.007
 Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28
 E-mail: thsorkos@aretaieio.uoa.gr

Αθήνα, 10-12-2021
 Αρ. Πρωτ.:1954

Προς
 Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 25-11-2021 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 118 & 120 (παρ. 2 και 3α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ως ισχύουν
- iii. την υπ' αριθ. 1784/3045/08-12-2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 21REQ009695937, ΑΔΑ:68Ο846Ψ8Χ4-ΔΟΞ),
- iv. την υπ' αριθμ. 921/02-11-2021 απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 5286/Β/12-11-2021),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών μιας χρήσης προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του τμήματος Επεμβατικής Αγγειογραφίας του Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Νοσοκομείου, εκτιμώμενης δαπάνης 29.954,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 36.117,54€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει της τιμής**.

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν **υποχρεωτικά**, μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE, μέχρι την **15-12-2021** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:30 μ.μ.** Η εφαρμογή compareONE είναι προσβάσιμη στις εταιρείες – προμηθευτές του Νοσοκομείου αποκλειστικά **μέσω Internet** και απαιτείται η έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης. Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στο <https://register.marketsite.gr/>. **Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης ΔΕΝ χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια καθώς είναι ήδη καταχωρημένοι στην εφαρμογή. Η εγγραφή στις εφαρμογές της cosmoONE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για τους οικονομικούς φορείς.** Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με την εφαρμογή compareONE, οι οικονομικοί φορείς παρακαλούν όπως αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@cosmo-one.gr ή να καλέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της cosmoONE στο **210 2723360**.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες, όσον αφορά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Θ. Σόρκο στο τηλέφωνο 210-7286437.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Νικόλαος Αρκαδόπουλος Καθηγητής
 Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 -Δ/ση Οικονομικού

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΫΠ/Σ ΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ
1	Καθετήρας μπαλόνι αγγειοπλαστικής τριπλής επίστρωσης φαρμάκου με επικάλυψη δύο επιστρώσεων Paclitaxel και μίας εξωτερικής επίστρωσης Dextran, τύπου RX/ OTW, ημιδιατάσιμο χαμηλού προφίλ 0,017", συμβατό με οδηγό καθετήρα 5F.	2	1.400,00
2	Καθετήρας παροχέτευσης χοληφόρων μακράς διάρκειας με δισκοειδές άκρο	9	2.970,00
3	Καθετήρας παροχέτευσης PigTail, με TROCAR και ευθειαστή, μιας χρήσης, υδρόφιλος, ακτινοσκιερός, χαμηλού προφίλ με σκοινάκι. Είναι κατασκευασμένος από ελαστικό υλικό τέτοιο (πολυουρεθάνη) ώστε να μην παραμορφώνεται κατά την εισαγωγή του στον ασθενή (kink resistant) όπως και να έχει μνήμη επαναφοράς σχήματος. Είναι μεγάλου εσωτερικού αυλού και φέρει μεγάλες οπές για να επιταγχύνεται νέγιστη παροχέτευση και ελαχιστοποίηση απόφραξης, σε διαμέτρους 6F,7F, 8F, 10F, 12F, 14F, 16F, μήκους 20cm, 25cm και 30 cm.	18	1.412,00
4	Μηχανικώς αποσπώμενα σπειράματα. Να διαθέτουν απλό μηχανισμό απελευθέρωσής τους χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. Να διατίθενται σε έκδοση 0.018" συμβατά με μικροκαθετήρα εσωτερικού αυλού 0.021" με ή χωρίς ινίδια σε διαμμέτρους 2mm-14mm και μήκη 4cm – 60cm και σε έκδοση 0.035" με ινίδια συμβατά με αγγειογραφικό καθετήρα εσωτερικού αυλού 0.038" σε διαμμέτρους 3mm-20mm και μήκη 4cm – 40cm.	9	2.700,00
5	Σετ ημι-αυτόματης βελόνας (πιστόλι) βιοψίας, τύπου TRU-CUT, με ομοαξονικό σύστημα εισαγωγής, COAXIAL, με επιλογή βάρους κοπής δύο μηκών μίας χρήσης, αποστειρωμένη. Να διαθέτει ημι-αυτόματο μηχανισμό με βελόνα η οποία φέρει διαβάθμιση ανά εκατοστό και στο άκρο της ECHOGENIC TIP για υπέρηχο. Σε διάμετρο 14, 16, 18, 20G και μήκος 9, 15 και 20cm	10	280,00
6	Ουρητηρικές ενδοπροθέσεις από βιοσυμβατό υλικό για διαδερμική έσω-έσω παροχέτευση νεφρού. Ο καθετήρας να έχει διαμορφωμένο ελικοειδώς τελικό άκρο (PIGTAIL) και ελικοειδή σχηματισμό στο σημείο της νεφρικής πυέλου, με πολλαπλές πλάγιες οπές. Να προσφέρεται με ή χωρίς οδηγό σύρμα 0,038" σε μεγέδη 6, 8 και 10Fr με μήκος μεταξύ των pigtails από 20 έως 28cm	20	1.748,00

7	Σετ παροχέτευσης νεφροστομιών με καδετήρα rig-tail και σύστημα κλειδώματος Locking από βιοσυμβατό υλικό σε διάφορους τύπους σκληρότητας. Διαστάσεις 8, 10, και 12 μήκους 25cm. Το σετ να περιέχει βελόνα 21G με στυλεό (ομοαξονικό σύστημα), 6Fr δηκάρι με διαστολέα και σκληρυντική κάνουλα, περιτοναϊκούς διαστολείς 8F, 10F και 12F (ανάλογα της διαμέτρου του καδετήρα), συνδετικό σωλήνα με stopcock για σύνδεση με το σάκο, αυτοκόλλητο στερέωσης καδετήρα καθώς και συρμάτινους οδηγούς ισχυρής στήριξης 0,018'' μήκους 15cm με άκρο από πλατίνα και 0,038'' μήκους 145cm.	20	1.920,00
8	Αποσχιζόμενα δηκάρια Peel-way σε διαστάσεις που εξασφαλίζουν την όσο το δυνατόν μη τραυματική προσπέλαση στο αγγειακό σύστημα και την μεγαλύτερη άνεση του ασθενή. Μοναδικά που διατίθεται και σε half-sizes. Χαρακτηριστικά: Μέγεθος δηκαριού 4 μέχρι 16F, Να δέχεται σύρμα 0.028'' ή 0.038'', Μήκος δηκαριού 14, 30,44 και 50 εκατοστά, Μοναδικός σχεδιασμός φτερών, Εύκολα προσπελάσιμη χοάνη	20	1.960,00
9	Καδετήρας Οπτικής ίνας κυκλικής εκπομπής για τη θεραπεία κισσών. Στο εγγύς άκρο να διαθέτει connector SMA-905 και να είναι συμβατό με φορητή γεννήτρια του οίκου Intros με ενσωματωμένη μπαταρία με μέγιστη ισχύ έως και 12 W , να εκπέμπει ενέργεια μήκος κύματος 1470 mm και δυνατότητα επιλογής καδετήρα οπτικής ίνας με διάμετρο πυρήνα 400μm ή 600μm	1	1.200,00
10	Βελόνα Οστικής Βιοψίας σχεδιασμένη για πρόσβαση σε οστά, διάσχιση οστών, εάν αυτό είναι απαραίτητο , και βιοψία οστών. Να αποτελείται από : Κάνουλα κοπής με στυλεό με άκρο trocar, τρυπάνι εισαγωγής κλειδωμένο σε συγκεκριμένη απόσταση κατά την διάτρηση για να μεγιστοποιηθεί η ακρίβεια στην τοποθέτηση του σωληνίσκου , βελόνα βιοψίας με δεξιόστροφη άκρη ,σημάδια βάθους ανα εκατοστό και ειδική λαβή ,βελόνα εξαγωγής. Να διατίθεται σε διαστάσεις για 11G 6,50 - 8,5 - 10 και 15 cm και για 13 G σε 9 cm.	2	654,00
11	Οδηγό σύρμα 0,014'' ισχυρής στήριξης με πυρήνα ειδικού κράματος ανοξειδωτού χάλυβα με άριστη ανταπόκριση ροπής στρέψης , οδηγησιμότητας και στήριξης , σχεδιασμένο για προσπέλαση στενώσεων σε μικρά και ελικοειδή αγγεία , κατάλληλο για πρόσβαση σε αγγεία κάτω του γόνατος (BTK). Να φέρει υδρόφιλη επίστρωση τύπου ICE ενισχύοντας την προσπελασιμότητα , με άριστη ανταπόκριση ροπής στρέψης (1:1). Να διαθέτει εύκαμπτο άκρο Νιτινόλης ακτινοσκιερό στα 2 cm με δυνατότητα διαμόρφωσης του σχήματος του, με τάση άκρου (tip load) 2,9 g. Να προσφέρεται σε ευθύ και κεκαμμένο σχήμα άκρου σε μήκη 185cm και 300cm.	9	1.170,00
12	Εμφυτεύσιμος καδετήρας για δυναμική έγχυση υγρών άνω των 300PSI low profile. Κατασκευασμένος από κράμα Πολυσουλφόνης (πλαστικό) , Τιτανίου και σιλικόνης συμβατός με MRI (3 TESLA) για μακρά παραμονή	18	2.340,00

13	Σύστημα κατάλυσης νεοπλασιών μικροκυμάτων MW με σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με βελόνες II-17 G για εφαρμογές σε ήπαρ ,πνεύμονες, θυρεοειδή, νεφρά, οστά. Η ενέργεια να είναι πάνω από 100W. Διαθέσιμο μήκος κεραμικών και μεταλλικών βελονών 10 , 15 , 20, 25 cm με διάμετρο 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 3.2 χιλιοστά και άκρο 3,5 έως 18 mm. Να διατίθεται επίσης «έξυπνη» βελόνα και βελόνα Hisphere υψηλής απόδοσης	1	3.000,00
14	Ειδική αποληκτική βελόνα - αντέννα συστήματος κρυοπηξίας με τη χρήση αερίων, για κρυοκατάλυση νεοπλασμάτων μαλακών μορίων	2	4.200,00
15	Διαδερμική αντέννα εκπομπής μικροκυμάτων έως 100 Watt εσωτερικώς ψυχόμενη και κατασκευασμένη από υαλοβάμβακα με τεχνολογία για προκαθορισμένη θερμική σφαιρική κατάλυση Thermosphere Technology Emprint (έλεγχο του μαγνητικού πεδίου γύρω από τον όγκο , σύστημα ψύξης της αντένας για την μικρότερη δυνατή γκριζα ζώνη " passive zone" και τον έλεγχο των μικροκυμάτων ώστε να μην διοχετεύονται στον ιστό κατα την διάρκεια της εφαρμογής) και ενεργό άκρο 2,8 εκατ. Να διατίθεται σε διαφορετικά μήκη 15,20 ή 30 εκατοστά. Η αντέννα να είναι μιας χρήσης και αποστειρωμένη. Και να συνδέεται με γεννήτρια μικροκυμάτων ισχυρής έως 100 Watt με όρια εξόδου +20% και -5%. Η γεννήτρια να διαθέτει ειδικό καλώδιο πολλαπλών χρήσεων για την καλύτερη και γρηγορότερη μεταφορά της ενέργειας στον ιστό. Να διαθέτει κατάλληλη αντλία για την σωστή ψύξη. Να μπορεί να χρησιμοποιεί έναν ξέχωρο επιπλέον αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας για παραπλήσιο ιστό.	1	3.000,00
Γενικό Σύνολο			29.954,00

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE και προσφέρουν υποχρεωτικά το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας του Νοσοκομείου. Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσφορά της ακριβής συνολικής αιτούμενης ποσότητας του νοσοκομείου, λόγω αδυναμίας σπασίματος της συσκευασίας, τότε οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη από την αιτούμενη ποσότητα προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται σε ακέραιες προσφερόμενες συσκευασίες.
2. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής compareONE συνυποβάλλονται ως συνημμένα έγγραφα η τεχνικοοικονομική προσφορά των προσφερομένων ειδών, οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 4 καθώς και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 18 της παρούσας.
3. Στην τεχνικοοικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, η προσφερόμενη ποσότητα (αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην περίπτωση 1 της παρούσας), πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
4. Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

5. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
6. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη μέχρι ποσοστού 30%, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
8. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του ανά μονάδα μέτρησης του είδους, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη.
10. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
11. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
12. Για τα είδη στις τεχνικές προδιαγραφές των οποίων αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων, τα σχετικά δείγματα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που αναφέρεται στην παρούσα. Σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Στην περίπτωση μη προσκόμισης δειγμάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις η προσφορά απορρίπτεται.
Η παράδοση των υλικών θα είναι άμεση από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.
13. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 29.954,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 36.117,54 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
14. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
15. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την 13-02-2022. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
16. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν δεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
17. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
18. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
 - i. Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τευχ.Β/02-10-09) ή/και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την

τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 9342/ΕΟΚ.

- ii. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
- iii. Υπεύδυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου¹ το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ως ισχύουν.
Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α² του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
- iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

19. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Σόρκος Θεόδωρος	Παπαμακάριος Σταύρος	Πατσούρη Δήμητρα	Νικόλαος Αρκαδόπουλος, Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

¹ Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

² Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».