



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837

**ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη
Τηλέφωνο: 210/72.86.411
FAX: 210/72.11.007
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28
E-mail: npokopi@aretaieio.uoa.gr

Αθήνα, 17-11-2021
Αρ. Πρωτ.:1764

Προς
Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 25-02-2021 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 118 & 120 (παρ. 2 και 3α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ως ισχύουν,
- iii. την υπ' αριθ. 1096/1787/05-07-2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 21REQ008928824, ΑΔΑ:6Σ4Π46Ψ8Χ4-Ξ7Ε),
- iv. την υπ' αριθμ. 921/02-11-2021 απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 5286/Β/12-11-2021),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια ενός (1) ενός φορείου, λόγω μη επισκευής του υπάρχοντος προς κάλυψη των αναγκών των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου, εκτιμώμενης δαπάνης 1.500,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 1.860,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει της τιμής.**

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail (npokopi@aretaieio.uoa.gr) μέχρι την 22-11-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες, όσον αφορά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Νικόλαος Αρκαδόπουλος Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Δ/ση Οικονομικού

ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

1. Το φορείο είναι καινούριο, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, κατασκευασμένο από υλικά ποιότητας και αντοχής. Το σύνολο της κατασκευής είναι αξιόπιστο και ανθεκτικό.
2. Η επιφάνεια κατάκλισης είναι από H.P.L. ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων και αντοχής και να είναι δύο τμημάτων. Να υποστηρίζει ακτινολογική κασέτα και μηχανήμα C-ARM.
3. Το φορείο να φέρει όλες τις απαραίτητες ετικέτες ασφαλείας (προειδοποίησης και προσοχής) στα Ελληνικά για την ασφάλεια προσωπικού και ασθενών.
4. Το ασφαλές φορτίο λειτουργίας του φορείου είναι 300kg ή μεγαλύτερο.
5. Το φορείο να εδράζεται σε τέσσερις μονούς τροχούς Φ200χιλ. πλαστικούς με κεντρικό σύστημα πέδησης το οποίο ενεργοποιείται από δύο ποδομοχλούς από την δεξιά και αριστερή πλευρά των ποδιών του φορείου. Να διαθέτει 5ο τροχό κατεύθυνσης για καλύτερη οδήγηση.
6. Ο μεταλλικός σκελετός του φορείου να είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος.
7. Οι εξωτερικές διαστάσεις του φορείου είναι 1900 x 700 mm περίπου με κάγκελα.
8. Η βάση του φορείου φέρει πλαστικό κάλυμμα από ABS. Το πλαστικό υλικό να προσφέρει προστασία των μηχανισμών και εύκολο καθαρισμό. Επίσης να διαθέτει θέση υποδοχής φιάλης οξυγόνου και προσωπικών αντικειμένων ασθενούς και να δέχεται φιάλες οξυγόνου διαφόρων διαστάσεων έως και 1 μέτρο μήκος.
9. Οι κινήσεις των τμημάτων του φορείου εκτελούνται ως εξής:
 - η κίνηση του τμήματος της πλάτης είναι από 0-80ο περίπου, πνευματικά.
 - η αυξομείωση του ύψους του επιπέδου του φορείου γίνεται υδραυλικά, από δύο τηλεσκοπικές κολώνες από 60-90εκ.
 - η κλίση να εκτελείται υδραυλικά trendelenburg και anti-trendelenburg 16ο.
10. Όλες οι κινήσεις του φορείου να εκτελούνται από ποδομοχλούς από την δεξιά και αριστερή πλευρά του φορείου.
11. Το φορείο να έχει τηλεσκοπικά προστατευτικά κάγκελα από ανοξείδωτο σωλήνα, δύο στο σύνολό τους, που τοποθετούνται ένα σε κάθε πλευρά του φορείου.
12. Το φορείο να φέρει χειρολαβές ώθησης.
13. Το φορείο να φέρει στις τέσσερις γωνίες του μεταλλικού σκελετού προστατευτικούς προσκρουστήρες.
14. Στο φορείο να υπάρχουν δύο υποδοχές για την τοποθέτηση στατώ ορών. Παραδίδονται κ δύο στατώ.
15. Το φορείο φέρει σήμανση CE.
16. Εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και τεχνικής υποστήριξης για δέκα (10) έτη.
17. Να κατατεθεί βεβαίωση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
18. Η προσφέρουσα εταιρεία θα επισκεφτεί τους χώρους του Νοσοκομείου που θα κινείται το προς προμήθεια φορείο, συνοδεία τεχνικού προσωπικού του Νοσοκομείου, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι οι διαστάσεις του φορείου δεν δυσχεραίνουν τη μεταφορά των ασθενών (πόρτες, ασανσέρ κλπ). Σε περίπτωση διαπίστωσης προβλήματος η κατασκευάστρια εταιρεία θα κατασκευάσει το φορείο σε διαστάσεις που θα ορίσει το τεχνικό προσωπικό του νοσοκομείου.
19. Οι κατασκευάστριες εταιρείες του προσφερόμενου είδους να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 13845, ISO 27001, ISO 14001, ISO 18001, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση και ISO 18001 για σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, και να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο παραγωγών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004.
20. Οι εταιρείες που δεν είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών αλλά διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους ίδιους και για τις κατασκευάστριες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν, πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8Δ/ΓΠΠ348/04(ΦΕΚ 32Β/16-1-04) περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

ΣΤΡΩΜΑ

1. Το φορείο συνοδεύεται από στρώμα από υλικό πολυουρεθάνης, κατάλληλο και άνετο στη συνεχή νοσοκομειακή χρήση.
2. Είναι ελαφρύ και ακολουθεί τις κινήσεις των τμημάτων της επιφάνειας κατάκλισης του φορείου.
3. Το προσφερόμενο στρώμα φέρει κάλυμμα κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση μεγάλης αντοχής, από υλικό αδιάβροχο, αντιολισθητικό, βραδύκαυστο, ευκόλως πλενόμενο και

απολυμαινόμενο. Φέρει φερμουάρ για εύκολη κάλυμμα.

προσθαφαίρεση. Παράδοση με ένα επιπλέον

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Στην τεχνικοοικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται, πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
2. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
3. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
4. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του είναι η χαμηλότερη.
5. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
6. Η παράδοση του είδους θα υλοποιηθεί εντός εξήντα(60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής παραγγελίας.
7. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
8. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 1.500,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 1.860,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
9. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
10. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την 21-01-2022. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Νίκη Προκόπη	Παπαμακάριος Σταύρος	Οικονόμου Σεβασμία	Νικόλαος Αρκαδόπουλος, Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ