

**ΕΦΟΡΕΙΑ**
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη
 Τηλέφωνο: 210/72.86.411
 FAX: 210/72.11.007
 Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28
 E-mail: npokopi@aretaieio.uoa.gr

Αθήνα, 14-03-2022
 Αρ. Πρωτ.:372

Προς
 Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. τις από 01-02-2022 & 24-02-2022 αποφάσεις της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 118 & 120 (παρ. 2 και 3α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ως ισχύουν
- iii. την υπ' αριθ. 389/567/04-03-2022 απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 22REQ010168315, ΑΔΑ:ΨΡ4346Ψ8Χ4-ΗΡΩ),
- iv. την υπ' αριθμ. 921/02-11-2021 απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 5286/Β/12-11-2021),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών υγειονομικού υλικού προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του Νοσοκομείου, εκτιμώμενης δαπάνης 29.949,30€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 35.862,90€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν **υποχρεωτικά**, μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE, μέχρι την **18-03-2022** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:30 μ.μ.** Η εφαρμογή compareONE είναι προσβάσιμη στις εταιρείες – προμηθευτές του Νοσοκομείου αποκλειστικά **μέσω Internet** και απαιτείται η έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης. Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στο <https://register.marketsite.gr/>. **Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης ΔΕΝ χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια καθώς είναι ήδη καταχωρημένοι στην εφαρμογή. Η εγγραφή στις εφαρμογές της cosmoONE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για τους οικονομικούς φορείς.** Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με την εφαρμογή compareONE, οι οικονομικοί φορείς παρακαλούν όπως αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@cosmo-one.gr ή να καλέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της cosmoONE στο **210 2723360**.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες, όσον αφορά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Νικόλαος Αρκαδόπουλος Καθηγητής
 Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Δ/ση Οικονομικού

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘ ΕΙΣΑ ΔΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ
1	Σωλήνας τραχειόστομα με δυνατότητα ομιλίας με ειδικό καφ τύπου PROFILE ατραυματικοί, ακτινοσκιεροί, σιλικοναρισμένοι με στρογγυλεμένη άκρη , LATEX FREE, PTFE FREE. Να διαθέτει οδηγό τοποθέτηση και φακαρόλα συγκράτησης . N. 6 -5 τεμ. & N. 6,5 - 10 τεμ.	15	165,00 €
2	Σκαρφιστήρες νεογνών μεταλλικό αποστειρωμένη με ακίδα στην μία άκρη	1.000	27,00 €
3	<p>Σύστημα τετραπλών ασκών με ενσωματωμένο φίλτρο ολικού αίματος και προσθετικό διάλυμα για την παραγωγή μιας μονάδας λευκαφαιρεμένων ερυθρών και μιας μονάδας λευκαφαιρεμένου πλάσματος με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:</p> <p>Το προσφερόμενο σύστημα των τετραπλών ασκών να αποτελείται από τα εξής :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Έναν πρωτεύοντα ασκό αιμοληψίας των 450 ml από PVC, με 63 ml αντιπηκτικό διάλυμα CPD, με ενσωματωμένη συσκευή αιμοληψίας μεγάλου μήκους , η οποία να απολήγει σε ειδική αποστειρωμένη ατραυματική αιμοληπτική βελόνη 16G . Ο ασκός να έχει ειδική θραυόμενη ασφαλιστική δικλίδα ώστε να είναι δυνατή η κατά βούληση μεταφορά ολικού αίματος δια μέσου του φίλτρου (κατακράτηση λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων) στον δεύτερο ασκό. • Έναν δεύτερο κενό ασκό των 450 ml για τη μεταφορά του λευκαφαιρεμένου ολικού αίματος. Στον ασκό αυτό συντηρούνται τα λευκαφαιρεμένα ερυθρά αιμοσφαίρια επί 42 ημέρες μετά τον κατά βούληση αποχωρισμό του πλάσματος. • Έναν τρίτο κενό ασκό των 450 ml για τη μεταφορά του λευκαφαιρεμένου πτωχού σε αιμοπετάλια πλάσματος μετά την φυγοκέντρηση. • Έναν τέταρτο ασκό που περιέχει 100ml προσθετικό διάλυμα SAG-M το οποίο μετά τη φυγοκέντρηση και τον αποχωρισμό του πλάσματος, μεταφέρεται στοδεύτερο ασκό έτσι ώστε τα ήδη διηθημένα και απολευκοκυτταρωμένα συμπυκνωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια να διατηρούνται για 42 ημέρες. • Στο κλειστό σύστημα των τετραπλών ασκών είναι προσαρμοσμένο φίλτρο λευκαφαίρεσης που επιτρέπει στην αιμοδοσία την γρήγορη, ασφαλή και αποτελεσματική λύση της απολευκοκυττάρωσης πριν από τη φυγοκέντρηση και τη συντήρηση. Η σύνθεσή του επιτρέπει την άνετη διέλευση του ολικού αίματος σε σύντομο χρόνο, έχοντας κατακρατήσει μικροπήγματα και λευκά αιμοσφαίρια σε ποσοστό 99,999% και αιμοπετάλια 99%, ενώ τα υπολειπόμενα λευκά αιμοσφαίρια στη μονάδα μετάγγισης να είναι <math> < 1 \times 10^3 </math> σταθερά, με μικρή ποσότητα μη ανακτωμένων ερυθροκυττάρων : απώλεια <math> < 10\% </math>. 	80	1.120,00 €

	<p>σύμφωνα με το ΠΔ138/2005 και την οδηγία του Συμβουλίου της Ευρώπης</p> <p>Κάθε σώμα φίλτρου να φέρει το λογότυπο του εργοστασίου κατασκευής, την ονομασία του φίλτρου και μοναδικό αριθμό για πλήρη ιχνηλασιμότητά του.</p> <p>Το υλικό κατασκευής του φίλτρου (μη υφασμένες ίνες πολυεστέρα) και του καλύμματος (hard shell PC) να είναι απόλυτα βιοσυμβατά. Το κάλυμμα του φίλτρου είναι από σκληρό υλικό εξασφαλίζει την προστασία της μεμβράνης από φθορές, που μπορούν να προκληθούν κατά την μεταφορά, αποθήκευση ή χρήση και μπορούν να επηρεάσουν την απόδοσή του.</p> <p>Το σύστημα είναι αποστειρωμένο με τη μέθοδο ατμού.</p> <p>Δεν υφίσταται ενεργοποίηση των διερχόμενων από το φίλτρο λευκοκυττάρων και δεν προκαλείται παραγωγή βιοενεργών κυτταρικών ουσιών (κυτταροκίνες)</p> <p>Το σύστημα να παρέχει ταχεία και πρακτική λευκαφαίρεση σε χρόνο λιγότερο των 15 λεπτών. Να είναι εύκολο στη χρήση έτσι ώστε να παρέχει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου στον χρήστη.</p> <p>Έχει ημερομηνία λήξης τρία (3) έτη από την ημερομηνία παραγωγής του.</p>		
4	<p>ΡΙνονησιτιδικοί καθετήρες σίτισης διαμέτρου 10 fr., μήκους 110 εκ. περίπου, κλειστού τύπου, πλήρως ακτινοσκιεροί. Να είναι κατασκευασμένου από πολυουρεθάνη.</p> <p>Να φέρουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ειδική προλίπανση για την εύκολη τοποθέτησή τους, -ενσωματωμένο συρμάτινο οδηγό 0,32", -διπλό συνδετικό σίτισης με ενσωματωμένες τάπες φραγές, -τελική άκρο ατραυματικό με τρεις μεγάλες πλαϊνές οπές, -εξωτερική διαγραμμίσει ανά εκατοστό για την σωστή εκτίμηση βάθους. 	30	375,00 €
5	<p>Βελόνες αμνιοπαρακέντησης αποστειρωμένες 20gX16mm</p>	20	54,40 €
6	<p>Βελόνες επισκληριδίου αναισθησίας tuohy οι οποίες πρέπει:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να φέρουν ατραυματικό άκρο -Να φέρουν ενσωματωμένο αποσπώμενο πλαστικό στυλεο. -Να φέρουν αποσπώμενα πτερύγια. -Να είναι βαθμονομημένες ανά 10mm. -Να είναι αποστειρωμένες, μιας χρήσεως. -Να είναι διαδέσιμες σε Νο.16g, με μήκος 90mm. -Να είναι latex free. -Να περιλαμβάνεται στο set πλαστική σύριγγα 10ml για εφαρμογή της τεχνικής απόλειας αντίστασης. 	20	180,00 €
7	<p>Αιμοστατικές βαλβίδες T.Y 2way</p>	50	500,00 €
8	<p>Extention υψηλής πίεσης (1200psi) για μηχανήμα εγχυτή ACCUTRON HP, οίκου MEDTRON μήκους 160 cm</p>	100	365,00 €
9	<p>Διαφανή αποστειρωμένα καλύμματα πετάσματος για τον ψηφιακό αγγειογράφο, τύπουNTEGRIS ALLURA 15 της PHILIPS, μίας χρήσεως, διαστάσεων 100 X 100 εκ.</p>	150	137,70 €
10	<p>Διαφανή αποστειρωμένα καλύμματα χειριστηρίου και κάμερας του ψηφιακού αγγειογράφου τύπου INTEGRIS</p>	500	350,00 €

	ALLURA 15, ΤΗΣ PHILIPS, μίας χρήσης διαστάσεων 80X80εκ.		
11	Αποστειρωμένο κάλυμμα υπερήχων από υψηλής αντοχής υλικό με ελαστικούς δακτυλίους, αυτοκόλλητες ταινίες σταθεροποίησης με τζελ διαστάσεων 15x122cm	150	595,50 €
12	Καλύμματα αγγειογραφίας μίας χρήσης, αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία, αδιάβροχα, με διαφανή πεδία εκατερωθέν και καθ' όλο το μήκος του καθώς και απορροφητική ενίσχυση σε όλο το μήκος του. Νε διαθέτει 2 αυτοκόλλητες οπές αφαιρούμενο κάλυμμα για τις μηριαίες αρτηρίες. Διαστάσεων τουλάχιστον 190X300cm (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	100	260,00 €
13	Βελόνες τ. Seltiger μεταλλικές, ανοικτού τύπου, με πλαστικό άκρο, χωρίς στυλεό, μήκους 7εκ., διαμέτρου 18G.	100	198,00 €
14	Καθετήρες αγγειογραφίας περιφερειακών αγγείων από Nylon με πλέγμα και ακτινοσκιερό (TungstenTip) λεπτινόμενο άκρο για ομαλή εισαγωγή στο αγγείο ακόμα και χωρίς δηκάρι, εσωτερική διάμετρος αυλού 0,042'' στα 4fr τ. Pig -Tail 4fr-65cm	100	1.300,00 €
15	Καθετήρες αγγειογραφίας περιφερειακών αγγείων από Nylon με πλέγμα και ακτινοσκιερό (TungstenTip) λεπτινόμενο άκρο για ομαλή εισαγωγή στο αγγείο ακόμα και χωρίς δηκάρι, εσωτερική διάμετρος αυλού 0,042'' στα 4fr τ. cobra l - 4fr-65m	30	390,00 €
16	Σετ διαδερμικής εισαγωγής καθετήρων (Θηκάρια) 4fr. Ατραυματικό και αντιθρομβωτικό δηκάρι μήκους 11CM και εύρους από ακτινοσκιερή πολυουρεθάνη με αιμοστατική βαλβίδα απο σιλικόνη ανθεκτική χωρίς διαρροές ώστε να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του αίματος και την αναρρόφηση του αέρα και με κάλυμμα χρωματικού κωδικού αναλογα με την διάμετρο. Η εξωτερική επιφάνεια του εισαγωγέα στο άκρο της να είναι επικαλυμμένη με υδρόφιλη επικάλυψη, έτσι ώστε η επίστρωση όταν υγρανθεί να αποκτά εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή τριβής, διευκολύνοντας έτσι την εισαγωγή στο αγγειακό σύστημα. Το σχήμα του δηκαριού θα πρέπει να είναι κωνικό για την εύκολη και ατραυματική είσοδο του στην αρτηρία ακόμη και χωρίς νυστέρι. Η κατασκευή του Θηκαριού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διαθέτει μικρή εξωτερική διάμετρο και Μεγάλη εσωτερική κάνοντας το έτσι συμβατό με τα υπόλοιπα υλικά της εξέτασης. Να διαθέτει δαχτύλιο συρραφής ραμμάτων για διευκόλυνση της σταθεροποίησης του δηκαριού Στο δηκάρι θα πρέπει να υπάρχει παράπλευρη παροχή με ενσωματωμένο 3-way stop cock για χορήγηση υγρών. Διαστολέα ατραυματικό και επαρκής σκληρότητας. Οδηγό σύρμα μήκους 45 cm και διαμέτρου 0.035'' διπλού άκρου ευθύ & J. Αγγειοβελόνα διαδερμικής εισαγωγής τύπου Seldinger εσ. διαμέτρου 18 Ga, μήκους περίπου 6,5CM η οποία μπορεί να δέχεται σύρμα έως 0,038 Inch.	60	474,00 €
17	Σετ διαδερμικής εισαγωγής καθετήρων (Θηκάρια) 5fr. Ατραυματικό και αντιθρομβωτικό δηκάρι μήκους 11CM και εύρους από ακτινοσκιερή πολυουρεθάνη με αιμοστατική βαλβίδα απο σιλικόνη ανθεκτική χωρίς διαρροές ώστε να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του αίματος και την αναρρόφηση του αέρα και με κάλυμμα χρωματικού κωδικού αναλογα με την διάμετρο. Η εξωτερική επιφάνεια του εισαγωγέα στο άκρο της να είναι επικαλυμμένη με υδρόφιλη επικάλυψη, έτσι ώστε η	40	316,00 €

	<p>επίστρωση οταν υγρανθεί να αποκτά εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή τριβής, διευκολύνοντας έτσι την εισαγωγή στο αγγειακό σύστημα. Το σχήμα του θηκαριού θα πρέπει να είναι κωνικό για την εύκολη και ατραυματική είσοδο του στην αρτηρία ακόμη και χωρίς νυστέρι.</p> <p>Η κατασκευή του θηκαριού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διαθέτει μικρή εξωτερική διάμετρο και Μεγάλη εσωτερική κάνοντας το έτσι συμβατό με τα υπόλοιπα υλικά της εξέτασης. Να διαθέτει δαχτύλιο συρραφής ραμμάτων για διευκόλυνση της σταθεροποίησης του θηκαριού Στο θηκάρι θα πρέπει να υπάρχει παράπλευρη παροχή με ενσωματωμένο 3-way stop cock για χορήγηση υγρών. Διαστολέα ατραυματικό και επαρκής σκληρότητας. Οδηγό σύρμα μήκους 45 cm και διαμέτρου 0.035'' διπλού άκρου ευθύ & J. Αγγειοβελόνα διαδερμικής εισαγωγής τύπου Seldinger εσ. διαμέτρου 18 Ga, μήκους περίπου 6,5CM η οποία μπορεί να δέχεται σύρμα έως 0,038 Inch.</p>		
18	<p>Σετ διαδερμικής εισαγωγής καθετήρων (Θηκάρια) 6fr.Ατραυματικό και αντιθρομβωτικό θηκάρι μήκους 11CM και εύρους από ακτινοσκιερή πολυουρεθάνη με αιμοστατική βαλβίδα απο σιλικόνη ανθεκτική χωρίς διαρροές ώστε να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του αίματος και την αναρρόφηση του αέρα και με κάλυμμα χρωματικού κωδικού αναλογα με την διάμετρο. Η εξωτερική επιφάνεια του εισαγωγέα στο άκρο της να είναι επικαλυμμένη με υδρόφιλη επικάλυψη, έτσι ώστε η επίστρωση οταν υγρανθεί να αποκτά εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή τριβής, διευκολύνοντας έτσι την εισαγωγή στο αγγειακό σύστημα. Το σχήμα του θηκαριού θα πρέπει να είναι κωνικό για την εύκολη και ατραυματική είσοδο του στην αρτηρία ακόμη και χωρίς νυστέρι.</p> <p>Η κατασκευή του θηκαριού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διαθέτει μικρή εξωτερική διάμετρο και Μεγάλη εσωτερική κάνοντας το έτσι συμβατό με τα υπόλοιπα υλικά της εξέτασης. Να διαθέτει δαχτύλιο συρραφής ραμμάτων για διευκόλυνση της σταθεροποίησης του θηκαριού Στο θηκάρι θα πρέπει να υπάρχει παράπλευρη παροχή με ενσωματωμένο 3-way stop cock για χορήγηση υγρών. Διαστολέα ατραυματικό και επαρκής σκληρότητας. Οδηγό σύρμα μήκους 45 cm και διαμέτρου 0.035'' διπλού άκρου ευθύ & J. Αγγειοβελόνα διαδερμικής εισαγωγής τύπου Seldinger εσ. διαμέτρου 18 Ga, μήκους περίπου 6,5CM η οποία μπορεί να δέχεται σύρμα έως 0,038 Inch.</p>	20	158,00 €
19	<p>Σετ διαδερμικής εισαγωγής καθετήρων (Θηκάρια) 7fr.Ατραυματικό και αντιθρομβωτικό θηκάρι μήκους 11CM και εύρους από ακτινοσκιερή πολυουρεθάνη με αιμοστατική βαλβίδα απο σιλικόνη ανθεκτική χωρίς διαρροές ώστε να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του αίματος και την αναρρόφηση του αέρα και με κάλυμμα χρωματικού κωδικού αναλογα με την διάμετρο. Η εξωτερική επιφάνεια του εισαγωγέα στο άκρο της να είναι επικαλυμμένη με υδρόφιλη επικάλυψη, έτσι ώστε η επίστρωση οταν υγρανθεί να αποκτά εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή τριβής, διευκολύνοντας έτσι την εισαγωγή στο αγγειακό σύστημα. Το σχήμα του θηκαριού θα πρέπει να είναι κωνικό για την εύκολη και ατραυματική είσοδο του στην αρτηρία ακόμη και χωρίς νυστέρι.</p> <p>Η κατασκευή του θηκαριού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διαθέτει μικρή εξωτερική διάμετρο και Μεγάλη εσωτερική κάνοντας το έτσι συμβατό με τα υπόλοιπα υλικά της εξέτασης. Να διαθέτει δαχτύλιο συρραφής ραμμάτων για διευκόλυνση της σταθεροποίησης του</p>	20	158,00 €

	δηκαριού Στο δηκάρι θα πρέπει να υπάρχει παράπλευρη παροχή με ενσωματωμένο 3-way stop cock για χορήγηση υγρών. Διαστολέα ατραυματικό και επαρκής σκληρότητας. Οδηγό σύρμα μήκους 45 cm και διαμέτρου 0,035'' διπλού άκρου ευθύ & J. Αγγειοβελόνα διαδερμικής εισαγωγής τύπου Seldinger εσ. διαμέτρου 18 Ga, μήκους περίπου 6,5CM η οποία μπορεί να δέχεται σύρμα έως 0,038 Inch.		
20	Σύρμα J κυρτά μεταλλικά διαμέτρου 0,035' ' και μήκους 180εκ. με επικάλυψη	150	1.050,00 €
21	Σύρμα οδηγά υδρόφιλα κυρτά J διαμέτρου 0,035 και μήκους -180 εκ.	100	1.700,00 €
22	Σύρμα οδηγά υδρόφιλα κυρτά J διαμέτρου 0,035 και μήκους -260 εκ.	20	500,00 €
23	Σύρμα τύπου Amplatz super stiff ευθύ διαμέτρου 0,035 μήκους 75cm με επικάλυψη TEFLON	30	945,00 €
24	Σύρμα τύπου Amplatz super stiff κυρτό διαμέτρου 0,035 μήκους 145cm με επικάλυψη TEFLON	20	630,00 €
25	Σύρμα τύπου Amplatz super stiff κυρτό διαμέτρου 0,035 μήκους 180cm με επικάλυψη TEFLON	20	630,00 €
26	Καθετήρες αγγειογραφίας περιφερειακών αγγείων από Nylon με πλέγμα και ακτινοσκιερό (TungstenTip) λεπτινόμενο άκρο για ομαλή εισαγωγή στο αγγείο ακόμα και χωρίς δηκάρι, εσωτερική διάμετρος αυλού 0,042'' στα 4fr τ. Pig -Tail 4fr-110cm	100	1.300,00 €
27	Αυτοκόλλητος επίδεσμος 10x4,5 αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος με μεγάλη συγκολλητική ικανότητα. να είναι λευκός, από 100% βαμβάκι, με δυνατότητα έκτασης περίπου 75%. να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος ακόμη και σε επάλληλα στρώματα. η συγκολλητική του ουσία να περιέχει οξείδιο του ψευδαργύρου ώστε να μην προκαλεί ερεθισμούς. Προορίζεται για τη χρήση του στο τμήμα του ψηφιακού αγγειογράφου. Να είναι διαστάσεων πλάτους 10 εκ. και αρχικού μήκους περίπου 2,5 μέτρων και 4,5 μέτρων μετά τον τανισμό.	120	168,00 €
28	Αιμοστατικός σπόγγος αποστειρωμένος διαστάσεων 10x10x10cm	160	96,00 €
29	Λάμες χειρουργικές αποστειρωμένες χωρίς λαβή N.11-5.000 τεμ. & N.22-5.000 τεμ	10.000	300,00 €
30	Καθετήρες Folley 2way με σιλικόνη χωρητικότητας 10-15 ml. Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικοναρισμένο latex. Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να μην είναι μαλδακό. Να φέρουν δυο τουλάχιστον πλευρικές ευρείας οπές στο άκρο τους καθώς και βαλβίδα υδροδαλάμου ασφαλή και ελαστική. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι. N. 14-800 τεμ. & N. 16-800 τεμ.	900	279,00 €
31	Καθετήρες φλεβός χωρίς βαλβίδα και πτερύγια N.18+20 Καθετήρες φλεβός χωρίς βαλβίδα και πτερύγια - Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή δρομβοφλεβίτιδα.	400	148,00 €

	<ul style="list-style-type: none"> -Ο οδηγός - στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια. - Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. - Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή. - Το καπάκι (πώμα) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων - Να αποσυνδέεται με ευκολία η βελόνη από το πλαστικό. <p style="text-align: center;">N.18-200 τεμ. & N.20g-200 τεμ. (απαιτείται η προσκόμιση 3 δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)</p>		
32	<p>Σωλήνα ακτινοσκοπικός παροχέτευσης θώρακος ενηλίκων με τροκάρ αποστειρωμένος N.8-50 τεμ., N.10 -50 τεμ., N.12-50 τεμ., N. 16-50 τεμ., N.20-50 τεμ. N.24 -50 τεμ. & N.32-50 τεμ..</p>	350	1.288,00 €
33	<p>Βαλβίδες παροχέτευσης θώρακος μη επιστροφής τύπου HEIMLIGH, διπλού θαλάμου, μαλακές από πολυουρεθάνη ή άλλα ισοδύναμο υλικό, διαφανείς, με εμφανές κόκκινο τόξο κατεύθυνσης υγρών ή αερίων και με ελαστικά σιλικονούχα άκρα σύνδεσης εκατέρωθεν. Να επιτρέπει την συνεχή πλευρική ή θωρακική παροχέτευση, με ασφάλεια ακόμα και κατά την μεταφορά τους ασθενούς χωρίς να χρειάζεται κλείσιμο ο σωλήνας παροχέτευσης. Να είναι μίας χρήσεως αποστειρωμένος DEHP FREE και να περιέχουν προϊόντα ζωικής ή βιολογικής προέλευσης (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	50	777,00 €
34	<p>Γάζα αιμοστατική 10X5cmx7,5cm περίπου από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη σε κανονική ύφανση. Η γάζα αυτή να ελέγχει την αιμορραγία σε 1-8 λεπτά. Αποστειρωμένη, απορροφήσιμη, με κλινικά αποδεδειγμένη βακτηριοκτόνο δράση. Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Να προσκομισθούν κλινικές μελέτες.</p>	60	480,00 €
35	<p>Αιμοστατική ζελατίνη με ανθρώπινη δρομβίνη 2000iu με τα κάτωδι χαρακτηριστικά: -Να ελέγχει άμεσα την αιμορραγία και να απορροφάται στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα, έχοντας την καλύτερη βιοαπορροφητικότητα και ιστο-συμβατότητα για πιθανή μείωσης της πιθανότητας συμπίεσης νευρικών δομών λόγω εναπομείναςας ποσότητας. Να διαθέτει σταθερή σύσταση (ρεολογικά χαρακτηριστικά) τελικής ουσίας για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα καθώς και διατήρηση δραστηριότητας προϊόντος για όσο δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. -Τη γρηγορότερη δυνατή παρασκευή του τελικού υλικού, για την όσο δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή του σε περίπτωση μη αναμενόμενων αιμορραγικών επεισοδίων -Να διατίθεται σε συσκευασία μεγαλύτερη των 6ml, για επάρκεια μίας (1) συσκευασίας, ανά περιστατικό/χειρουργείο. - Να έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα βάσει κλινικών μελετών οι οποίες θα πρέπει να προσκομιστούν με την υποβολή της προσφοράς. -Στη συσκευασία να συμπεριλαμβάνεται ένα εύκαμπτο ακροφύσιο (με μνήμη) με δυνατότητα λειτουργικής</p>	20	5.480,00 €

	<p>κάμψης 360 μοιρών για ανατομικά δυσπρόσιτες περιοχές - Στη συσκευασία να συμπεριλαμβάνεται και ένα άκαμπτο ακροφύσιο με δυνατότητα κοπής στο επιθυμητό μήκος, το οποίο εγγυάται το μη τραυματισμό των επικείμενων ιστών σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με αυτούς</p>		
36	<p>Γάζα υδρόφιλη Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση, μη αποστειρωμένη. Πρέπει να πληροί τους ορούς της ελληνικής φαρμακοποιίας iv και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κλπ) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κλπ). Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοφασμενη (η γωνιά σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90ο), ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον τέταρτο τύπο της ελληνικής φαρμακοποιίας iv ήτοι: αριθμός κλωστών ανά cm² 18 κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά 100+5 ελάχιστο φορτίο θραύσης σε newtons, ανα 5 εκ στη διεύθυνση του στήμονα 50 κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά 80+5 ελάχιστο φορτίο θραύσης σε newtons, ανά 5 εκ. στη διεύθυνση της κρόκης 30 ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m²) 24. Η γάζα θα έχει πλάτος 90 εκατοστά +/- 1% και μήκος 100 μέτρα +/- 1%, θα είναι συσκευασμένη σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ζικ-ζακ) του ενός μέτρου ή σε φύλλα με τη μια διάσταση 90 εκ. σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω: 1. τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση) 2. το είδος του περιεχομένου 3. η ημερομηνία παραγωγής 4. ο αριθμός παρτίδας 5. οι διαστάσεις 6. η ένδειξη «Κρατικό Είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη</p>	12.000	1.116,00 €
37	<p>Βελόνες μίας χρήσης, αποστειρωμένες για την εφαρμογή τους στις σύριγγες. Να είναι LATEX FREE καλά τροχισμένες, και να διατίθενται σε ατομική συσκευασία N. 16g XI-1/2'' (15.000 τεμ.), N.19gXI-1/2'' (5.000 τεμ.) & N. 21Gx1-1/2'' (10.000 τεμ.)</p>	30.000	1.200,00 €
38	<p>Πεταλούδες με βελόνη. Η βελόνη να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη, λεπτών τοιχωμάτων με διπλή κοντή λοξοτόμηση. -Να διαθέτει ζεύγος πτερυγίων για τη σωστή προώθηση της βελόνας και την ασφαλή στήριξη της. Στα πτερύγια να αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας σε G και να φέρουν χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. - Ο σωλήνας να είναι υψηλής ποιότητας και να ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση, καθώς και ικανοποιητικού μήκους για τη δημιουργία καμπύλης ασφαλείας ανάλογα με το μέγεθος και τη χρήση</p>	4.500	549,00 €

	-Να προορίζονται για γενική και νεογνολογική χρήση. -Να διαθέτει επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση ασφαλείας με τη συσκευή χορήγησης ή σύριγγας. Να διατίθενται ως κάτωθι: Ν. 21-3.000 τεμ. & Ν. 23-1.500 τεμ.		
39	Βελόνες για χημειοθεραπεία τύπου HUBER κεκαμμένες για εμφυτευσιμους κώδωνες με πτερύγια για εύκολη τοποθέτηση. Οι βελόνες να έχουν επίσης προέκταση, διακόπτη ροής και άκρο σύνδεσης luer lock. Να είναι αποστειρωμένες και μιας χρήσης. Οι βελόνες να έχουν διάμετρο 19g και μήκος 20μμ.	300	585,00 €
40	Αρτηριακοί καθετήρες πλήρες σετ αποστειρωμένο και latex free ασφαλούς αρτηριοπαρακέντησης κερκιδικής αρτηρίας μεθόδου seldinger με αιμοστατική βαλβίδα για την αποφυγή διαφυγής αίματος και με πρόσδετο βοηθητικό αυλό για την οπτική αναγνώριση 100% επιτυχούς αρτηριακής παρακέντησης. Το σετ να αποτελείται από: -μια (1) βελόνα παρακέντησης 20g μήκους 38 mm περίπου η οποία διαθέτει αιμοστατική βαλβίδα με παράπλευρη δίοδο για την επιτυχή εισαγωγή του καθετήρα στην αρτηρία, -ένα (1) σύρμα οδηγό μήκους 29 εκ. περίπου -έναν (1) καθετήρα πολυαιθυλενίου ή ισοδύναμο υλικό 20g μήκους 8 εκ. περίπου (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	80	560,00 €
41	Ποτηράκια ούρων 100-150ml αποστειρωμένα με ετικέτα και πώμα βιδωτό	3.200	224,00 €
42	Αποστειρωμένοι ουροσυλλέκτες με βρυσάκι δύο λίτρων με διαβαθμίσεις ανά 100ml , διαφανείς και ανθεκτικοί με επαρκές μήκος σωλήνα (τουλάχιστον 100εκ. περίπου) ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα και με ειδική δέση στο σωλήνα σύνδεσης με τον καθετήρα. Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας και να έχουν βαλβίδα εκκένωσης με βρυσάκι. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	2.000	384,00 €
43	Κολποσκοπία διαφανή αποστειρωμένα με χειρολαβή μεγέθους M.	1.000	250,00 €
44	Μαρκαδόροι –δερματογράφου δέρματος με και χωρίς χαρακία , αποστειρωμένοι και να μη ξεβάφουν	50	20,90 €
45	Κλιπς ομφάλιου λώρου αποστειρωμένο, μιας χρήσης, με διπλό αγκιστρωτό σύστημα ασφαλείας με ερμητικό κλείσιμο και ειδικό μηχανισμό κλειδώματος που δεν επιτρέπει το παραμικρό διάκενο, αποκλείοντας κάθε κίνδυνο αιμορραγίας (απαιτείται η προσκόμιση πέντε δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)	500	450,00 €
46	Αποστειρωμένο αλγηνικό κορδόνι υψηλής περιεκτικότητας σε υαλουρονικό οξύ, με ιοντικό άργυρο υπό μορφή συμπλόκου και προσθήκη κυτταρίνης, ευρείας αντιμικροβιακής δράσης, για έλκη με λοίμωξη και κοιλότητα, διάσταση 30-44εκ. περίπου.	100	665,00 €

47	Μετεγχειρητικοί σάκοι με αφαιρούμενο παράθυρο επιδεώρησης, με έξοδο για εύκολο άδειασμα του σάκου ή για σύνδεση με ουροσυλλεκτή. Με κολλητικό το οποίο να είναι κατασκευασμένο από σύγχρονα υλικά, και το οποίο να μην αποκολλάται εύκολα. Διαφανείς με άνοιγμα 0-100μμ περίπου. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	50	450,00 €
48	Ενδροταχειακοί σωλήνες με αεροθάλαμο και MURPHY EYE με τα κάτωδι χαρακτηριστικά: -Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο δερμοευαίσθητο PVC, μη τοξικό (latex free), με ομαλή εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. -να υπάρχει δυνατότητα επιλογής διάφανου η σιλικοναρισμένου PVC με ακτινοσκοπική γραμμή. -Επάνω στον οδηγό (pilot) πλήρωσης του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και η διάμετρος εκπτώσης του cuff για ευκρινή έλεγχο. -Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά ο σωλήνας στους 37ο να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς - Το cuff να είναι αρκετά ενέδδοτο, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. -το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (pilot) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής, και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει πρέπει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. -Το cuff να είναι τοποθετημένο δερμοσυγκολλητικά ενώ παράλληλα να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας,ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της. -Ο σωλήνας του αεροθαλάμου να διαθέτει μαύρη γραμμή που να αντιστοιχεί περίπου στη γλωττίδα, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση του αεροθαλάμου κάτωδι των φωνητικών χορδών. N. 6-20 τεμ.,N.6,5 -40 τεμ., N.7.200 τεμ. N. 7,5 -100 τεμ., N. 8-150 τεμ.& N.8,5- 50 τεμ. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	560	324,80 €
49	Σετ καλύμματος Δι-οισοφαγικού υπερήχου με στόμιο από μαλακό ατραυματικό υλικό και κάλυμμα latex- Free μήκους 2.5X122cm. Να περιέχει gel υπερήχου σε προγεμισμένη σύριγγα 12ml. Η ποιότητα του υλικού να είναι τέτοια που να το καταστά λιγότερο τραυματικό, σημαντικό για ασθενείς με αυξημένο αιμορραγικό κίνδυνο (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	12	216,00 €
50	Αιμοστατικός σπόγγος ορθού από ζελατίνη σε κυλινδρική μορφή διαστάσεων 80X0,30 εκ. περίπου	20	60,00 €
	Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.		29.949,30€

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE και προσφέρουν υποχρεωτικά το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας του Νοσοκομείου. Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσφορά της ακριβής

συνολικής αιτούμενης ποσότητας του νοσοκομείου, λόγω αδυναμίας σπασίματος της συσκευασίας, τότε οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη από την αιτούμενη ποσότητα προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται σε ακέραιες προσφερόμενες συσκευασίες.

2. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής compareONE συνυποβάλλονται ως συνημμένα έγγραφα η τεχνικοοικονομική προσφορά των προσφερομένων ειδών, οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 4 καθώς και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 18 της παρούσας.
 3. Στην τεχνικοοικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, η προσφερόμενη ποσότητα (αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην περίπτωση 1 της παρούσας), πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
 4. Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
 5. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
 6. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
 7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.
 8. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 9. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του ανά μονάδα μέτρησης του είδους, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη.
 10. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
 11. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 12. Για τα είδη στις τεχνικές προδιαγραφές των οποίων αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων, τα σχετικά δείγματα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που αναφέρεται στην παρούσα. Σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Στην περίπτωση μη προσκόμισης δειγμάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις η προσφορά απορρίπτεται.
- Η παράδοση των υλικών θα είναι άμεση από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.**
13. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 29.949,30 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 35.862,90 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 14. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
 15. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την 17-05-2022. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 16. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν δεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
 17. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 46 ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
 18. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:

- i. Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης**, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τεύχ.Β/02-10-09) **ή/και** του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 9342/ΕΟΚ.
- ii.** Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
- iii.** Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη ή συνταχθείσα μέσω του gov.gr, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου¹ το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ως ισχύουν. Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α² του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
- iv.** Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

19. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Νίκη Προκόπη	Παπαμακάριος Σταύρος	κ.α.α Αλεξία Μπολουντάκη	Νικόλαος Αρκαδόπουλος, Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

¹ Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

² Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».