

**ΕΦΟΡΕΙΑ**
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη
 Τηλέφωνο: 210/72.86.411
 FAX: 210/72.11.007
 Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28
 E-mail: npokopi@aretaieio.uoa.gr

Αθήνα, 15-06-2022
 Αρ. Πρωτ.:873

Προς
 Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. τις από 01-02-2022 & 19-04-2022 αποφάσεις της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 118 & 120 (παρ. 2 και 3α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ως ισχύουν
- iii. την υπ' αριθ. 720/1097/05-05-2022 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 22REQ010509166, ΑΔΑ:60Η546Ψ8Χ4-ΦΓΧ),
- iv. την υπ' αριθμ. 921/02-11-2021 απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 5286/Β/12-11-2021),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών υγειονομικού υλικού προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του Νοσοκομείου, εκτιμώμενης δαπάνης 29.980,40€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 34.463,81€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει της τιμής.**

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν **υποχρεωτικά**, μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE, μέχρι την **22-06-2022** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:30 μ.μ.** Η εφαρμογή compareONE είναι προσβάσιμη στις εταιρείες – προμηθευτές του Νοσοκομείου αποκλειστικά **μέσω Internet** και απαιτείται η έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης. Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στο <https://register.marketsite.gr/>. **Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης ΔΕΝ χρειάζεται να προσδούν σε καμία ενέργεια καθώς είναι ήδη καταχωρημένοι στην εφαρμογή. Η εγγραφή στις εφαρμογές της cosmoONE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για τους οικονομικούς φορείς.** Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με την εφαρμογή compareONE, οι οικονομικοί φορείς παρακαλούν όπως αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@cosmo-one.gr ή να καλέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της cosmoONE στο **210 2723360**.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες, όσον αφορά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Νικόλαος Αρκαδόπουλος Καθηγητής
 Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 -Δ/ση Οικονομικού

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘ ΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ
1	Χαρτοσέντονα 50εκ.Χ50εκ. 1. Να διαδέτουν υψηλή απορροφητικότητα στα βιολογικά υγρά. 2. Η εσωτερική πλευρά να είναι υπενδεδυμένη από καλής ποιότητα πλαστικό. 3. Να διαδέτουν εγχοπές ώστε να κόβονται εύκολα χωρίς να σκίζονται. 4. Το πάχος του χαρτιού στην εξωτερική πλευρά να είναι τέτοιο ώστε το χαρτοσέντονο να μην είναι διάφανες. 5. Οι ζητούμενες διαστάσεις είναι πλάτους 50 εκ. σε ρολό των 50 μέτρων.	200	204,00 €
2	Σωληνάρια αιμοληψίας 5ml με ετικέτα, πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής, κενό αέρος με στρογγυλή βάση χωρίς σφαιρίδια διαφανή και με δυνατότητα γραφής με απλό στυλό (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	20.000	1.600,00 €
3	Σωληνάρια RIA 75X12 πλαστικά 5ml χωρίς πώμα και χείλος, με και χωρίς ετικέτα, με στρογγυλό πυθμένα, διαφανή 75X12MM)	15.000	1.350,00 €
4	Σάκοι αναρρόφησης 2.000ml με βαλβίδα & φίλτρο συμβατοί με αναρροφήσεις medela, hicovak 700 & Med Ap είναι από υλικό στεγανό που να μην σχίζεται εύκολα. Ο μειοδότης θα πρέπει να παραχωρήσει δωρεάν προς χρήση μαζί με τους σάκους και δέκα επτά (17) κάνιστρα Τα κάνιστρα θα πρέπει να ταιριάζουν στις επιτοίχιες βάσεις που διαθέτει το Νοσοκομείο. (απαιτείται η προσκόμιση σάκου και κάνιστρου με την υποβολή της προσφορά)	1.000	1.140,00 €
5	Ποδονάρια πλαστικά μ.Χ.	25.000	225,00 €
6	Ρινικά γυαλάκια οξυγόνου	1.000	180,00 €
7	Βαμβακοφόροι στυλεοί πλαστικοί αποστειρωμένοι ανά τεμάχιο 15εκ.	2.000	180,00 €
8	Σετ μιας χρήσης καθαριότητας και περιποίησης στοματικής κοιλότητας κατακεκλιμένων ασθενών. Το σετ να αποτελείται απαραίτητα από 2 σωλήνες αναρρόφησης με δυνατότητα ελεγχόμενης αναρρόφησης και σφουγγαράκι στο άκρο εμποτισμένο με sodium bicarbonate, 1 φακελάκι με καθαριστικό –αντιμικροβιακό και 1 φακελάκι με ενυδατικό στόματος-χειλιών με βιταμίνη	400	1.000,00 €
9	Καθετήρες Argon μιας χρήσης, με ενσωματωμένο φίλτρο ασφαλείας και συνδετικό καλώδιο. Να διαθέτουν φίλτρο μεμβράνης το οποίο να προφυλάσσει από πιθανή επιμόλυνση της συσκευής Argon εξαιτίας αναστροφής ροής αίματος ή εκκρίσεων. Συμβατοί με τη διαδερμίας ERBE V/0 200S που βρίσκεται στο Νοσοκομείο)	5	1.900,00 €
10	Μπλούζες επισκεπτών μη αποστειρωμένες μίας χρήσεως	1.000	700,00 €

11	<p>Ζελέ υπερήχων, κατάλληλο για όλες τις κεφαλές ιατρικών υπερήχων.</p> <p>-Να έχει πυκνότητα 11 gr/cm³ και pH 7. να είναι άοσμο, άχρωμο, υδροδιαλυτό.</p> <p>-Να μη δημιουργεί λεκέδες, να μην κολλά στα χέρια, να είναι πυκνόρρευστο, ώστε να μην τρέχει, να μην προκαλεί αλλεργίες ή ερεθισμούς στο δέρμα.</p> <p>-Να είναι άφλεκτο, αντιδιαβρωτικό και να μη μεταβάλλεται σε σχέση με τη θερμοκρασία.</p> <p>-Να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων</p>	100	80,00 €
12	<p>Ρύγξη αναρρόφησης & εγχύσεων πολλαπλών χρήσεων. Να αποτελείται από εύκαμπτο πώμα, συνδετικό προστασίας από επαφές, ενσωματωμένη βαλβίδα και φίλτρο αέρα για μέγιστη προστασία από μολύνσεις. Ενσωματωμένη βαλβίδα, η οποία εμποδίζει τη διαρροή διαλύματος κατά την αποσύνδεση της σύριγγας</p> <p>Εύκολος χειρισμός και αρίστη υγιεινή για επαναλαμβανόμενες αναρρόφησης υγρών κατάλληλο για όλες τις φιάλες χωρητικότητας 3-1000ml (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	100	75,00 €
13	<p>Ενδροταχειακοί σωλήνες με αεροθάλαμο και MURPHY EYE με τα κάτωδι χαρακτηριστικά:</p> <p>-Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο δερμοευαίσθητο PVC, μη τοξικό (latex free), με ομαλή εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια.</p> <p>-να υπάρχει δυνατότητα επιλογής διάφανου ή σιλικοναρισμένου PVC με ακτινοσκοπική γραμμή.</p> <p>-Επάνω στον οδηγό (pilot) πλήρωσης του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και η διάμετρος εκπτώσης του cuff για ευκρινή έλεγχο.</p> <p>-Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά ο σωλήνας στους 37ο να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς</p> <p>- Το cuff να είναι αρκετά ευένδοτο, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.</p> <p>-το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (pilot) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής, και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει πρέπει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.</p> <p>-Το cuff να είναι τοποθετημένο δερμοσυγκολλητικά ενώ παράλληλα να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας,ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της.</p> <p>-Ο σωλήνας του αεροθαλάμου να διαθέτει μαύρη γραμμή που να αντιστοιχεί περίπου στη γλωττίδα, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση του αεροθαλάμου κάτωδι των φωνητικών χορδών. N.7.-100 τεμ. N. 7,5 -100 τεμ. & N. 8-100 τεμ.</p> <p>(απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	300	240,00 €
14	<p>Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης, αποστειρωμένοι ακτινοσκοπικοί,</p> <p>N.24-100 τεμ. N.27-100 τεμ. & N.30-100 τεμ.</p>	300	732,00 €
15	<p>Μονολέτες (ακίδες) σκαρφίστηκες προστατευμένες αποστειρωμένες μιας χρήσης</p>	10.000	500,00 €
16	<p>Καθετήρες 3-αυλών</p> <p>Σετ κεντρικού φλεβικού καθετήρα 3 αυλών διαμέτρου 7fr μήκους 20 εκ. περίπου. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκοπικός από πολυουρεθάνη με ελαστικό, εύκαμπτο</p>	100	590,00 €

	<p>και ατραυματικό άκρο. Οι αυλοί να έχουν διάμετρο 16-18 g ώστε να είναι κατάλληλοι για ροές τουλάχιστον 3100ml/ώρα για το περιφερικό άκρο, 1500ml/ώρα για το μεσαίο άκρο και 1600ml/ώρα για το εγγύς άκρο. Οι αντίστοιχες ροών και πιέσεων να αναγράφονται στο πίσω μέρος της συσκευασίας. Το σετ να περιλαμβάνει εκτός από τον καθετήρα, 1 συρμάτινο οδηγό μήκους 60 εκ και διαμέτρου 0,81mm, περίπου, με ατραυματικά άκρα (1 ευθύ, 1 κυρτό), 1 σύριγγα 5cc με ηχογενή βελόνα παρακέντησης 18 g, μήκους περίπου 6,35 εκ., 1 νυστέρι, 1 αγγειακό διαστολέα και τα πώματα των αυλών. Να είναι αποστειρωμένοι, latex free και να αναγράφεται στην συσκευασία. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>		
17	Ποτηράκια ούρων 100-150ml αποστειρωμένα με ετικέτα και πώμα βιδωτό	3.200	278,40 €
18	Μετεγχειρητικοί σάκοι με αφαιρούμενο παράθυρο επιδεώρησης, με έξοδο για εύκολο άδειασμα του σάκου ή για σύνδεση με ουροσυλλεκτή. Με κολλητικό το οποίο να είναι κατασκευασμένο από σύγχρονα υλικά, και το οποίο να μην αποκολλάται εύκολα. Διαφανείς με άνοιγμα 0-100μμ περίπου. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	50	425,00 €
19	Σφουγγαράκια με ακίδες διαθερμίας (ξύστρες)	100	40,00 €
20	Στρόφιγγες υψηλών πιέσεων, με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής μετά τη σύνδεση του σωλήνα. να είναι λιποαντοχα. Να εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση, χωρίς διαρροές, σε κάθε περίπτωση. Να είναι κατάλληλο για εγχύσεις υπό πίεση. Αποστειρωμένα, μη, σε συσκευασία του ενός τεμαχίου. σύνδεση LOCK,LATEX FREE (απαιτείται η προσκόμιση τριών δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)	2.400	912,00 €
21	Πώματα φλεβοκαθετήρων πώματα στροφιγγων-φλεβοκαθετηρων, luer-lock βιδωτα με ελαστική μεμβράνη στο κέντρο (latex υποαλλεργικο) για πολλαπλά τρυπήματα. Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένα σε συσκευασία του ενός τεμαχίου, λευκού χρώματος, ptfе free	8.000	400,00 €
22	Στοματοφαρυγγικού αεραγωγοί N.2 (29 cm) με τα κάτωδι χαρακτηριστικά: -Να φέρουν χρωματική ένδειξη ανάλογα με το νούμερο -Να είναι LATEX -FREE -Να είναι αποστειρωμένοι -Να είναι σκληροί και να μην κάμπτονται -Να έχουν επαρκές εύρος ώστε να περνάει με ευκολία ο καθετήρας αναρρόφησης. Η καμπυλότητα τους να προσαρμόζεται με εκείνη του στόματος.	500	100,00 €
23	Στυλέος διαθερμίας μιας χρήσης με κουμπιά ή διακόπτη χειρός, για αιμόσταση και κοπή, με ενσωματωμένο ηλεκτρόδιο τύπου ανοξειδωτο ατσάλι	800	592,00 €
24	Ταινίες σύγκλεισης τραύματος, αντίστοιχες του τύπου steri-strip. -Να είναι μικροπορωδεις και να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. -Το υλικό κατασκευής να είναι μη υφασμένο ραιγιον. -Να έχουν υποαλλεργικη κόλλα. -Να είναι διαστάσεων 6μμ χ 100μμ.	5.000	200,00 €

25	<p>Συσκευή χορήγησης φαρμάκων ενδοφλεβία ή επισκληριδία 1 ημέρας (single day) 2ml/h</p> <p>Συσκευές χορήγησης φαρμάκων συνεχούς ενδοφλέβιας ή επισκληριδίας, μιας ημέρας, ροής 2ml ανά ώρα. ενσωματωμένο φίλτρο σωματιδίων. σωλήνας ανθεκτικός στο τσάκισμα, ο οποίος είναι προσυνδεδεμένος στο σώμα της αντλίας και δε φέρει διακόπτη ροής, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια στην έγχυση. Ελαστομερής δεξαμενή από διαφανές υλικό, latex free. Θέση πλήρωσης με ανεπιστροφή βαλβίδα. Γραμμές εξέλιξης της έγχυσης στο κυρίως σώμα. χωρητικότητα 60ml, μέγιστος όγκος 65ml.</p>	70	742,00 €
26	<p>Φορητή ελαστομερή αντλία 2 ημερών με 5ml/hr</p> <p>Να είναι μικρές αδρόρυδες, φορητές αντλίες μ.χ. που να λειτουργούν αυτόνομα χωρίς να χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα ή μπαταρίες και να μην επηρεάζονται από τη βαρύτητα.</p> <p>-Να διαθέτουν περίβλημα από σκληρό πλαστικό, ώστε να αποτρέπεται η από λάθος συμπίεση του μπαλονιού. γραμμές εξέλιξης της έγχυσης στο κυρίως σώμα.</p> <p>-Να διαθέτουν μπαλόνι από 100% σιλικόνη, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια στη ροή ακόμη και αν η αντλία γεμίσει με λίγα μονό ml.</p> <p>-Ο σωλήνας έγχυσης της αντλίας να είναι προσυνδεδεμένος με το στέλεχος της αντλίας -για λόγους ασηψίας- και να είναι 100% ατσάκιστος προκειμένου να μην υπάρχει περίπτωση διακοπής της ροής με τις συνήδεις κινήσεις.</p> <p>-Να διαθέτει διπλό φίλτρο για κατακράτηση μικροσωματίων και αποβολής αέρα για</p> <p>-Να γίνεται γρήγορα η εξαέρωση της αντλίας.</p> <p>μέγιστος όγκος 130ml, latex free, ptfе free</p>	70	420,00 €
27	<p>Βελόνες για χημειοθεραπεία τύπου HUBER κεκαμμένες για εμφυτεσιμους κώδωνες με πτερύγια για εύκολη τοποθέτηση. Οι βελόνες να έχουν επίσης προέκταση, διακόπτη ροής και άκρο σύνδεσης luer lock. Να είναι αποστειρωμένες και μιας χρήσης.</p> <p>Οι βελόνες να έχουν διαμέτρημα 19g και μήκος 20μμ.</p>	500	740,00 €
28	<p>Σωληνάρια 3ml με αντιπηκτικό (Γενικές αίματος)</p> <p>Φιαλίδια συνθετικά γενικής αίματος με ξηρό 5,4MG K2EDTA ψεκασμένο στα τοιχώματα του φιαλιδίου, αναλογία 1,8MG EDTA/ML αίματος. Να αναγράφεται στη ετικέτα η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, διαυγή, μίας χρήσεως, αποστειρωμένο, κενού αέρος, διαστάσεων 13X75MM, για όγκο αίματος 2,5 ή 2ml. Να είναι πωματισμένο με εύχρηστο ενισχυμένο πιεστικό ελαστικό πάωμα ασφαλείας και εύκολης διάτρησης, στεγανής εφαρμογής και ασφαλούς εκπωματισμού, με ειδικό κάλυμμα, ετικέτα και ένδειξη περιεχομένου (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	8.000	632,00 €
29	<p>Σπρέι επικάλυψης τραύματος σε συσκευασία 100- 250ml</p>	100	390,00 €
30	<p>Καθετήρες folley N.16 με 2WAY</p> <p>Να αποτελούνται από σιλικόνη 100%.</p> <p>Να είναι απολύτως διαφανείς, να φέρουν υδροδάλαμο χωρητικότητας 10-45ML,</p> <p>Ο οποίος να αποτελείται από ανθεκτικό υλικό. Και να είναι ακτινοσκιερός. Το άκρο τους να μην είναι κεκεκαμένο (τ. TIEMANN). Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	600	330,00 €

31	Γάντια εξεταστικά/διαδικαστικά μη αποστειρωμένα μεγέθους Large σαγρέ E	70.000	133,00 €
32	Γάντια εξεταστικά/διαδικαστικά μη αποστειρωμένα με πούδρα, με κοντή μανσέτα, ανθεκτικά, από φυσικό λατεξ ή συνθετικό ελαστικό λατεξ. Απαιτούμενη Ποσότητα ανά μέγεθος: Small 60.000 τεμ., Medium 50.000 τεμ. & Large 40.000 τεμ	140.000	4.200,00 €
33	Γάντια εξεταστικά/διαδικαστικά μη αποστειρωμένα χωρίς πούδρα, με κοντή μανσέτα, ανθεκτικά, από φυσικό λάτεξ ή συνθετικό ελαστικό λατεξ. Απαιτούμενη Ποσότητα ανά μέγεθος: Small 100.000 τεμ., Medium 100.000 τεμ. & Large 50.000 τεμ	250.000	8.750,00 €
	Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.		29.980,40€

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE και προσφέρουν υποχρεωτικά το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας του Νοσοκομείου. Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσφορά της ακριβής συνολικής αιτούμενης ποσότητας του νοσοκομείου, λόγω αδυναμίας σπασίματος της συσκευασίας, τότε οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη από την αιτούμενη ποσότητα προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται σε ακέριες προσφερόμενες συσκευασίες.
- Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής compareONE συνυποβάλλονται ως συνημμένα έγγραφα η τεχνικοοικονομική προσφορά των προσφερομένων ειδών, οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 4 καθώς και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 18 της παρούσας.**
- Στην τεχνικοοικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, η προσφερόμενη ποσότητα (αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην περίπτωση 1 της παρούσας), πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
- Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
- Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.
- Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
- Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του ανά μονάδα μέτρησης του κάθε αιτούμενου είδους, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη.
- Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
- Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
- Για τα είδη στις τεχνικές προδιαγραφές των οποίων αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων, τα σχετικά δείγματα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που αναφέρεται στην παρούσα. Σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Στην περίπτωση μη προσκόμισης δειγμάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις η προσφορά απορρίπτεται.

- Η παράδοση των υλικών θα είναι άμεση από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.
13. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 29.940,40 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 34.463,81 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 14. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
 15. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την **21-08-2022. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
 16. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν δεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
 17. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και ΙΙ του άρθρου 46 ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
 18. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
 - i. **Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης**, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τεύχ.Β/02-10-09) **ή/και** του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 9342/ΕΟΚ.
 - ii. Prospectus του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με της τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
 - iii. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
 - iv. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω gov.gr στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε** προσώπου¹ το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ως ισχύουν.
Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α² του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
 - v. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

¹ Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

²Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».

19. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Νίκη Προκόπη	Παπαμακάριος Σταύρος	κ.α.α. Αλεξία Μπολουδάκη	Νικόλαος Αρκαδόπουλος, Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ