



ΑΔΑΜ:

**ΕΦΟΡΕΙΑ  
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη  
Τηλέφωνο: 210/72.86.411  
FAX: 210/72.11.007  
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28  
E-mail: [npokopi@aretaieio.uoa.gr](mailto:npokopi@aretaieio.uoa.gr)

Αθήνα, 06-04-2023  
Αρ. Πρωτ.: 402

Προς  
Όλους τους ενδιαφερόμενους

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 30-03-2023 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 118 & 120 (παρ. 2 και 3α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ως ισχύουν
- iii. την υπ' αριθ. 378/523/06-04-2023 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 23REQ012456698, ΑΔΑ:ΨΥΒ346Ψ8Χ4-Χ9Ξ),
- iv. την υπ' αριθμ. 921/02-11-2021 απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 5286/Β/12-11-2021),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών αναισθησιολογικού υλικού, καθετήρων καθώς και μέσων εργαστηριακής καλλιέργειας προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του Νοσοκομείου, εκτιμώμενης δαπάνης 29.504,60€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 35.482,95€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

**Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.**

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά, μέσω της εφαρμογής **compareONE** της **cosmoONE**, μέχρι την **11-04-2023 ημέρα Τρίτη (Μεγάλη Τρίτη) και ώρα 16:30 μ.μ.** Η εφαρμογή **compareONE** είναι προσβάσιμη στις εταιρείες – προμηθευτές του Νοσοκομείου αποκλειστικά μέσω Internet και απαιτείται η έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης. Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στο <https://register.marketsite.gr/>. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης ΔΕΝ χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια καθώς είναι ήδη καταχωρημένοι στην εφαρμογή. Η εγγραφή στις εφαρμογές της cosmoONE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για τους οικονομικούς φορείς. Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με την εφαρμογή **compareONE**, οι οικονομικοί φορείς παρακαλούν όπως αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [support@cosmo-one.gr](mailto:support@cosmo-one.gr) ή να καλέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της **cosmoONE** στο 210 2723360.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες, όσον αφορά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Νικόλαος Αρκαδόπουλος Καθηγητής  
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

-Δ/ση Οικονομικού

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Καθετήρες αγγειογραφίας περιφερειακών αγγείων από Nylon με πλέγμα και ακτινοσκιερό (TungstenTip) λεπτινόμενο άκρο για ομαλή εισαγωγή στο αγγείο ακόμα και χωρίς δηκάρι εσωτερική διάμετρος αυλού 0,042'' τ. Vertebral 5fr-125cm	20	260,00 €
2	Καθετήρες αγγειογραφίας περιφερειακών αγγείων από Nylon με πλέγμα και ακτινοσκιερό (TungstenTip) λεπτινόμενο άκρο για ομαλή εισαγωγή στο αγγείο ακόμα και χωρίς δηκάρι εσωτερική διάμετρος αυλού 0,042'' τ. Simmons II 5fr-125cm	20	360,00 €
3	Καθετήρες αγγειογραφίας περιφερειακών αγγείων από Nylon με πλέγμα και ακτινοσκιερό (TungstenTip) λεπτινόμενο άκρο για ομαλή εισαγωγή στο αγγείο ακόμα και χωρίς δηκάρι, εσωτερική διάμετρος αυλού 0,042'' τ. Vertebral 4fr-100cm	10	130,00 €
4	Σωληνάκια 3ml με αντιπηκτικό (Γενικές αίματος) Φιαλίδια συνδεδετικά γενικής αίματος με ξηρό 5,4MG K2EDTA ψεκασμένο στα τοιχώματα του φιαλιδίου. Να αναγράφεται στη ετικέτα η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, διαυγή, μίας χρήσεως, αποστειρωμένο, κενού αέρος, διαστάσεων 13X75MM, για όγκο αίματος 3 ml. Να είναι πωματισμένο με εύχρηστο ενισχυμένο πιεστικό ελαστικό πώμα ασφαλείας και εύκολης διάτρησης, στεγανής εφαρμογής και ασφαλούς εκπωματισμού, με ειδικό κάλυμμα, ετικέτα και ένδειξη περιεχομένου (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	10.000	680,00 €
5	Αρτηριακοί καθετήρες πλήρες σετ αποστειρωμένο και latex free ασφαλούς αρτηριοπαρακέντησης κερκιδικής αρτηρίας μεθόδου seldinger με αιμοστατική βαλβίδα για την αποφυγή διαφυγής αίματος και με πρόσδετο βοηθητικό αυλό για την οπτική αναγνώριση 100% επιτυχούς αρτηριακής παρακέντησης. Το σετ να αποτελείται από: -μια (1) βελόνα παρακέντησης 20g μήκους 38 mm περίπου η οποία διαθέτει αιμοστατική βαλβίδα με παράπλευρη δίοδο για την επιτυχή εισαγωγή του καθετήρα στην αρτηρία, -ένα (1) σύρμα οδηγό μήκους 29 εκ. περίπου -έναν (1) καθετήρα πολυαιθυλενίου ή ισοδύναμο υλικό	150	1.050,00 €
6	Ποτηράκια ούρων 100-150ml αποστειρωμένα με ετικέτα και πώμα βιδωτό	3.200	291,20 €
7	Ενδροτραχειακοί σωλήνες με αεροθάλαμο και MURPHY EYE με τα κάτωδι χαρακτηριστικά: -Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, μη τοξικό (latex free), με ομαλή εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. -να υπάρχει δυνατότητα επιλογής διαφανου η σιλικοναρισμενου p.v.c. με ακτινοσκιερή γραμμή. -Επάνω στον οδηγό (pilot) πλήρωσης του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα	400	288,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	<p>και η διάμετρος εκπτυσης του cuff για ευκρινή έλεγχο.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά</li> <li>ο σωλήνας στους 37ο να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς</li> <li>- Το cuff να είναι αρκετά ευένδοτο, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.</li> <li>-το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγώ (pilot) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής, και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει πρέπει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.</li> <li>-Το cuff να είναι τοποθετημένο δερμοσυγκολλητικά ενώ παράλληλα να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της.</li> <li>-Ο σωλήνας του αεροθαλάμου να διαδέτει μαύρη γραμμή που να αντιστοιχη περίπου στη γλωττίδα, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση του αεροθαλάμου κάτωθι των φωνητικών χορδών. N. 6,5 -200 τεμ. &amp; N.7-200 (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</li> </ul>		
8	<p>Επεκτατικά φλεβός LUER LOCK αρσενικό- θηλυκό με στρόφιγγα 3WAY μήξους 100 εκ. Να μην τσακίζουν, να μην απόσπεται η προέκταση από την σύνδεση με το 3way (να είναι ένα κομμάτι) ασφαλείας, λιποάντοχα. Να είναι διαφανή, LATEX FREE, PTFE FREE (απαιτείται η προσκόμιση τριών δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς</p>	200	156,00 €
9	<p>Στρόφιγγες υψηλών πιέσεων, με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής μετά τη σύνδεση του σωλήνα. να είναι λιποαντοχα. Να εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση, χωρίς διαρροές, σε κάθε περίπτωση. Να είναι κατάλληλο για εγχύσεις υπό πίεση. Αποστειρωμένα, μχ, σε συσκευασία του ενός τεμαχίου. σύνδεση LOCK, LATEX FREE (απαιτείται η προσκόμιση τριών δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)</p>	6.000	2.280,00 €
10	<p>Στοματοφαρυγγικού αεραγωγοί N.3 (10 cm) με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Να φέρουν χρωματική ένδειξη ανάλογα με το νούμερο</li> <li>-Να είναι LATEX -FREE</li> <li>-Να είναι αποστειρωμένοι</li> <li>-Να είναι σκληροί και να μην κάμπτονται</li> <li>-Να έχουν επαρκές εύρος ώστε να περνάει με ευκολία ο καθετήρας αναρρόφησης. Η καμπυλότητά τους να προσαρμόζεται με εκείνη του στόματος.</li> </ul>	500	100,00 €
11	<p>Κυκλώματα αναισθησίας από κρικοειδείς σωλήνες, σπιράλ εξωτερικά, λείους ή με λείες πτυχώσεις εσωτερικά. Να μην τσακίζουν εύκολα και να μην παρακρατούν υδρατμούς στο εσωτερικό τους. Να έχουν μήκος από 170 εκ έως 200εκ., με συνδετικού, μη αποσπώμενα, χωρίς υδατοπαγίδες, τα άκρα τους να καταλήγουν σε ελαστικά συνδετικά ασφάλειας, για τη σύνδεση τους με τους αναπνευστήρες. να περιέχει ή να προσφέρει επιπλέον σωλήνα από 120 εκ. και άνω και</p>	200	1.100,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	ασκό 2lt με ευθύ συνδετικό. Επίσης να περιέχει γωνιώδες συνδετικό με υποδοχή για καπνογραφο με προστατευτικό πώμα. Αποστειρωμένα , latex free, κατασκευασμένα από σιλικόνη ή εξευγενισμένο pvc, ptfe fre (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)		
12	Φίλτρα αναπνευστήρα μηχανικά με υδρόφοβη μεμβράνη και εναλλακτική δέγμανσης ύγρανσης, κατάλληλα για tidal volume απο 300-1500ml. Για σύνδεση αναπνευστικού κυκλώματος με μηχανήμα. Νεκρός χώρος μέχρι 80ml, latex free. υψηλής προστασίας, αντιμικροβιακά, υδρόφοβα, απόδοσης ύγρανσης να μην είναι κάτω από 33mg h2o/i σε vt 500ml. με θύρα luer lock για σύνδεση με τον καπνογραφο. Τα φίλτρα να είναι ελεγμένα έναντι mycobacterium tuberculosis, hepatits c hiv. Στα φίλτρα στην ίδια συσκευασία να περιλαμβάνει εύκαμπτη μεταβαλλόμενη προέκταση μήκους 15cm. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	500	1.100,00 €
13	Ρύγχη αναρρόφησης χωρίς σωλήνα (yankauer) αποστειρωμένα, με τρυπάκια	200	65,60 €
14	Καδετήρας για ταμπονάρισμα της ενδομήτριας κοιλότητας μέγιστης πλήρωσης 500ml αποτελούμενη από ένα μπαλόνι	4	1.120,00 €
15	Προστατευτικό επίδεμα οφθαλμών για την αποφυγή της ξήρανσης και του περιορισμού των εκδορών του κερατοειδούς, κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας. Διαστάσεων 5,3Χ3,3cm και απολήξεις μήκους 1cm στην άνω πλευρά και μήκους 2cm στην κάτω πλευρά, που να βοηθούν στην τοποθέτηση χωρίς άγγιγμα. Να τοποθετείται και να αφαιρείται εύκολα Να είναι Latex free από πολυαιθυλένιο, διαφανές, να παρέχεται άμεση οπτική θεώρηση των ματιών. Η αιτούμενη ποσότητα αφορά ζεύγη	300	1.785,00 €
16	Λαρυγγική μάσκα SUPREME μ.χ.. NO 4 από pvc, υπεργλωττιδική με γωνίωση 90ο για ευκολότερη τοποθέτηση με cuff διπλής φραγής, με δυνατότητα να περάσει levip για εκκένωση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37cm h2o. ενσωματωμένο bite block ομοαξονικά στο σωλήνα αερισμού, σωλήνα πλήρωσης του cuff ανεξάρτητου του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση. αποστειρωμένη, latex free, ptfe free.	20	2.000,00 €
17	Θυριδωτός καδετήρας τοπικής διήθησης με πολλαπλές οπές κατά μήκος του εμφυτευσιμου τμήματος του για ομοιόμορφη κατανομή του αναλγητικού φαρμάκου στη χειρουργική τομή. Το μήκος του θυριδωτού τμήματος να είναι περίπου 15 εκ. και το συνολικό μήκος του καδετήρα να είναι από 50 εως 65 εκ. Η διάμετρος του καδετήρα να είναι 19 ga, να είναι ακτινοσκιερος και διαβαδμισμένος για αναγνώριση του εμφυτευσιμου θυριδωτού τμήματος. Να διαθέτει διαστολέα εισαγωγής για εύκολη τοποθέτηση του καδετήρα κατά μήκος της τομής, latex free.	12	540,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18	<p>Σετ εμφυτεύσιμου υποδορίου ακτινοσκοπικού καθετήρα για χορήγηση χημειοθεραπείας που περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εμφυτεύσιμο τύμπανο κατασκευασμένο από κράμα Πολυσουλφόνης, Τιτανίου και σιλικόνης συμβατό με MRI για μακρά παραμονή.</li> <li>• Καθετήρα ακτινοσκοπικό, από πολυουρεθάνη SECUR SITE, ανοιχτού άκρου 8,5FR με παράπλευρες οπές.</li> <li>• Το ειδικό μείγμα σιλικόνης στο άνω μέρος του να προσφέρει σταθερότητα κατά την εισαγωγή και παραμονή της βελόνας και να επιδέχεται έως 3000 τρυπήματα.</li> <li>• Η βάση να φέρει ειδικές οπές που διευκολύνουν την υποδόρια συρραφή.</li> <li>• Να διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο δακτύλιο στο άνω μέρος του που να διευκολύνει τον εντοπισμό του κατά την κλινική εξέταση.</li> <li>• Να φέρει ειδικό συνδετικό preassembling που προσφέρει ασφαλή και στεγανή σύνδεση με τον καθετήρα χωρίς πολλές συνδεσμολογίες.</li> <li>• Βελόνα Huber και Gripper για την άμεση χρησιμοποίηση και εισαγωγή υγρών.</li> <li>• Ειδικό εισαγωγέα διάνοιξης «tunnelling».</li> <li>• Συρμάτινο άκαμπτο οδηγό για την εισαγωγή του καθετήρα.</li> <li>• Ειδικό εργαλείο σχήματος «Γ» παραμερισμού ιστών και αγγείων</li> </ul>	30	3.600,00 €
19	<p>Καθετήρες προσωρινής αιμοκάθαρσης μίας χρήσεως αποστειρωμένοι δύο αυλών με ευθεία άκρα. Να είναι από θερμοελαστική η πολυουρεθάνη τρίτης γενιάς, ακτινισκιοί, βαθμονομημένοι με μαλακό ατραυματικό άκρο. Να διαθέτουν περιστρεφόμενα πτερύγια στήριξης και δύο clips κόκκινο και μπλε για το κλείσιμο των αυλών. Να διαθέτουν τρεις πλάγιες οπές για φλεβική και τρεις για αρτηριακή ροή.</p> <p>Στο σετ να περιέχονται βελόνα 17g, συρμάτινος οδηγός 60cm, δύο διαστολεις 8 και 12 fr, νυστέρι και δύο πώματα πολλαπλών εγχύσεων. Να προσφερθούν σε σετ deldinger με εύρος καθετήρα 12fr μήκους 15cm και 20cm, με ροές 410ml/min και 390 ml/min ανά αυλό αντίστοιχα. Να είναι Latex –Free DEHP-Free</p>	6	360,00 €
20	<p>Αισθητήρες μέτρησης βάθους αναισθησίας</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Να είναι αυτοκόλλητος μετωπιαίος αισθητήρας, μιας χρήσεως, τεχνολογίας BIS με σύστημα κόλλησης ziprrer.</li> <li>2) Να αποτελείται από 4 ηλεκτρόδια απαγωγής ΗΕΓ. Να χρησιμοποιείται και για Απαγωγή ΗΜΓ από την κροταφική περιοχή (μυϊκός τόνος).</li> <li>3) Να είναι ένας αισθητήρας διαμορφωμένος και σχεδιασμένος για να βελτιώνει την εφαρμογή και προσκολλήσει και να εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα σήματος.</li> <li>4) Να παρέχει τα εξής επιπλέον πλεονεκτήματα: <ul style="list-style-type: none"> <li>-αυξημένη αντίσταση στην ηλεκτροκαυτηρίαση</li> <li>-βελτιωμένη απόδοση κατά την χρήσης φαρμάκων βαδειάς αναισθησίας</li> <li>-ενισχυμένο φίλτράρισμα ΗΜΓ (ηλεκτρομυογραφηματος)</li> <li>-να διαθέτει συνδετικό (clip) ασφαλείας</li> <li>-να τοποθετείται εύκολα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα κατά την διάρκεια</li> </ul> </li> </ol>	80	2.080,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	<p>του χειρουργείου ή της νοσηλείας.            Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να παραχωρήσει στο νοσοκομείο, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί ως συνοδό εξοπλισμό, 2-3 monitors παρακολούθησης βάθους αναισθησίας, τα οποία να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Το monitor να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας.</li> <li>- να είναι στέρεας και ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη.</li> <li>- Να έχει μεγάλη ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη, κατά προτίμηση αφής, μεγέθους τουλάχιστον 10 χ 10 cm και ο χειρισμός του να γίνεται μέσω αυτής.</li> <li>- να λειτουργεί με τάση δικτύου 220v/50hz και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη ενσωματωμένη μπαταρία.</li> <li>- Να έχει αποδειχθεί η ασφάλεια χρήσης του και επιπλέον να είναι κλινικά αποδεδειγμένη η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των παραμέτρων. Για το λόγο αυτό να διαθέτει CE MARK.</li> <li>- Να είναι αυτόνομο monitor μέτρησης βάθους αναισθησίας (όχι βυσματούμενο), μικρού όγκου και βάρους όχι μεγαλύτερου των 2,5 kgf και να προσαρτάται οπουδήποτε, σε σωλήνα, τροχήλατη η επιφάνεια αναισθησιολογικού, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να συνοδεύει τον ασθενή στους παρακάτω χώρους: έκτακτα, χειρουργείο, ανάνηψη, ΜΕΘ. Ο σένσορας να είναι συμβατός με το μηχάνημα που είναι ενσωματωμένο στον αναπνευστήρα (perseus).</li> <li>- Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες θα πρέπει απαραίτητα να πιστοποιούνται με ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.</li> <li>- Να απεικονίζει τα ΗΕΓ, ΗΜΓ και να διαθέτει το λογισμικό για μέτρηση και ψηφιακή ένδειξη του βάθους ύπνωσης αναισθησίας συνεχώς και με απλό τρόπο κατά προτίμηση με την εμφάνιση ενός μόνο δείκτη.</li> <li>- Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου (ΗΕΓ).</li> <li>- Να απεικονίζει την ένταση και την ποιότητα του σήματος από την οποία εξαρτάται η μέτρηση.</li> <li>- Να δύναται να απεικονίζει ταυτόχρονα, τουλάχιστον δυο κυματομορφες μετά όλων των μετρουμένων παραμέτρων.</li> <li>- Να διαθέτει οπτικοακουστικές διατάξεις συναγερωμών (alarms) για τη μέτρηση του βάθους ύπνωσης.</li> <li>- Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης καμπυλών παρελθόντος χρόνου (trends) για όλες τις παραμέτρους και για 70 ώρες τουλάχιστον.</li> <li>- Να έχει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης της αγωγιμότητας και τεστ έλεγχου των ηλεκτροδίων.</li> <li>- Να διαθέτει φίλτρα για την απόρριψη παρασίτων και ηλεκτρονικού θορύβου και σειριακές και USB εξόδους για μεταφορά δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.</li> <li>- Ο αισθητήρας μέτρησης να τοποθετείται εύκολα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα κατά την διάρκεια του χειρουργείου ή της νοσηλείας.</li> </ul>		

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
21	Σωληνάρια 3ml (πήξης) Φιαλίδια συνθετικά ολικής πληρώσεως διπλού τοιχώματος, για έλεγχο πήκτικότητας που να περιέχουν sodium citrate 3,2% (0,109m) και να αναγράφεται στην ετικέτα η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, αποστειρωμένα, κενού αέρος, ολικού όγκου αίματος 3ml, διαστάσεων 13x75mm. Να είναι πωματισμένα με εύχρηστο ενισχυμένο πιεστικό ελαστικό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και ασφαλούς εκπωματισμού (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	3.000	270,00 €
22	Στοματοφαρυγγικού αεραγωγοί N.2 (29 cm) με τα κάτωδι χαρακτηριστικά: -Να φέρουν χρωματική ένδειξη ανάλογα με το νούμερο -Να είναι LATEX -FREE -Να είναι αποστειρωμένοι -Να είναι σκληροί και να μην κάμπτονται -Να έχουν επαρκές εύρος ώστε να περνάει με ευκολία ο καθετήρας αναρρόφησης. Η καμπυλότητα τους να προσαρμόζεται με εκείνη του στόματος.	500	125,00 €
23	Καθετήρες αναρρόφησης από P.V.C. ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, λείοι μήκους 45εκ., ανοικτού άκρου με βαλβίδα ρυθμιζόμενης αναρρόφησης. N.14.	2.000	200,00 €
24	Καθετήρες αναρρόφησης από P.V.C. ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, λείοι μήκους 45εκ., ανοικτού άκρου με βαλβίδα ρυθμιζόμενης αναρρόφησης. N.16.	2.000	200,00 €
25	Καθετήρες αναρρόφησης από P.V.C. ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, λείοι μήκους 45εκ., ανοικτού άκρου με βαλβίδα ρυθμιζόμενης αναρρόφησης. N.18.	800	80,00 €
26	Καθετήρες φλεβός N.22 με βαλβίδα και πτερύγια - Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. -Ο οδηγός - στυλός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια. - Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. - Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή. - Το καπάκι ( πώμα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων - Να αποσυνδέεται με ευκολία η βελόνη από το πλαστικό. (απαιτείται η προσκόμιση 3 δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)	3.000	1.110,00 €
27	Καθετήρες Folley 2way N.18 με σιλικόνη χωρητικότητας 10-15 ml. Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικοναρισμένο latex. Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να μην είναι μαλδακό. Να φέρουν δυο τουλάχιστον πλευρικές	100	32,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	ευρείας οπές στο άκρο τους καθώς και βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή και ελαστική. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι		
28	Καθετήρες Folley 2way N.16 με σιλικόνη χωρητικότητας 10-15 ml. Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικοναρισμένο latex. Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να μην είναι μαλδακό. Να φέρουν δυο τουλάχιστον πλευρικές ευρείας οπές στο άκρο τους καθώς και βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή και ελαστική. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι	600	186,00 €
29	Καθετήρες folley 2WAY Να αποτελούνται από σιλικόνη 100%. Να είναι απολύτως διαφανείς, να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας 10-45ML, Ο οποίος να αποτελείται από ανθεκτικό υλικό. Και να είναι ακτινοσκιερός. <b>Το άκρο τους να μην είναι κεκεκαμμένο (τ. TIEMANN)</b> . Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι. N.18 (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	60	60,00 €
30	Καθετήρες Levin κλειστού άκρου παροχέτευσης και όχι σίτισης με κυρτή μύτη & λεπτό τελείωμα μήκους 120εκ. που να μην τραυματίζει τον ασθενή N.18 (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	100	165,00 €
31	Στηρικτικά τραχειοσωλήνων & τραχειστομίας αποτελούμενα από: α) στηρικτικά τραχειστομίας και τραχειοσωλήνων, αποστειρωμένα, μιας χρήσης, από υλικό που να μην ερεθίζει το δέρμα με σταθεροποίηση στο επιθυμητό σημείο για όλους τους σωλήνες. β) να προσφέρει και επίδεμα τραχειστομίας με οπή, μεγάλης απορροφητικότητας, αποστειρωμένο, μιας χρήσης.	50	105,00 €
32	Προσωρινός σφαγητιδικός καθετήρας αιμοκάθαρσης διπλού αυλού 12f και μήκος καθετήρας 16cm με προκεκαμμένα άκρα	15	150,00 €
33	Προσωρινός μηριαίος καθετήρας αιμοκάθαρσης διπλού αυλού 12f και μήκος καθετήρας 20cm με ευθύ άκρα	5	50,00 €
34	Σωληνάρια 4ml με Sodium Fluoride Potassium Oxalata. Να είναι πωματισμένα με εύχρηστο ενισχυμένο πιεστικό ελαστικό γκρι πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και ασφαλούς εκπωματισμού (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	550	44,00 €
35	Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 7ml, max. volume 12,5ml με κεκλιμένο λαιμό. Να διαθέτουν: πώμα δύο δέσεων χωρίς φίλτρο με χρωματική ένδειξη τύπου επιφάνειας, αριθμό παρτίδας και ημερομηνία λήξης. Με πιστοποίηση (αποστειρωμένο, DNA-/ DNase-/ RNase-/ Pyrogen-free/ non-cytotoxic). Σε συσκευασία που δύναται να επανασφραγιστεί mini-grip.	300	96,00 €



Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
36	<p>Αντικειμενοφόρες πλάκες τύπου superfrost με έγχρωμο πλαίσιο. να διαθέτουν πολύ πολύ καλά τροχισμένες και εσφυρισμένες γωνίες για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τον χειρισμό.</p> <p>Να διατίθενται κατά προτίμηση σε:</p> <p>α. Διαστάσεων 26x75x1.0μμ</p> <p>β. Σε διάφορα χρώματα.</p> <p>γ. Σε συσκευασία των 50-100 τεμαχίων (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	16.000	1.440,00 €
37	<p>Ηλεκτρόδια αυτοκόλλητα ΗΚΓ ενηλίκων διαμέτρου 5εκ. Να φέρουν κούμπωμα ασφαλείας και να είναι σε συσκευασία τέτοια που να μην επηρεάζεται από κλιματολογικές συνθήκες.</p> <p>Να έχουν υγρό ζελέ υποαλλεργικό, άριστη συγκόλληση και να μην ξεκολλούν όταν το σημείο συγκόλλησης ιδρώσει ή βραχεί.</p> <p>Αντιαλλεργικά, αφήνοντας το δέρμα να αναπνέει χωρίς πιθανότητα ερεθισμού.</p> <p>(απαιτείται η προσκόμιση 3 δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)</p>	5.000	185,00 €
38	<p>Γυαλακία οξυγόνου από ατοξικό (που δεν ερεθίζει) μαλακό εξευγενισμένο PVC για ιατρική χρήση. Να επιτρέπουν στο οξυγόνο να περνάει ακόμα και αν διπλωθεί ο σωλήνας. Να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα ερεθισμού χάρη στην πολύ μαλακή διχάλα (ατραυματικά). Να έχουν ιδιαίτερα χαμηλού βάρους. Να έχουν σταθερή τοποθέτηση χάρη στον ειδικό σχεδιασμό τους που περνάει πάνω από τα αυτιά του ασθενή. Να διαθέτουν σωλήνα παροχής οξυγόνου υψηλής αντοχής από 1,80 έως 2,0m, ο οποίος δεν τσακίζει. Να είναι μίας χρήσης, LATEX FREE, PTFE FREE.</p>	1.000	256,00 €
39	<p>Δοχεία δειγμάτων βιοψίας με πιεστό πόμα 500 ml</p>	400	156,80 €
40	<p>Δοχεία δειγμάτων βιοψίας με πιεστό 1.000ml</p>	400	178,00 €
41	<p>Καλυπτρίδες 24X50 εκ. οι οποίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-να μην δημιουργούν φυσαλίδες κατά την επικάλυψη</li> <li>- να είναι πλυμένες ώστε να έχουν καθαρότητα</li> <li>-να μην κολλάνε μεταξύ τους</li> <li>-κατά τη διαδικασία αποκόλλησης να μην προκαλούν τραυματισμούς στους χρήστες</li> </ul> <p>(απαιτείται η προσκόμιση μιας συσκευασίας με την υποβολή της προσφοράς)</p>	20.000	600,00 €
42	<p>Καλυπτρίδες 24X24 εκ. οι οποίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-να μην δημιουργούν φυσαλίδες κατά την επικάλυψη</li> <li>- να είναι πλυμένες ώστε να έχουν καθαρότητα</li> <li>-να μην κολλάνε μεταξύ τους</li> <li>-κατά τη διαδικασία αποκόλλησης να μην προκαλούν τραυματισμούς στους χρήστες</li> </ul> <p>(απαιτείται η προσκόμιση μιας συσκευασίας με την υποβολή της προσφοράς)</p>	10.000	280,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
43	Καλυπτρίδες 22Χ22 εκ. οι οποίες: -να μην δημιουργούν φυσαλίδες κατά την επικάλυψη - να είναι πλυμένες ώστε να έχουν καθαρότητα -να μην κολλάνε μεταξύ τους -κατά τη διαδικασία αποκόλλησης να μην προκαλούν τραυματισμούς στους χρήστες (απαιτείται η προσκόμιση μιας συσκευασίας με την υποβολή της προσφοράς)	50.000	1.500,00 €
44	Κουβέρτες δέρμανσης ενηλίκων για άνω μέρος του σώματος μιας χρήσεως. Να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να αιωρούνται .Να είναι latex free, υψηλής αντίστασης σε φωτιά, ανθεκτικές σε σκισίματα και τρυπήματα. να μην απορροφούν υγρά, αδιάβροχες. Από υλικό non woven. Να είναι μη αγώγιμες και αντιστατικές, ακτινοδιαπερατές και συμβατές με απεικονιστικά συστήματα, μη αλλεργικές και μη κυτταροτοξικές, ελεύθερες pvc. Να έχουν ασφαλείς υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα δέρμανσης (αριστερά-δεξιά).Με ανατομική λαιμοκοπή, ενσωματωμένη διαφανή κάλυψη κεφαλής. Αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης. Με αποσπώμενα κορδόνια για επικουρική στήριξη στα άκρα. Να συνοδεύονται με αντίστοιχες συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας. οι συσκευές. Να είναι εύχρηστες, αθόρυβες στη λειτουργία, μικρών διαστάσεων και βέρους. Η επιλογή θερμοκρασίας να κυμαίνεται απο 32-43flc. Να υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετούνται στα ήδη υπάρχοντα στατό η να συνοδεύονται με τροχήλατη βάση.	100	770,00 €
45	Κουβέρτες δέρμανσης ενηλίκων ολόσωμες. Να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να αιωρούνται .Να είναι latex free, υψηλής αντίστασης σε φωτιά, ανθεκτικές σε σκισίματα και τρυπήματα. να μην απορροφούν υγρά, αδιάβροχες. Από υλικό non woven. Να είναι μη αγώγιμες και αντιστατικές, ακτινοδιαπερατές και συμβατές με απεικονιστικά συστήματα, μη αλλεργικές και μη κυτταροτοξικές, ελεύθερες pvc. Να έχουν ασφαλείς υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα δέρμανσης (αριστερά- δεξιά).Με ανατομική λαιμοκοπή, ενσωματωμένη διαφανή κάλυψη κεφαλής. Αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης. Με αποσπώμενα κορδόνια για επικουρική στήριξη στα άκρα. Να συνοδεύονται με αντίστοιχες συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας. οι συσκευές. Να είναι εύχρηστες, αθόρυβες στη λειτουργία, μικρών διαστάσεων και βέρους. Η επιλογή θερμοκρασίας να κυμαίνεται απο 32-43flc. Να υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετούνται στα ήδη υπάρχοντα στατό η να συνοδεύονται με τροχήλατη βάση. Διαστάσεων 210*130εκ	50	350,00 €
46	Σωληνάρια πλαστικά 12ML με κωνικό πυθμένα χωρίς πόμα	10.000	200,00 €
47	Σωληνάρια RIA 75X12 πλαστικά 5ml χωρίς πόμα και χείλος, με και χωρίς ετικέτα, με στρογγυλό πυθμένα, διαφανή 75X12MM	15.000	195,00 €
49	Σωληνάρια πλαστικά 1,5ml eppendorf με πόμα και κωνική βάση	5.000	400,00 €

A/A ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
49	Πιπέτες PASTEUR πλαστικές 1ml, με ενσωματωμένο πουάρ, βαθμονομημένες, μήκους 150mm, μη αποστειρωμένες	25.000	275,00 €
50	Πλαστικοί θαλαμίσκοι κυτταροφυγόκεντρου	500	500,00€
	Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.		29.504,60€

#### ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE και προσφέρουν υποχρεωτικά το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας του Νοσοκομείου. Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσφορά της ακριβής συνολικής αιτούμενης ποσότητας του νοσοκομείου, λόγω αδυναμίας σπασίματος της συσκευασίας, τότε οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη από την αιτούμενη ποσότητα προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται σε ακέρατες προσφερόμενες συσκευασίες.
- Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής compareONE συνυποβάλλονται ως συνημμένα έγγραφα η τεχνικοοικονομική προσφορά των προσφερομένων ειδών, οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 4 καθώς και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 19 της παρούσας.**
- Στην τεχνικοοικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, η προσφερόμενη ποσότητα (αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην περίπτωση 1 της παρούσας), πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
- Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
- Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.
- Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
- Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του ανά μονάδα μέτρησης του είδους, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη.
- Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
- Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
- Για τα είδη στις τεχνικές προδιαγραφές των οποίων αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων, τα σχετικά δείγματα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που αναφέρεται στην παρούσα. Σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Στην περίπτωση μη προσκόμισης δειγμάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις η προσφορά απορρίπτεται.
- Η παράδοση των υλικών θα είναι άμεση από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.**
- Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 29.504,60 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 35.598,45 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
- Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την 10-06-2023. **Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

17. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν δεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
18. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και ΙΙ του άρθρου 46 ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
19. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης**, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ88/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τεύχ.Β/02-10-09) **ή/και** του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 9342/ΕΟΚ.
  - Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
  - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη ή συνταχθείσες μέσω του gov.gr στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου<sup>1</sup>** το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ως ισχύουν.  
Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α<sup>2</sup> του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
  - Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
20. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Νίκη Προκόπη	Παπαμακάριος Σταύρος	Ευαγγελία Πανταζή	Νικόλαος Αρκαδόπουλος, Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

<sup>1</sup> Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

<sup>2</sup> Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».