

ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη
Τηλέφωνο: 210/72.86.411
FAX: 210/72.11.007
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28
E-mail: npokopi@aretaieio.uoa.gr

Αθήνα, 06-04-2023
Αρ. Πρωτ.:401

Προς
Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 30-03-2023 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 118 & 120 (παρ. 2 και 3α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ως ισχύουν
- iii. την υπ' αριθ. 375/520/06-04-2022 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 23REQ012456934, ΑΔΑ:6ΩΕ046Ψ8Χ4-ΝΞΕ),
- iv. την υπ' αριθμ. 921/02-11-2021 απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 5286/Β/12-11-2021),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια προμήθειας διαφόρων ειδών υγειονομικού υλικού προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του Νοσοκομείου, εκτιμώμενης δαπάνης 27.811,30€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 34.486,01€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά, μέσω της εφαρμογής **compareONE της cosmoONE, μέχρι την Τρίτη 11-04-2023 (Μεγάλη Τρίτη) και ώρα 16:00 μ.μ.** Η εφαρμογή compareONE είναι προσβάσιμη στις εταιρείες – προμηθευτές του Νοσοκομείου αποκλειστικά μέσω Internet και απαιτείται η έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης. Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στο <https://register.marketsite.gr/>. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης ΔΕΝ χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια καθώς είναι ήδη καταχωρημένοι στην εφαρμογή. Η εγγραφή στις εφαρμογές της cosmoONE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για τους οικονομικούς φορείς. Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με την εφαρμογή compareONE, οι οικονομικοί φορείς παρακαλούν όπως αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@cosmo-one.gr ή να καλέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της cosmoONE στο 210 2723360.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες, όσον αφορά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Νικόλαος Αρκαδόπουλος Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Δ/ση Οικονομικού

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Σύριγγες 20ml πλαστικές μίας χρήσης, αποστειρωμένες με ενσωματωμένη βελόνη καλά τροχισμένη και δήμα αρίθμησης 1ml εμφανές	10.000	1.000,00 €
2	Σύριγγες CATHETER TIP, πλαστικές αποστειρωμένες μίας χρήσης 50- 60ml χωρίς βελόνη με λεπτό μπεκ και μεγάλο ρύγχος αποστειρωμένες	1.600	480,00 €
3	Extention υψηλής πίεσης (1200psi) για μηχανήμα εγχυτή ACCUTRON HP, οίκου MEDTRON μήκους 160 cm	100	500,00 €
4	Σύρμα τύπου Amplatz super stiff ευθύ διαμέτρου 0,035 μήκους 75cm με επικάλυψη TEFLON	20	640,00 €
5	Συσκευές/συστήματα παροχетеύσεων κενού τραύματος, από σιλικόνη, να μην τσακίζουν, χωρίς ομφαλό, ακτινοσκοπιές σε όλο το μήκος τους, σε διάφορα μεγέθη από 10 εως 24fr. Να διατίθενται και με σωλήνα από σιλικοναρισμένο PVC με συνδετήρα `υ`. να προσφέρονται με τροκάρ (ευθύ-καπτόμενο) και δεξαμενές κενού, οι οποίες θα πρέπει να προσφέρονται ξεχωριστά για να συνδυάζονται ανάλογα με την προτίμηση, να διαθέτουν βαλβίδα αποτροπής αντίστροφης ροής των υγρών για να διασφαλίζεται η ασηψία και να μπορούν να επανεργοποιούνται, 400 ml	100	612,00 €
6	Συσκευές/συστήματα παροχетеύσεων κενού τραύματος, από σιλικόνη, να μην τσακίζουν, χωρίς ομφαλό, ακτινοσκοπιές σε όλο το μήκος τους, σε διάφορα μεγέθη από 10 εως 24fr. Να διατίθενται και με σωλήνα από σιλικοναρισμένο PVC με συνδετήρα `υ`. να προσφέρονται με τροκάρ (ευθύ-καπτόμενο) και δεξαμενές κενού, οι οποίες θα πρέπει να προσφέρονται ξεχωριστά για να συνδυάζονται ανάλογα με την προτίμηση, να διαθέτουν βαλβίδα αποτροπής αντίστροφης ροής των υγρών για να διασφαλίζεται η ασηψία και να μπορούν να επανεργοποιούνται, 100 ml Συμβατές με τις συσκευές παροχетеυσης κενού τραύματος του οίκου CONOΟ MEDICA που υπάρχουν στο Νοσοκομείο μας. Για τα είδη με α/α 5 & 6 θα αναδειχθεί συνολικά ένα μειοδότης	100	434,00 €
7	Μαρκαδόροι –δερματογράφου δέρματος με και χωρίς χαρακία , αποστειρωμένοι και να μη ξεβάφουν	100	50,00 €
8	Θήκες αποστειρωμένες για λαπαροσκοπική κάμερα Κάλυμμα κάμερας το οποίο διαθέτει ειδικό διάφανο πλαστικό για την εξασφάλιση ειδικού αποστειρωμένου περιβάλλοντος, ειδικό δαχτυλίδι ξετυλίγματος καλύμματος και αυτοκόλλητη ταινία για την ασφαλή τοποθέτηση του καλύμματος και την προστασία της κεφαλής της κάμερας.	200	104,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
9	Απλά εργαλεία συρραφής δέρματος μιας χρήσης, 35 αγκτήρων, με μεγάλο μέγεθος αγκτήρων (περίπου 7mmX4mm) (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολής της προσφοράς)	200	400,00 €
10	Στυλεός διαθερμίας μιας χρήσης με κουμπιά ή διακόπτη χειρός, για αιμόσταση και κοπή, με ενσωματωμένο ηλεκτρόδιο τύπου ανοξειδωτο ατσάλι	600	480,00 €
11	Αυτοκόλλητος επίδεσμος 10x4,5 αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος με μεγάλη συγκολλητική ικανότητα. να είναι λευκός, από 100% βαμβάκι, με δυνατότητα έκτασης περίπου 75%. Να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος ακόμη και σε επάλληλα στρώματα. η συγκολλητική του ουσία να περιέχει οξείδιο του ψευδαργύρου ώστε να μην προκαλεί ερεθισμούς. Προορίζεται για τη χρήση του στο τμήμα του ψηφιακού αγγειογράφου. Να είναι διαστάσεων πλάτους 10 εκ. και αρχικού μήκους περίπου 2,5 μέτρων και 4,5 μέτρων μετά τον τανισμό.	200	400,00 €
12	<p>Ελαστικός επίδεσμος 15cmX4cm.</p> <p>Οι ελαστικοί επίδεσμοι είναι υφασμάτινες ταινίες, που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα, κατάλληλης ύφανσης (καθαρή και χωρίς ενώσεις), ώστε να επιτυγχάνεται η ελαστική συμπεριφορά αυτών. Οι παρυφές των ταινιών θα πρέπει -να είναι υφασμένες (υπό έμορφη σύγας) και όχι κομμένες. Ο επιμήκυνση των ταινιών με σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά (να ακολουθούν κατα προσέγγιση το νομό της ελαστικής παραμόρφωσης) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 70% του αρχικού μήκους. Η δύναμη που απαιτείται για την επιμήκυνση 70% πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον 65r ανά εκατοστό δηλούμενου πλάτους. Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα επιμηκύνονται χωρίς ελάττωση του πλάτους και θα πρέπει να επανέρχονται μετά τον τανισμό σχεδόν στο αρχικό μήκος. Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.</p> <p>-να έχουν χρώμα ανοικτό. Το πλάτος των ελαστικών επιδέσμων να είναι 15 εκ. και το αρχικό μήκος περίπου 2,5 μέτρα και μετά τον τανισμό 4 μέτρα περίπου.</p> <p>-να συνοδεύονται από δυο συνδετήρες κατ' ελάχιστον.</p> <p>-να παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού, τοποθετημένοι σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία τους κατά τη μεταφορά.</p> <p>-τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.</p> <p>-επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. τα στοιχεία του εργοστάσιου παραγωγής (επωνυμία, τοπος) 2. το είδος του περιεχομένου. 3. οι διαστάσεις των ελαστικών επιδέσμων καθώς και το 	320	80,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	μήκος σε τανισμο. 4. ο χρόνος παραγωγής 5. οδηγίες χρήσης και πλύσης στην ελληνική γλώσσα.		
13	Κολποσκόπια διαφανή αποστειρωμένα με χειρολαβή μεγέθους S-500 τεμ. Μ -500 τεμ.	1.000	300,00 €
14	Χαρτοβάμβακας 1. Χαρτοβάμβακας σε μορφή φύλλων. 2. Να είναι λευκός, με απαλή υφή, απορροφητικός, κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση. τα φύλλα του χαρτοβαμβακα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα χωρίς τοπικά αραιώματα και σχισίματα. 3. Το βάρος του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι δεκαοκτώ γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (18 γραμ./m ²) με ανοχή +/- 5% (iso 536). 4. Από χημικό και μηχανικό πολτό 75% - 85%. 5. Ο χαρτοβάμβακας θα παραδίδεται: α) σε φύλλα διαστάσεων 60 χ 40 εκατοστά τοποθετημένα σε πακέτα των πέντε (5) κιλών ανά πακέτο. β) Τα πακέτα θα είναι συσκευασμένα σε απαραβίαστη πλαστική συσκευασία, που θα προστατεύεται από σκληρό χάρτινο κουτί ή χαρτοκιβώτιο. ο τρόπος συσκευασίας θα δηλώνεται στην πρόσφορα από τους συμμετέχοντες. γ) Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. δ) Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία: i) τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος) ii) το είδος του περιεχομένου και τη σύσταση (π.χ. χημικός πολτός 75%) iii) οι διαστάσεις των φύλλων, το καθαρό βάρος και η ένδειξη `κρατικό είδος` με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη	300	507,00 €
15	Αυτοκόλλητος ταχυπέδεσμος με γάζα διαστάσεων περίπου 5X7εκ. Να είναι αποστειρωμένος σε ατομική χάρτινη συσκευασία	10.000	150,00 €
16	Αυτοκόλλητος ταχυπέδεσμος με γάζα διαστάσεων περίπου 10X20εκ. Να είναι αποστειρωμένος σε ατομική χάρτινη συσκευασία	5.000	330,00 €
17	Αυτοκόλλητος ταχυπέδεσμος με γάζα διαστάσεων περίπου 10X25εκ. Να είναι αποστειρωμένος σε ατομική χάρτινη συσκευασία	5.000	440,00 €
18	Αυτοκόλλητος ταχυπέδεσμος με γάζα διαστάσεων περίπου 10X30εκ. Να είναι αποστειρωμένος σε ατομική χάρτινη συσκευασία	5.000	565,00 €
19	Μετεγχειρητικοί σάκοι παροχτευτικός με σύστημα κένωσης που να προσαρμόζεται σε υδαρής και στέρεες κενώσεις με αποσπώμενο παράθυρο επιδεώρησης (οπή 13-90mm) (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολής της προσφοράς)	30	463,80 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
20	Βελόνες οσφυονωτιαίας παρακέντησης απλές από ανοξειδωτο ατσάλι 3,5-4 ίντσες περίπου αποστειρωμένες τύπου QUINQUE 20GX150MM, LATEX FREE	50	55,00 €
21	Βελόνες οσφυονωτιαίας παρακέντησης απλές από ανοξειδωτο ατσάλι 3,5-4 ίντσες περίπου αποστειρωμένες τύπου QUINQUE 22GX90MM, LATEX FREE	300	330,00 €
22	Βελόνες οσφυονωτιαίας παρακέντησης απλές από ανοξειδωτο ατσάλι 3,5-4 ίντσες περίπου αποστειρωμένες τύπου QUINQUE 22GX40MM, LATEX FREE	50	55,00 €
23	<p>Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας μήκους 90MM με στυλεό 27G με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: Οι βελόνες πρέπει:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια για να ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της μήνιγγας κατά την εισαγωγή. 2. Να φέρουν στυλεό από ανοξειδωτο ατσάλι. 3. Να επιτρέπει την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ENY. 4. Να φέρει άκρο ακριβείας και οπή για ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση των μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών. 5. Το μέγεθος και η θέση της πλάγιας οπής, να ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες «διασκληρίδιου τοποθέτησης»(διαμέσου ή κατά μήκος της σκληράς μήνιγγας). 6. Να φέρει διαφανή δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ENY. 7. Να φέρει στυλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους. 8. Να διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο. 9. Να είναι Latex free (απαιτείται η προσκόμιση τριών δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς) 	100	330,00 €
24	Αυτοκόλλητο διαφανή χειρουργικά οδόνια διατεινόμενου τύπου διαστάσεων 80x55cm περίπου. Να αποτελείται από αδιάβροχη μεμβράνη πολυουρεθάνης, υποαλλεργική . Να διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.	20	162,00 €
25	Βελόνες οσφυονωτιαίας παρακέντησης απλές από ανοξειδωτο ατσάλι 3,5-4 ίντσες περίπου αποστειρωμένες τύπου QUINQUE 22GX120MM, LATEX FREE	50	55,00 €
26	Συνδετικά τριών αυλών από πολυουρεθάνη (PUR) με clips on off για ταυτόχρονη χορήγηση τριών διαφορετικών υγρών φαρμάκων. Ο κάθε αυτός να είναι διαφανής μήκους 6cm με εσωτερική –εξωτερική διάμετρο 1,50-2,50 mm. Να μπορεί να παραμένουν έως επτά (7)	30	480,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	ημέρες χωρίς να αλλαχτούν. Να είναι Latex –free, Dehp ferr μίας χρήσεως αποστειρωμένα .		
27	Βελόνες μίας χρήσης, αποστειρωμένες για την εφαρμογή τους στις σύριγγες. Να είναι LATEX FREE καλά τροχισμένες, και να διατίθενται σε ατομική συσκευασία N. 16g X1-1/2''	10.000	460,00 €
28	Πεταλούδες N. 21 με βελόνη. Η βελόνη να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη, λεπτών τοιχωμάτων με διπλή κοντή λοξοτόμηση. -Να διαθέτει ζεύγος πτερυγίων για τη σωστή προώθηση της βελόνας και την ασφαλή στήριξη της. Στα πτερύγια να αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας σε G και να φέρουν χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. - Ο σωλήνας να είναι υψηλής ποιότητας και να ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση, καθώς και ικανοποιητικού μήκους για τη δημιουργία καμπύλης ασφαλείας ανάλογα με το μέγεθος και τη χρήση -Να προορίζονται για γενική και νεογνολογική χρήση. -Να διαθέτει επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση ασφαλείας με τη συσκευή χορήγησης ή σύριγγας.	4.000	360,00 €
29	Πεταλούδες N. 23 με βελόνη. Η βελόνη να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη, λεπτών τοιχωμάτων με διπλή κοντή λοξοτόμηση. -Να διαθέτει ζεύγος πτερυγίων για τη σωστή προώθηση της βελόνας και την ασφαλή στήριξη της. Στα πτερύγια να αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας σε G και να φέρουν χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. - Ο σωλήνας να είναι υψηλής ποιότητας και να ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση, καθώς και ικανοποιητικού μήκους για τη δημιουργία καμπύλης ασφαλείας ανάλογα με το μέγεθος και τη χρήση -Να προορίζονται για γενική και νεογνολογική χρήση. -Να διαθέτει επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση ασφαλείας με τη συσκευή χορήγησης ή σύριγγας.	4.000	360,00 €
30	Σωλήνες αναρρόφησης χωρίς ρύγχος μήκους άνω των 200εκ., αποστειρωμένοι,διαφανείς, latex free, ptfe free.	800	640,00 €
31	Αυτοκόλλητη, ακτινοδιαπερατή, υποαλλεργική ταινία μικροπορωδής πλάτους 2,50 εκ. από μη υφασμένο (no woven) μικροπορωδες υπόστρωμα. Να είναι πολύ πορώδης. Η μια όψη της ταινίας να έχει επίστρωση υποαλλεργικής συγκολλητικής ουσίας, που έχει σαν αποτέλεσμα να μην ερεθίζει και τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, ενώ παρέχει ισχυρή και ασφαλή συγκόλληση	2.500	475,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	και δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας στο δέρμα. Να κόβεται εύκολα με το χέρι		
32	Διαφάνες αποστειρωμένο αδιάβροχο επίδεμα από διάφανο αυτοκόλλητο φιλμ πολυουρεθανης, διαπερατό στην αναπνοή του δέρματος, υποαλλεργικο, latex free. με χάρτινο περιδώριο (κορνίζα) καθ' όλη την περιμετρο του φιλμ. χωρίς να κολλά στα γάντια, διάστασης περίπου 6x7, σε ατομική χάρτινη συσκευασία	1.000	200,00 €
33	Επιδέματα διάφανου φιλμ για ΚΦΚ με εγκοπή. Από πολυουρεθανη, ημι-διαπερατα διαφανα αυτοκόλλητα. latex free, υποαλλεργικα. με κορνίζα εφαρμογής που διευκολύνει την άσηπτη εφαρμογή του επιδέματος. Με εγκοπή για καλύτερη συγκράτηση και μόνωση των iv καθετήρων. Να μπορεί να παραμείνει στο σημείο φλεβοκεντησης μέχρι 7 ήμερες (κλινική μελέτη). Να διατίθεται σε αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία σε διαστάσεις περίπου 8,5 * 10,5. (απαιτείται η προσκόμιση τριών δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)	300	450,00 €
34	Ορθοπεδικός επίδεσμος από πεπιεσμένος φυσικό βαμβάκι 100% πλάτους 15 εκ. και μήκους 3μέτρων.	360	144,00 €
35	Αποστειρωμένοι ουροσυλλέκτες με βρυσάκι δύο λίτρων με διαβαθμίσεις ανά 100ml , διαφανείς και ανθεκτικοί με επαρκές μήκος σωλήνα (τουλάχιστον 100εκ. περίπου) ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα και με ειδική θέση στο σωλήνα σύνδεσης με τον καθετήρα. Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας και να έχουν βαλβίδα εκκένωσης με βρυσάκι. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	2.000	800,00 €
36	Σωλήνας παροχής CO2 μήκους με φίλτρο HIGH FLOW & LUER LOCK για συσκευή πνευμοπεριτοναίου STRYKER Z1422-01	200	800,00 €
37	Συσκευές διεντερικής σίτισης συμβατές με τις υπάρχουσες αντλίες σίτισης fresubin που βρίσκονται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	150	660,00 €
38	Σετ που περιλαμβάνει αποστειρωμένη δέκη transducer υπερήχων και αποστειρωμένο gel. Να περιλαμβάνει αποστειρωμένη δέκη transducer υπερήχων κατάλληλη για χρήση σε IVF. Να είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο, ιδιαίτερα ανθεκτική με διάμετρο 70-150mm και μήκος 80cm, Latex free και να διαθέτει ασφαλιστικά στερέωσης στο transducer. Να συνοδεύεται από αποστειρωμένο gel επαφής υπερήχων non embryo toxic κατάλληλο για IVF, το οποίο να περιέχει carmellosum patricum και αποστειρωμένο νερό και να είναι σχεδιασμένο για να βελτιώνει την ακουστική σύζευξη σε διαδικασίες απεικόνισης με υπερήχους	150	1.830,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
39	<p>Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας μήκους 90MM με στυλεό 25G με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: Οι βελόνες πρέπει:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια για να ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της μήνιγγας κατά την εισαγωγή. 2. Να φέρουν στυλεό από ανοξείδωτο ατσάλι. 3. Να επιτρέπει την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ΕΝΥ. 4. Να φέρει άκρο ακριβείας και οπή για ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση των μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών. 5. Το μέγεθος και η δέση της πλάγιας οπής, να ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες «διασκληρίδιου τοποθέτησης»(διαμέσου ή κατά μήκος της σκληράς μήνιγγας). 6. Να φέρει διαφανή δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ΕΝΥ. 7. Να φέρει στυλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους. 8. Να διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο. 9. Να είναι Latex free (απαιτείται η προσκόμιση τριών δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς) 	50	220,00 €
40	<p>Βελόνες νευροδιέγερσης μονωμένες με βραχύ ΜΠΕΒΕΛ για block νεύρων 2lgX90mm συμβατές με νευροδιεγέρτη BRAUN & TRACER II. (απαιτείται η προσκόμιση δίσκου με την υποβολή της προσφοράς)</p>	50	700,00 €
41	<p>Ασκοί αιμοληψίας τριπλοί αίματος CPD ή CP2D 450 ML και δύο δορυφορικούς ασκούς τουλάχιστον 300 ΚΑΙ 300 ML έκαστος με προσθετικό συντηρητικό διάλυμα 100 ML για ερυθρά τουλάχιστον 42 ημερών, πλάσμα και αιμοπετάλια 5 ημερών. Το σύστημα τριπλών ασκών αλληλοσυνδεόμενων μεταξύ τους, να είναι κατάλληλο για τη λήψη αίματος, παραγωγή και συντήρηση αιμοπεταλίων πέντε ημερών (να αναγράφεται στην ετικέτα του ευκρινώς η ένδειξη «αιμοπετάλια πέντε (5) ημερών»), πλάσματος και συντήρηση συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων 42 ημερών, σε τελείως κλειστό κύκλωμα. Το σύστημα αποτελείται από:</p> <ul style="list-style-type: none"> • έναν πρωτεύοντα ασκό αιμοληψίας 450ml , από PVC, με 63 αντιπηκτικό διάλυμα CPD ή CPD2, με ενσωματωμένη συσκευή αιμοληψίας, η οποία να απολήγει σε ειδική αποστειρωμένη τραυματική αιμολυτική βελόνη 16 G.O ασκός να έχει ειδική θραυόμενη ασφαλιστική δικλείδα, ώστε να είναι δυνατή η κατά βούληση μεταφορά του πλάσματος πλούσιο σε αιμοπετάλια στον τρίτο ασκό , μετά την πρώτη φυγοκέντρηση. Στον κυρίως ασκό, να διατηρούνται τα συμπυκνωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια μετά τη μεταφορά του πλάσματος πλούσιο σε αιμοπετάλια , τουλάχιστον για 42 ημέρες, σε προσθήκη και 	450	1.462,50 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	<p>ανάμειξη του προσθετικού διαλύματος SAG-M.</p> <ul style="list-style-type: none"> • έναν δεύτερο κενό ασκό των 450ml, για τη μεταφορά, συντήρηση και κατάψυξη του πλάσματος φτωχού σε αιμοπετάλια από τον τρίτο ασκό, μετά την δεύτερη φυγοκέντρηση. • έναν τρίτο κενό ασκό των 450ml, κατασκευασμένο από ειδικό πλαστικό, για παραγωγή και συντήρηση αιμοπεταλίων επί πέντε ημέρες(να αναγράφεται επί της ετικέτας) <p>Ο πρωτεύον ασκός να συνδέεται με τους δυο συνοδούς ασκούς με σωληνίσκο, ώστε να αποκόπτεται, ενώ οι δύο συνοδοί ασκοί να συνδέονται μεταξύ τους με διακλαδωτήρα, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά του πλάσματος από τον τρίτο στον δεύτερο ασκό.</p> <p>Το σύστημα να διατίθεται με ειδικό σύστημα λήψεως δειγμάτων αίματος εν κενώ σε κλειστό κύκλωμα . Ο τρόπος δειγματοληψίας να μην προκαλεί καμίας μορφής αιμόλυση στα ληφθέντα δείγματα. Επίσης να φέρει κάλυμμα.</p> <p>Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα προστασίας από πιθανά τρυπήματα της βελόνης και από πιθανό κίνδυνο μόλυνσης για το νοσηλευτικό προσωπικό. Το σύστημα να παρέχει πλήρη ασφάλεια και να μην ασφαλίσει πριν από την αιμοληψία και με κανέναν χειρισμό. Μετά την ασφάλιση της βελόνης, το συστημα να μην επιτρέπει την αποκάλυψη της.</p> <p>Τα δείγματα να λαμβάνονται από ενσωματωμένη συσκευή αίματος (ειδικός μικρός ασκός χωρητικότητας τουλάχιστον 30ml), στον οποίο να συλλέγονται τα πρώτα αίματος πριν από την κυρίως λήψη για την αποφυγή μολύνσεων στο αίμα ή στα παράγωγα του, από την φυσιολογική χλωρίδα του ιστού του δέρματος. Το ενσωματωμένο δειγματοληπτικό σύστημα, να διαθέτει κάλυμμα εξασφαλίζοντας την πρώτη χρήση του. Το πλαστικό των ασκών να είναι από διαυγές άχρωμο πλαστικό PVC.</p> <p>Η εσωτερική επιφάνεια, τα τοιχώματα , η ποιότητα, η συσκευασία και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, περιγράφονται στις γενικές τεχνικές προδιαγραφές συστημάτων ασκών συλλογής αίματος.</p> <p>Κάθε παρτίδα ασκών να συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό ελέγχου, στο οποίο να φαίνεται ότι η παρτίδα υποβλήθηκε σε μικροβιολογική, βιολογική και φυσικοχημική εξέταση. Επίσης, το εργοστάσιο κατασκευής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 13485 και να πληροί τη διαδικασία παραγωγής σύμφωνη με το GMP, δηλαδή με την πρακτική καλής κατασκευής</p>		
42	Γλωσσοπίεστρα μίας χρήσεως σε αποστειρωμένα σε ατομική χάρτινη συσκευασία	1.000	200,00 €
43	<p>Γειώσεις διαδερμίας με καλώδιο με τα κάτωδι χαρακτηριστικά:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Να είναι συμβατές με όλες τις χειρουργικές διαδερμίες οι οποίες δέχονται πλάκες γείωσης διπλής επιφάνειας. 2. Να διαδέτουν ανεξάρτητο (εκτός των δύο κύριων επιφανειών) περιμετρικό ισοδυναμικό δακτύλιο ο οποίος να διανέμει την τάση και συνεπώς τη θερμότητα ομοιόμορφα και στις δυο πλευρές του ηλεκτροδίου. 3. Να μπορούν να τοποθετηθούν προς οποιαδήποτε 	1.600	6.288,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	κατεύθυνση πάνω στον ασθενή. 4.Να διαδέτουν υδροτζέλ το οποίο να καλύπτει όλες τις γωνίες αλουμινίου και με αυτόν τον τρόπο να μειώνεται η θερμοκρασία στα άκρα της πλάκας. επίσης μέσω του υδροτζέλ να παρέχεται προστασία από την εισροή υγρών κάτω από το ουδέτερο ηλεκτρόδιο. 5.Να μπορούν να προσαρμίζονται σε οποιαδήποτε επιφάνεια του σώματος. 6.Να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε παιδιά και σε ενήλικες. 7.Να είναι κατάλληλες για ασθενείς αλλεργικούς στο latex. 8.Να είναι συσκευασμένες μια προς μια σε ειδική συσκευασία προς αποφυγή ξήρανσης του υδροτζέλ. 9.Το ενσωματωμένο καλώδιο να μην είναι μικρότερο των μέτρων. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)		
44	Νεφροειδή απορροφητικά χάρτινα ή μη μιας χρήσεως (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	7.000	399,00 €
45	Ουροσυλλέκτες μιας χρήσης, ανοικτού κυκλώματος, μη αποστειρωμένοι, χωρητικότητας 2000ml, με διαβάθμιση ανά 100ml, διαφανείς και ανθεκτικοί, με επαρκές μήκος σωλήνα (τουλάχιστον 100εκ. περίπου) Ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα και με ειδική δέση στο σωλήνα σύνδεσης με τον καθετήρα (injection port). Να διαδέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας και να έχουν αντιπαλινδρομική βαλβίδα.	8.000	1.440,00 €
46	Χαρτί επίστρωσης δίσκων εργαλείων tray-liner. να είναι λευκό, από 100% κυτταρίνη, υψηλής απορροφητικότητας και αντοχής για επίστρωση χειρουργικών σετ. διαστάσεων 50CM X 24CM.	4.000	520,00 €
	Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.		27.811,30€

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE και προσφέρουν υποχρεωτικά το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας του Νοσοκομείου. Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσφορά της ακριβής συνολικής αιτούμενης ποσότητας του νοσοκομείου, λόγω αδυναμίας σπασίματος της συσκευασίας, τότε οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη από την αιτούμενη ποσότητα προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται σε ακέρατες προσφερόμενες συσκευασίες.
2. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής compareONE συνοποβάλλονται ως συνημμένα έγγραφα η τεχνικοοικονομική προσφορά των προσφερομένων ειδών, οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 4 καθώς και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 18 της παρούσας.
3. Στην τεχνικοοικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, η προσφερόμενη ποσότητα (αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην περίπτωση 1 της παρούσας), πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
4. Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

5. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
6. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.
8. **Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
9. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του ανά μονάδα μέτρησης του είδους, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη.
10. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
11. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
12. Για τα είδη στις τεχνικές προδιαγραφές των οποίων αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων, τα σχετικά δείγματα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που αναφέρεται στην παρούσα. Σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Στην περίπτωση μη προσκόμισης δειγμάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις η προσφορά απορρίπτεται.
Η παράδοση των υλικών θα είναι άμεση από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.
13. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 27.811,30 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 34.486,01 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
14. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
15. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την **10-06-2023. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
16. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
17. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 46 ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
18. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
 - i. Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τεύχ.Β/02-10-09) ή/και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 9342/ΕΟΚ.
 - ii. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
 - iii. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω gov.gr στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου¹ το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,

¹ Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

διευθυντικού ή εποπτικού του ¹² οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ως ισχύουν.

- iv. Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α² του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
- v. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
19. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Νίκη Προκόπη	Παπαμακάριος Σταύρος	Ευαγγελία Πανταζή	Νικόλαος Αρκαδόπουλος, Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

²Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».