

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εδνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αδηνών

— ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 —

«ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ»

ΑΔΑΜ:

**ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη
Τηλέφωνο: 210/72.86.411
FAX: 210/72.11.007
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28
E-mail: prokopi@aretaieio.uoa.gr

Αδήνα, 01-03-2024
Αρ. Πρωτ.: 244

Προς
Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 28-02-2024 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρδρων 2 (παρ. 1, περ. 3l), 38, ll8 & 120 (παρ. 2 και 3a) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/A/08-08-2016), ως ισχύουν
- iii. την υπ' αριδ. 272/346/01-031-2024 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ:24REQ014348345, ΑΔΑ:ΨΟ4Ζ4Ψ8Χ4-Ψ4Η),
- iv. την υπ' 16/10-10-2023 απόφαση του Πρύτανη του Εδνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αδηνών με δέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον Πρόεδρο των Εφορειών και στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Διοικητικού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» (ΦΕΚ 6139/25-10-2023),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών αναισθησιολογικού, λαπαροσκοπικού υλικού, εργαστηριακών ειδών, υλικών αγγειογραφίας και ιατρικής γάζας, προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του Νοσοκομείου, εκτιμώμενης δαπάνης 29.988,80€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 36.728,52€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ως κριτήριο ανάδεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά είδος.

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων δα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά, μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE, μέχρι την 07-03-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. Η εφαρμογή compareONE είναι προσβάσιμη στις εταιρείες – προμηθευτές του Νοσοκομείου αποκλειστικά μέσω Internet και απαιτείται η έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης. Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης, οι οικονομικοί φορείς δα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαδέσιμη στο <https://register.marketsite.gr/>. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς διαδέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης ΔΕΝ χρειάζεται να προσούν σε καμία ενέργεια καθώς είναι ήδη καταχωρημένοι στην εφαρμογή. Η εγγραφή στις εφαρμογές της cosmoONE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για τους οικονομικούς φορείς. Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με την εφαρμογή compareONE, οι οικονομικοί φορείς παρακαλούν όπως αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@cosmo-one.gr ή να καλέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της cosmoONE στο 210 2723360.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες, όσον αφορά τη διαδικασία της απευθείας ανάδεσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Κωνσταντίνος Τσιούφης Καδηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Δ/νση Οικονομικού

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
1	Δοχεία δειγμάτων βιοφίας με πιεστό πώμα 1.000 ml	600	254,40 €
2	Δοχεία δειγμάτων βιοφίας με πιεστό πώμα 2.500 ml	400	560,00 €
3	Γυαλακια οξυγόνου από ατοξικό (που δεν ερεδίζει) μαλακό εξευγενισμένο PVC για ιατρική χρήση. Να επιτρέπουν στο οξυγόνο να περνάει ακόμα και αν διπλωθεί ο σωλήνας. Να ελαχιστοποιούν την πιδανότητα ερεδισμού χάρη στην πολύ μαλακή διχάλα (ατραυματικά). Να έχουν ιδιαίτερα χαμηλού βάρους. Να έχουν σταδερή τοποδέτηση χάρη στον ειδικό σχεδιασμό τους που περνάει πάνω από τα αυτιά του ασθενή. Να διαδέτουν σωλήνα παροχής οξυγόνου υψηλής αντοχής από 1,80 εως 2,0m, ο οποίος δεν τσακίζει. Να είναι μίας χρήσης, LATEX FREE, PTFE FREE.	1.000	254,00 €
4	Σωληνάρια αποστειρωμένα πλαστικά 1,5ml eppendorf με πώμα και κωνική βάση	2.000	100,00 €
5	Βαμβακοφόροι μεταλλικοί στυλεοί με rayon 150mm εντός πλαστικού σωληνάριου διαστάσεων 150χ12mm με υλικό μεταφοράς stuart με ετικέτα αναγραφής στοιχείων αποστειρωμένοι σε συσκευασία Blister του ενός τεμαχίου	150	30,00 €
6	Extention υψηλής πίεσης (1200psi) για μηχάνημα εγχυτή ACCUTRON HP, οίκου MEDTRON μήκους 160 cm	80	720,00 €
7	Αποστειρωμένο κάλυμμα υπερήχων από υψηλής αντοχής υλικό με ελαστικούς δακτυλίους, αυτοκόλλητες ταινίες σταδεροποίησης με τζελ διαστάσεων 15χ122cm	130	543,40 €
8	Σύρμα J κυρτά μεταλλικά από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου 0,035'' και μήκους 180εκ. προεμποτισμένα με PTFE και ατραυματικό άκρο (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με τη υποβολή της προσφοράς)	150	1.050,00 €
9	Σύρμα J κυρτά μεταλλικά από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου 0,035'' και μήκους 260εκ. προεμποτισμένα με PTFE και ατραυματικό άκρο (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με τη υποβολή της προσφοράς)	30	210,00 €

A/A ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
10	<p>Αιμοστατική βαλβίδα με μηχανισμό πίεσης διπλού αυλού (on-off με πλαϊνό σωληνισκό 20cm και σύνδεσμο τριπλού αυλού. Το σύστημα να λειτουργεί με πίεση και όχι περιστροφή, για μεγαλύτερη ταχύτητα του χειρισμού και βέλτιστη στεγανότητα. Ο αυλός να είναι συμβατός με υλικά έως 9fr. Η συσκευασία να παριλαμβάνει μία αιμοστατική βαλβίδα, ένα περιστροφέα σύρματος και ένα εισαγωγέα.</p> <p>(απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με τη υποβολή της προσφοράς)</p>	40	760,00 €
11	<p>Σετ διαδερμικής εισαγωγής καθετήρων (Θηκάρια) 5fr. Ατραυματικό και αντιδρομβωτικό δηκάρι μήκους 11CM και εύρους από ακτινοσκιερή πολυουρεθανή με αιμοστατική βαλβίδα από σιλικόνη ανδεκτική χωρίς διαρροές ώστε να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του αίματος και την αναρρόφηση του αέρα και με κάλυμμα χρωματικού κωδικού ανάλογα με την διάμετρο. Η εξωτερική επιφάνεια του εισαγωγέα στο άκρο της να είναι επικαλυμμένη με υδρόφιλη επικάλυψη, έτσι ώστε η επίστρωση οταν υγρανδεί να αποκτά εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή τριβής, διευκολύνοντας έτσι την εισαγωγή στο αγγειακό σύστημα. Το σχήμα του δηκαριού δια πρέπει να είναι κωνικό για την εύκολη και ατραυματική είσοδο του στην αρτηρία ακόμη και χωρίς νυστέρι. Η κατασκευή του Θηκαριού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διαδέτει μικρή εξωτερική διάμετρο και Μεγάλη εσωτερική κάνοντας το έτσι συμβατό με τα υπόλοιπα υλικά της εξέτασης. Να διαδέτει δαχτύλιο συρραφής ραμμάτων για διευκόλυνση της σταδεροποίησης του δηκαριού Στο δηκάρι δια πρέπει να υπάρχει παράπλευρη παροχή με ενσωματωμένο 3-way stop cock για χορήγηση υγρών. Διαστολέα ατραυματικό και επαρκής σκληρότητας. Οδηγό σύρμα μήκους 45 cm και διαμέτρου 0.035'' διπλού άκρου ευδύ & J. Αγγειοθελόνα διαδερμικής εισαγωγής τύπου Seldinger εσ. διαμέτρου 18 Ga, μήκους περίπου 6,5CM η οποία μπορεί να δέχεται σύρμα έως 0,038 Inch.</p>	50	395,00 €
12	<p>Ενδροτραχειακοί σωλήνες με αεροδάλαμο και MURPHY EYE με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο δερμοευαίσθητο pvc, μη τοξικό (latex free), με ομαλή εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. -να υπάρχει δυνατότητα επιλογής διάφανου η σιλικοναρισμένου p.v.c. με ακτινοσκιερή γραμμή. -Επάνω στον οδηγό (pilot) πλήρωσης του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και η διάμετρος εκπτυσσης του cuff για ευκρινή έλεγχο. -Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά ο σωλήνας στους 37ο να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς - Το cuff να είναι αρκετά ευένδοτο, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. -το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγώ (pilot) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής, και ο δε σωληνισκος που το φουσκώνει πρέπει να είναι ενσωματωμένος στον 	50	45,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
	<p>σωλήνα.</p> <p>-Το cuff να είναι τοποδετημένο δερμοσυγκολλητικά ενώ παράλληλα να διατηρεί την κεντρική δέση του σωλήνα μακριέ από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της.</p> <p>-Ο σωλήνας του αεροδαλάμου να διαδέτει μαύρη γραμμή που να αντίστοιχη περίπου στη γλωττίδα, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τοποδέτηση του αεροδαλάμου κάτωδι των φωνητικών χορδών. N. 6,5</p>		
13	<p>Ενδροτραχειακοί σωλήνες με αεροδάλαμο και MURPHY EYE με τα κάτωδι χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο δερμοευαίσθητο pvc, μη τοξικό (latex free), με ομαλή εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. -να υπάρχει δυνατότητα επιλογής διάφανου η σιλικοναρισμένου p.v.c. με ακτινοσκιερή γραμμή. -Επάνω στον οδηγό (pilot) πλήρωσης του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και η διάμετρος εκπτυσης του cuff για ευκρινή έλεγχο. -Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά ο σωλήνας στους 37ο να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς - Το cuff να είναι αρκετά ευένδοτο, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. -το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγώ (pilot) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής, και ο δε σωληνισκός που το φουσκώνει πρέπει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. -Το cuff να είναι τοποδετημένο δερμοσυγκολλητικά ενώ παράλληλα να διατηρεί την κεντρική δέση του σωλήνα μακριέ από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της. -Ο σωλήνας του αεροδαλάμου να διαδέτει μαύρη γραμμή που να αντίστοιχη περίπου στη γλωττίδα, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τοποδέτηση του αεροδαλάμου κάτωδι των φωνητικών χορδών. N. 7,5 	150	135,00 €
14	Στυλεοί ξύλινοι απλοί μη αποστειρωμένοι χωρίς βάμβακι 15 εκ.	20.000	700,00 €
15	<p>Σωληνάρια 3ml (πήξης)</p> <p>Φιαλίδια συνδετικά ολικής πληρώσεως διπλού τοιχώματος, για έλεγχο πηκτικότητας που να περιέχουν sodium citrate 3,2% (0.109ml) και να αναγράφεται στην ετικέτα η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, αποστειρωμένα, κενού αέρος, ολικού όγκου αίματος 3ml, διαστάσεων 13χ75mm. Να είναι πωματισμένα με εύχρηστο ενισχυμένο πιεστικό ελαστικό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και ασφαλούς εκπωματισμού (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή</p>	5.000	750,00 €

A/A ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ της προσφοράς)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
16	Σωληνάρια 3ml με αντιπηκτικό (Γενικές αίματος) Φιαλίδια συνδετικά γενικής αίματος με ξηρό 5,4MG K2EDTA ψεκασμένο στα τοιχώματα του φιαλιδίου. Να αναγράφεται στη ετικέτα η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, διαυγή, μίας χρήσεως, αποστειρωμένο, κενού αέρος, διαστάσεων 13X75ΜΜ, για όγκο αίματος 3 ml. Να είναι πωματισμένο με εύχρονστο ενισχυμένο πιεστικό ελαστικό πώμα ασφαλείας και εύκολης διάτρησης, στεγανής εφαρμογής και ασφαλούς εκπωματισμού, με ειδικό κάλυμμα, ετικέτα και ένδειξη περιεχομένου (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	10.000	700,00 €
17	Σάκος περισυλλογής παρασκευασμάτων για λαπαροσκοπική χρήση αποστειρωμένος από πολυουρεθάνη με ευκρινή ένδειξη ανοίγματος του σάκου ενδοκοιλιακά με ράμμα περίπαρσης με δακτύλιο κοπής και ενσωματωμένη λάμα στο στυλέο πλήρες περιμετρικό μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταδεροποίησης που διασφαλίζει τη μη αποκόλληση του σάκου κότα την τοποδέτηση του παρασκευάσματα χωρητικότητας τουλάχιστον 140 cc με στυλέο εφαρμογής 10mm (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	100	1.400,00 €
18	Σύστημα πλύσης-αναρρόφησης πλήρες (ρύγχος και σωλήνες pvc) με δυο βαλβίδες ελεγχόμενες από το χέρι με αντίστοιχα ελατήρια, για λαπαροσκοπική χρήση. Το ρύγχος να είναι διαμέτρου 5mm. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	100	1.500,00 €
19	Κασέτα 100ml έγχυσης φαρμάκων την αντλία CADD-LEGACY που μπορεί να κλειδώθει πάνω στην αντλία ώστε να είναι ασφαλές το φάρμακο που χορηγείται και να είναι εύκολο για τη μεταφορά του.	96	3.216,00 €
20	Σετ ραχιαίας και επισκληριδίου αναισθησίας N.18 Πλήρες σετ συνδυασμένης αναισθησίας με δυνατότητα συστήματος κλειδώματος (latex free) αποτελούμενο από : -Βελόνα υπαραχνοειδούς (ραχιαίας) αναισθησίας ατραυματικές pencil point 27g μη τοξική. (latex free), μήκους 110cm. -η βελόνα ραχιαίας να κλειδώνει με ασφάλεια στη βελόνα επισκληριδίου και να είναι pencil point ατραυματική. -Να φέρουν στυλέο από ανοξείδωτο ατσάλι. -Να επιτρέπει ευχερώς τη ροη. -Να φέρει ατραυματικό άκρο και πλάγια οπή, κοντά στο άκρο της βελόνας. -Να φέρει διαφανή δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ενυ. -Να φέρει στυλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους. -Να διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής για διευκόλυνση της εισαγωγής της βελόνας της ραχιαίας. -Να είναι latex free -το μέγεθος να είναι 18gx27g Βελόνα επισκληριδίου αναισθησίας tuohy 18g (latex	100	3.600,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
	<p>free)</p> <p>οι βελόνες επισκληριδίου αναισθησίας τυοhy πρέπει:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να φέρουν ατραυματικό άκρο. -Να φέρουν ενσωματωμένη αποσπώμενο πλαστικό στυλεό. -Να φέρουν αποσπώμενα πτερύγια . -Να είναι βαδμονομημένες ανά 10 mm. -αποστειρωμένες, μιας χρήσεως - Να είναι διαδέσιμες σε No 18g, με μήκος 90mm -να είναι latex free <p>Καδετήρα επισκληριδίου αναισθησίας 18 (latex free)</p> <p>ο καδετήρας πρέπει:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να είναι κατασκευασμένος από διάφανο υλικό έτσι ώστε να παρέχει διαύγεια, αντοχή και αντίσταση στο τσάκισμα (kinking) -Να έχει κλειστό άκρο -με 3 πλάγιες, σε κοντινή απόσταση από το άκρο. -Να φέρει στρογγυλεμένο, ατραυματικό άκρο που ελαχιστοποιεί τους τραυματισμούς κατά την εισαγωγή. -Ο καδετήρας πρέπει να είναι ιστοσυμβατός και να φέρει ειδική σήμανση του άκρου του. -Να φέρει διαβάδμιση ανά 1cm για να διευκολύνει την ακριβή τοποδέτηση του καδετήρα -Να παρέχει ανεμπόδιστη και σταδερή ροη. -Να φέρει συνδετικό ασφαλείας luer lock, που δεν εμποδίζει την ροη των υγρών. -να είναι latex free -Να είναι διαδέσιμος σε No. 18g <p>σύριγγα επισκληριδίου αναισθησίας χωρίς αντίσταση (latex free)</p> <p>Η σύριγγα πρέπει:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να είναι χωρίς αντίσταση στην τεχνική απώλειας αντίστασης -Να παρέχει άριστη ευαισθησία στην ανίχνευση του επισκληριδίου χώρου -Να φέρει διαβάδμιση για να δείχνει την πρόοδο του εμβόλου -Να είναι κατάλληλη για χρήση στην τεχνική με αέρα και στην τεχνική με φυσιολογικό ορό -Να είναι latex free <p>φίλτρο επισκληριδίου αναισθησίας (επίπεδο) (latex free)</p> <p>epidural filters, flat, with luer lock connection</p> <p>το φίλτρο πρέπει:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να φέρει υδρόφιλη μεμβράνη, υψηλής διηδητικής ικανότητας μέχρι 0,2μm. -Να φέρει συνδετικά ασφαλείας luer lock (male & female) -Να είναι επίπεδο για την μέγιστη άνεση του ασδενους -Να είναι διάφανο -Να είναι κατάλληλο για χρήση 96 ωρών -Να είναι latex free -Να φέρει σύστημα κλειδώματος πάνω στο luer-lock (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς) 		

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
21	Αιματοκρίτες γυάλινοι με ηπαρίνη μικροί 75 mm	10.000	800,00 €
22	Αυτόματοι σκαρφιστήρες αποστειρωμένοι με ειδικό μηχανισμό για ασφαλή λήψη τριχοειδικού αίματος από δάκτυλα και πτέρνα νεογγών (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	2.000	2.300,00 €
23	<p>Tranducers μονό Πλήρες σύστημα προσυναρμολογημένων συσκευών μιας χρήσης με ενσωματωμένο το chip(μετατροπή του συστήματος να γίνεται στο chip χωρίς μεσολάβηση μεμβρανών), τις προεκτάσεις υψηλής πίεσης σύνδεσης με τον καθετήρα και την συσκευή χορήγησης ηπαρινισμενού ορού. Να διαδέτει σύστημα για τον έλεγχο του μορφομετατροπεα, των καλωδίων σύνδεσης και της βαδμονόμησης του παρακλίνου μονιτορ και σύστημα εκλπύσης του κυκλώματος (flushing) με εφελκυσμό ώστε να δίνεται η δυνατότητα έκλπυσης υπό γωνίες έως και 360o.</p> <p>Το σετ δα πρέπει να έχει ιδανική απόσθεση ταλάντωσης (damping) και να αποδεικνύεται με βιβλιογραφική (αναφορά) για μεγιστοποιήσεις της ακριβειας.</p> <p>να έχει δυνατότητα λειτουργίας όταν στηρίζεται σε στατο όσο κρατάται στο κρεβάτι.</p> <p>Επιπρόσθετα η εταιρεία να προμηθεύει τα απαιτούμενα καλώδια για σύνδεση με τα υπάρχοντα monitors.</p>	100	1.060,00 €
24	Θήκες αποστειρωμένες για λαπαροσκοπική κάμερα Κάλυψμα κάμερας το οποίο διαδέτει ειδικό διάφανο πλαστικό για την εξασφάλιση ειδικού αποστειρωμένου περιβάλλοντος, ειδικό δαχτυλίδι ξετυλίγματος καλύμματος και αυτοκόλλητη ταινία για την ασφαλή τοποδέτηση του καλύμματος και την προστασία της κεφαλής της κάμερας	300	135,00 €
25	<p>Γαζάκια διπλωμένα 10X20εκ. μη ακτινοσκιερά 12 ply</p> <p>Να είναι κατασκευασμένα από γάζα η οποία να πληροί τα κάτωδι:</p> <p>Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάλαρση, μη αποστειρωμένη. Πρέπει να πληροί τους ορούς της ελληνικής φαρμακοποίας iv και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κλπ) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρη εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κλπ).</p> <p>Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξούφασμενη (η γωνιά σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90o), ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον τέταρτο τύπο της ελληνικής φαρμακοποίας iv ήτοι:</p> <p>αριθμός κλωστών ανά cm2 18 κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά 100+5 ελάχιστο φορτίο δραύσης σε</p>	45.000	1.800,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
	<p>newtons, ανα 5 εκ στη διεύθυνση του στήμονα 50 κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά 80+5 ελάχιστο φορτίο δραύσης σε newtons, ανά 5 εκ. στη διεύθυνση της κρόκης 30 ελάχιστη μάξα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m²) 24. Η γάζα δα έχει πλάτος 90 εκατοστά +/- 1% και μήκος 100 μέτρα +/- 1%, δα είναι συσκευασμένη σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ζικ-ζακ) του ενός μέτρου ή σε φύλλα με τη μια διάσταση 90 εκ. σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος δα αναγράφονται τα παρακάτω:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση) 2. το είδος του περιεχομένου 3. η ημερομηνία παραγωγής 4. ο αριθμός παρτίδας 5. οι διαστάσεις 6. η ένδειξη «Κρατικό Είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη 		
26	Γαζάκια διπλωμένα 10X10εκ. μη ακτινοσκιερά 12 ply Να είναι κατασκευασμένα από γάζα που πληροί τις προδιαγραφές του είδους με α/α 25 της παρούσας	100.000	1.200,00 €
27	Γαζάκια διπλωμένα 10X20εκ. ακτινοσκιερά 12 ply Να είναι κατασκευασμένα από γάζα που πληροί τις προδιαγραφές του είδους με α/α 25 της παρούσας	10.000	830,00 €
28	Τολύπια 30X30εκ. Να είναι κατασκευασμένα από γάζα που πληροί τις προδιαγραφές του είδους με α/α 25 της παρούσας	10.000	330,00 €
29	Αυδεντικά tips (ρύγχη) πιπέτων όγκου 0-200μl κίτρινα ή λευκά χωρίς φίλτρο	20.000	1.240,00 €
30	Αυδεντικά tips (ρύγχη) πιπέτων όγκου 200-100μl κίτρινα ή λευκά χωρίς φίλτρο	10.000	500,00 €
31	Σωληνάρια πλαστικά 1,5ml eppendorf με πώμα και κωνική βάση	10.000	90,00 €
32	<p>Σετ νεφελοποίησης φαρμάκων με παροχή οξυγόνου τύπου AEROLIN / AEROZOL αρίστης ποιότητας και κατασκευής, το οποίο να αποτελείται από:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Διάφανη μάσκα, ανατομική ελαστική, με ρυθμιζόμενο λάστιχο συγκράτησης - αυξομείωσης, και ενσωματωμένο επιρρίνιο έλασμα. -Διάφανο νεφελοποιητή με καπάκι βιδωτό ασφαλείας, με διαγράμμιση και δυνατότητα νεφελοποίησης σε όλες τις δέσεις και διάσπαση σε σταγονίδια διαμέτρου 	500	375,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
	<p>μικρότερα από 5μη πάνω από το 80% του φαρμάκου. Επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη εναπόδεση της ουσίας στο βρογχικό δέντρο.</p> <p>-Σωλήνα σύνδεσης για παροχή οξυγόνου μήκους 1,80μ≈.</p> <p>-Να είναι Latex free</p>		
33	<p>Μάσκα venturi οξυγόνου ενηλίκων</p> <p>Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο, καδαρό, μαλακό και ελαφρύ πλαστικό.</p> <p>Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής με ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και επιρρίνιο ταινία αλουμινίου.</p> <p>Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη για να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπων.</p> <p>Επίσης να διαδέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο και να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία για την συγκράτηση στην κεφαλή.</p> <p>Η μάσκα ακόμα να συνδέεται με κρικοειδή σωλήνα διαμέτρου 20-22mm περίπου και μήκους 15-17cm. Να υπάρχει βαλβίδα venture (ενσωματωμένη πάνω στη μάσκα) παροχής οξυγόνου 24%-26%-28%-31%-35%-40%-50%-60%, να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα 1,80m και άνω και να συνδέεται με οποιοδήποτε ρούμετρο.</p> <p>Να έχει ασφαλή και ακριβή χρήση και να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία. ο σωλήνας τέλος να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90ο να μην διακόπτεται η παροχή οξυγόνου, latex free, ptfe free.</p>	100	50,00 €
34	Μικροαιματοκρίτες γυάλινοι, με μπλε ένδειξη, χωρίς ηπαρίνη, μήκους 75mm, όγκου 75ml Να είναι υψηλής ποιότητας, να παραδίδονται σε άριστη κατάσταση και να σπάνε κατά τη χρήση τους (απαιτείται η προσκόμιση 30 τεμαχίων με την υποβολή της προσφοράς)	5.000	250,00 €
35	<p>Στοματοφαρυγγικού αεραγωγοί N.2 (29 cm) με τα κάτωδι χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να φέρουν χρωματική ένδειξη ανάλογα με το νούμερο -Να είναι LATEX -FREE -Να είναι αποστειρωμένοι <p>-Να είναι σκληροί και να μην κάμπτονται</p> <p>-Να έχουν επαρκές εύρος ώστε να περνάει με ευκολία ο καδετήρας αναρρόφησης. Η καμπυλότητα τους να προσαρμόζεται με εκείνη του στόματος</p>	500	250,00 €
36	<p>Tranducers διπλά</p> <p>Πλήρες σύστημα προσυναρμολογημένων συσκευών μιας χρήσης με ενσωματωμένο το chip(μετατροπή του συστήματος να γίνεται στο chip χωρίς μεσολάβηση μεμβρανών), τις προεκτάσεις υψηλής πίεσης σύνδεσης με τον καδετήρα και την συσκευή χορήγησης ηπαρινισμενού ορού. να διαδέτει σύστημα για τον έλεγχο του μορφομετατροπέα, των καλωδίων σύνδεσης και της βαδμονόμησης του παρακλίνιου μονιτορ και σύστημα</p>	100	1.600,00 €

A/A ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
	<p>έκπλυσης του κυκλώματος (flushing) με εφελκυσμό ώστε να δίνεται η δυνατότητα έκλψης υπό γωνίες έως και 360ο.</p> <p>Το σετ δα πρέπει να έχει ιδανική απόσβεση ταλάντωσης (damping) και να αποδεικνύεται με βιβλιογραφική (αναφορά) για μεγιστοποιήσεις της ακριβείας.</p> <p>να έχει δυνατότητα λειτουργίας όταν στηρίζεται σε στατο όσο κρατάται στο κρεβάτι.</p> <p>Επιπρόσθετα η εταιρεία να προμηθεύει τα απαιτούμενα καλώδια για σύνδεση με τα υπάρχοντα monitors.</p>		
37	Ποτηράκια ούρων 100-150ml αποστειρωμένα με ετικέτα και πώμα βιδωτό	3.200	256,00 €
	Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.		29.988,80€

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE και προσφέρουν υποχρεωτικά το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας του Νοσοκομείου.
- Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής compareONE συνυποδάλλονται ως συνημμένα έγγραφα η τεχνικοοικονομική προσφορά των προσφερομένων ειδών, οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 4 καδώς και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 19 της παρούσας.
- Στην τεχνικοοικονομική προσφορά δα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (a/a) του είδους για το οποίο υποδάλλεται προσφορά, η προσφερόμενη ποσότητα (αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην περίπτωση 1 της παρούσας), πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καδώς και η προσφερόμενη τιμή του.
- Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καδώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
- Οι τιμές δα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ξητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήδεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
- Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.
- Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
- Η ανάδεση τελικά γίνεται στον προμηδευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του ανά μονάδα μέτρησης του είδους, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη.
- Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες δεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
- Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

12. Για τα είδη στις τεχνικές προδιαγραφές των οποίων αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων, τα σχετικά δείγματα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που αναφέρεται στην παρούσα. Σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάδεσης ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Στην περίπτωση μη προσκόμισης δειγμάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις η προσφορά απορρίπτεται.
13. Η παράδοση των υλικών **da πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.**
14. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 29.988,80 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 36.728,52 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
15. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
16. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την 06-05-2024. **Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
17. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν δεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εδνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεδνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
18. Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1.4 και 5 του άρδρου II του ν. 4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναδέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προδεσμίας της παραγράφου 4 του άρδρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόδεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνεπειες της παραγράφου 7 του άρδρου 105 του ν. 4412/2016, ως ισχύει.
19. Οι συμμετέχοντες οικονομικού φορείς δα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωδι έγγραφα και δικαιολογητικά:
- i. **Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης**, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/EOK (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εδνικής νομοδεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/EOK «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τευχ.Β/02-10-09) **ή/και** του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EK. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/EOK και 93/42/EOK.
- ii. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
- iii. Υπεύθυνη Δήλωση του άρδρου 8 του Ν.1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη ή συνταχθείσες μέσω του gov.gr στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου¹ το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρδρου 73 του Ν.4412/2016 ως ισχύουν.
- Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρδρου 79Α² του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
- iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν

¹ Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευδύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρδρου 73)

²Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρδρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρδρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

20. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Νίκη Προκόπη	Σταύρος Παπαμακάριος	Ευαγγελία Πανταζή	Κωνσταντίνος Τσιούφης, Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ