



**ΕΦΟΡΕΙΑ**  
**ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη  
Τηλέφωνο: 210/72.86.411  
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28  
E-mail: [npokopi@aretaieio.uoa.gr](mailto:npokopi@aretaieio.uoa.gr)

Αθήνα, 30-09-2024  
Αρ. Πρωτ.:1600

Προς  
Όλους τους ενδιαφερόμενους

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την από 18-09-2024 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 118 & 120 (παρ. 2 και 3α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ως ισχύουν
- την υπ' αριθ. 1339/2029/24-09-2024 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ:25REQ015473061, ΑΔΑ:ΨΗΤΟ46Ψ8Χ4-ΠΛΑ),
- την υπ' 16/10-10-2023 απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον Πρόεδρο των Εφορειών και στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Διοικητικού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» (ΦΕΚ 6139/25-10-2023),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών υγειονομικού υλικού, προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του Νοσοκομείου, εκτιμώμενης δαπάνης 29.752,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 36.265,48€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

**Ως κριτήριο ανάδешης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, ανά είδος.**

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά, μέσω της εφαρμογής **compareONE της cosmoONE, μέχρι την 04-10-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.** Η εφαρμογή compareONE είναι προσβάσιμη στις εταιρείες – προμηθευτές του Νοσοκομείου αποκλειστικά μέσω Internet και απαιτείται η έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης. Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στο <https://register.marketsite.gr/>. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης ΔΕΝ χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια καθώς είναι ήδη καταχωρημένοι στην εφαρμογή. Η εγγραφή στις εφαρμογές της cosmoONE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για τους οικονομικούς φορείς. Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με την εφαρμογή compareONE, οι οικονομικοί φορείς παρακαλούν όπως αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [support@cosmo-one.gr](mailto:support@cosmo-one.gr) ή να καλέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της cosmoONE στο 210 2723360.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες, όσον αφορά τη διαδικασία της απευθείας ανάδешης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Κωνσταντίνος Τσιούφης Καθηγητής  
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

-Δ/ση Οικονομικού

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	<p>Επιδέματα κατακλίσεων διαστ. 10X10 εκ. περίπου Επιδέματα αποστειρωμένα, με απορροφητικό στρώμα <u>υδροτριχοειδικής απορρόφησης</u> να αποτελείται από ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης και όχι αφρώδες υδροπολυμερές , που μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζελ και το συγκρατεί ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Να φέρει πλέγμα επαφής το οποίο να εκτείνεται έως την κολλητική επιφάνεια, που να αποτρέπει τη δημιουργία τζελ στην επιφάνεια του έλκους. Να φέρει αδιάβροχη ημιπερατή μεμβράνη εξωτερικά ώστε να μην επιτρέπεται η διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον. <u>Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος</u>. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό κυτταρίνης για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Να έχουν υψηλή συγκρότηση υπό πίεση</p>	200	1.226,00 €
2	<p>Επιδέματα κατακλίσεων διαστ. 15X15 εκ. περίπου Επιδέματα αποστειρωμένα, με απορροφητικό στρώμα <u>υδροτριχοειδικής απορρόφησης</u> να αποτελείται από ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης και όχι αφρώδες υδροπολυμερές , που μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζελ και το συγκρατεί ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Να φέρει πλέγμα επαφής το οποίο να εκτείνεται έως την κολλητική επιφάνεια, που να αποτρέπει τη δημιουργία τζελ στην επιφάνεια του έλκους. Να φέρει αδιάβροχη ημιπερατή μεμβράνη εξωτερικά ώστε να μην επιτρέπεται η διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον. <u>Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος</u>. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό κυτταρίνης για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Να έχουν υψηλή συγκρότηση υπό πίεση</p>	200	1.894,00 €
3	<p>Επιδέματα κατακλίσεων διαστ. 20X20 εκ. περίπου Επιδέματα αποστειρωμένα, με απορροφητικό στρώμα <u>υδροτριχοειδικής απορρόφησης</u> να αποτελείται από ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης και όχι αφρώδες υδροπολυμερές , που μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζελ και το συγκρατεί ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Να φέρει πλέγμα επαφής το οποίο να εκτείνεται έως την κολλητική επιφάνεια, που να αποτρέπει τη δημιουργία τζελ στην επιφάνεια του έλκους. Να φέρει αδιάβροχη ημιπερατή μεμβράνη εξωτερικά ώστε να μην επιτρέπεται η διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον. <u>Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος</u>. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό κυτταρίνης για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Να έχουν υψηλή συγκρότηση υπό πίεση</p>	200	2.580,00 €
4	<p>Μαρκαδόροι –δερματογράφου δέρματος με και χωρίς χαράκια , αποστειρωμένοι και να μη ξεβάφουν</p>	300	123,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
5	Ανταλλακτικό ηλεκτρόδιο διαθερμίας μεγάλου μεγέθους τύπου PTFE, συμβατό με το στυλεό διαθερμίας τύπου PTFE μήκους 17CM περίπου	200	220,00 €
6	Σφουγγαράκια με ακίδες διαθερμίας (ξύστρες)	400	160,00 €
7	Σωλήνες αναρρόφησης χωρίς ρύγχος μήκους άνω των 200εκ., αποστειρωμένοι, διαφανείς, latex free, ptfе free	1.500	1.200,00 €
	Σύριγγες 2,5ml πλαστικές μίας χρήσης, αποστειρωμένες με ενσωματωμένη βελόνη καλά τροχισμένη και δήμα αρίθμησης 1ml εμφανές	18.000	720,00 €
9	Σύριγγες 5ml πλαστικές μίας χρήσης, αποστειρωμένες με ενσωματωμένη βελόνη καλά τροχισμένη και δήμα αρίθμησης 1ml εμφανές	40.000	1.600,00 €
10	Σωλήνες (pen rose) παροχέτευσης αποστειρωμένοι, ακτινοσκιεροί ,Latex , σε ατομική συσκευασία. Διαστάσεων 1cm ΣΩΛ.PENROSE 1CM	150	225,00 €
11	Σωλήνες (pen rose) παροχέτευσης αποστειρωμένοι, ακτινοσκιεροί ,Latex , σε ατομική συσκευασία. Διαστάσεων 2,5cm	150	225,00 €
12	Αποστειρωμένο αλγινικό κορδόνι υψηλής περιεκτικότητας σε υαλουρονικό οξύ, με ιοντικό άργυρο υπό μορφή συμπλόκου και προσθήκη κυτταρίνης, ευρείας αντιμικροβιακής δράσης, για έλκη με λοίμωξη και κοιλότητα, διάστασης 30-44εκ. περίπου.	100	630,00 €
13	Αποστειρωμένες χωρίς λαβή N. 15	1.000	25,00 €
14	Αποστειρωμένες χωρίς λαβή N.11	5.000	125,00 €
15	Αποστειρωμένες λάμες με λαβή N. 10	100	14,00 €
16	Αποστειρωμένες λάμες με λαβή N. 15	100	14,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
17	Αποστειρωμένες λάμες με λαβή Ν. 22	100	14,00 €
18	<p>Σάκοι αναρρόφησης 2.000ml με βαλβίδα &amp; φίλτρο συμβατοί με αναρροφήσεις medela, hiscovak 700 &amp; Med Ap είναι από υλικό στεγανό που να μην σχίζεται εύκολα.</p> <p>Ο μειοδότης θα πρέπει να παραχωρήσει δωρεάν προς χρήση μαζί με τους σάκους και δέκα επτά (17) κάνιστρα</p> <p>Τα κάνιστρα θα πρέπει να ταιριάζουν στις επιτοίχιες βάσεις που διαθέτει το Νοσοκομείο.</p> <p>(απαιτείται η προσκόμιση κάνιστρου με την υποβολή της προσφοράς)</p>	800	1.200,00 €
19	<p>Ουροσυλλέκτες μιας χρήσης, ανοικτού κυκλώματος, μη αποστειρωμένοι, χωρητικότητας 2000ml, με διαβάθμιση ανά 100ml, διαφανείς και ανθεκτικοί, με επαρκές μήκος σωλήνα (τουλάχιστον 100εκ. περίπου)</p> <p>Ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα και με ειδική δέση στο σωλήνα σύνδεσης με τον καθετήρα (injection port). Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας και να έχουν αντιπαλινδρομική βαλβίδα.</p>	12.000	2.328,00 €
20	<p>Γειώσεις διαδερμίας με καλώδιο με τα κάτωδι χαρακτηριστικά:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Να είναι συμβατές με όλες τις χειρουργικές διαδερμίες οι οποίες δέχονται πλάκες γείωσης διπλής επιφάνειας.</li> <li>2. Να διαθέτουν ανεξάρτητο (εκτός τον δύο κύριων επιφανειών) περιμετρικό ισοδυναμικό δακτύλιο ο οποίος να διανέμει την τάση και συνεπώς τη θερμότητα ομοιόμορφα και στις δυο πλευρές του ηλεκτροδίου.</li> <li>3. Να μπορούν να τοποθετηθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση πάνω στον ασθενή.</li> <li>4. Να διαθέτουν υδροτζέλ το οποίο να καλύπτει όλες τις γωνίες αλουμινίου και με αυτόν τον τρόπο να μειώνεται η θερμοκρασία στα άκρα της πλάκας. επίσης μέσω του υδροτζέλ να παρέχεται προστασία από την εισροή υγρών κάτω από το ουδέτερο ηλεκτρόδιο.</li> <li>5. Να μπορούν να προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε επιφάνεια του σώματος.</li> <li>6. Να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε παιδιά και σε ενήλικες.</li> <li>7. Να είναι κατάλληλες για ασθενείς αλλεργικούς στο latex.</li> <li>8. Να είναι συσκευασμένες μια προς μια σε ειδική συσκευασία προς αποφυγή ξήρανσης του υδροτζέλ.</li> <li>9. Το ενσωματωμένο καλώδιο να μην είναι μικρότερο των τεσσάρων μέτρων.</li> </ol> <p>(απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	800	3.144,00 €
21	<p>Χαρτοσέντονα 50εκ.Χ50εκ.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Να διαθέτουν υψηλή απορροφητικότητα στα βιολογικά υγρά.</li> <li>2. Η εσωτερική πλευρά να είναι υπενδεδυμένη από καλής ποιότητα πλαστικό.</li> <li>3. Να διαθέτουν εγκοπές ώστε να κόβονται εύκολα</li> </ol>	600	780,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	<p>χωρίς να σκίζονται.</p> <p>4. Το πάχος του χαρτιού στην εξωτερική πλευρά να είναι τέτοιο ώστε το χαρτοσέντονο να μην είναι διάφανες.</p> <p>5. Οι ζητούμενες διαστάσεις είναι πλάτους 50 εκ. σε ρολό των 50 μέτρων.</p>		
22	<p>Χαρτοσέντονα 60εκ.Χ50εκ.</p> <p>1. Να διαθέτουν υψηλή απορροφητικότητα στα βιολογικά υγρά.</p> <p>2. Η εσωτερική πλευρά να είναι υπενδεδυμένη από καλής ποιότητα πλαστικό.</p> <p>3. Να διαθέτουν εγκοπές ώστε να κόβονται εύκολα χωρίς να σκίζονται.</p> <p>4. Το πάχος του χαρτιού στην εξωτερική πλευρά να είναι τέτοιο ώστε το χαρτοσέντονο να μην είναι διάφανες.</p> <p>5. Οι ζητούμενες διαστάσεις είναι πλάτους 60 εκ. σε ρολό των 50 μέτρων.</p>	1.000	2.000,00 €
23	<p>Ρολά αποστείρωσης με πιέτα 25ΕΚ. Χ 6,5ΕΚ. Χ 100Μ</p> <p>Οι χημικές δείκτες να είναι από ανθεκτικό χαρτί έγχρωμο, μαλακό, διαφανές φιλμ πολλαπλών στρώσεων. Να είναι τυπωμένοι στη χάρτινη πλευρά ανά τακτά διαστήματα και κατάλληλοι για ατμό και εο. το χαρτί να είναι απαλλαγμένο τοξικών υλικών και δυσάρεστης οσμής (σε υγρή και στεγνή μορφή). Να μην αφήνει υπολείμματα κατά τη χρήση. Να μη σκίζονται (το χαρτί ή η διαφάνεια) και να μην ξεκολλάει η επιφάνεια συγκόλλησης.intrasoft</p>	6	114,00 €
24	<p>Ρολά αποστείρωσης με πιέτα 40ΕΚ. Χ 8ΕΚ. Χ 100Μ</p> <p>Οι χημικές δείκτες να είναι από ανθεκτικό χαρτί έγχρωμο, μαλακό, διαφανές φιλμ πολλαπλών στρώσεων. Να είναι τυπωμένοι στη χάρτινη πλευρά ανά τακτά διαστήματα και κατάλληλοι για ατμό και εο. το χαρτί να είναι απαλλαγμένο τοξικών υλικών και δυσάρεστης οσμής (σε υγρή και στεγνή μορφή). Να μην αφήνει υπολείμματα κατά τη χρήση. Να μη σκίζονται (το χαρτί ή η διαφάνεια) και να μην ξεκολλάει η επιφάνεια συγκόλλησης.intrasoft</p>	10	300,00 €
25	<p>Ρολά αποστείρωσης με πιέτα 15ΕΚ. Χ 5ΕΚ. Χ 100Μ</p> <p>Οι χημικές δείκτες να είναι από ανθεκτικό χαρτί έγχρωμο, μαλακό, διαφανές φιλμ πολλαπλών στρώσεων.</p> <p>Να είναι τυπωμένοι στη χάρτινη πλευρά ανά τακτά διαστήματα και κατάλληλοι για ατμό και εο. το χαρτί να είναι απαλλαγμένο τοξικών υλικών και δυσάρεστης οσμής (σε υγρή και στεγνή μορφή). Να μην αφήνει υπολείμματα κατά τη χρήση. Να μη σκίζονται (το χαρτί ή η διαφάνεια) και να μην ξεκολλάει η επιφάνεια συγκόλλησης. intrasoft</p>	15	221,00 €
26	<p>Αδιάβροχες στρωματοθήκες μιας χρήσεως διαστάσεων τουλάχιστον 190x90εκ, με περιμετρικό λάστιχο σταθεροποίησης</p>	3.600	1.080,00 €
27	<p>Σύριγγες CATHETER TIP, πλαστικές αποστειρωμένες μίας χρήσης 50- 60ml χωρίς βελόνη με χονδρό μπεκ και μεγάλο ρύγχος αποστειρωμένες</p>	6.000	1.140,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
28	Σύριγγες πλαστικές μιας χρήσης, αποστειρωμένες, 50-60ml, luer lock, βιδωτές, χωρίς βελόνη.	800	264,00 €
29	Εξασκητής αναπνοής πολλαπλών χρήσεων με δυνατότητα δύο (2) ασκήσεων εκπνοής -εισπνοής	600	840,00 €
30	Υποσέντονα απορροφητικά διαστάσεων περίπου 60εκ.Χ90εκ	2.000	320,00 €
31	Σετ για την προστασία της κεφαλής υπερήχου και του καλωδίου κατά την τοποθέτηση ενός καθετήρα για μπλοκ περιφερικού νεύρου το οποίο αποτελείται από: 1 μακρύ διαφανές προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής & καλωδίου 122x15cm συσκευασμένο σε σάκο πολυαιθυλενίου, 1 λάστιχο στηρίξεως (latex-free), 1 gel υπερήχων σε συσκευασία 20ml, 2 σφουγγαράκια καθαρισμού, 3 στρογγυλά δοχεία: 2 ημιδιαφανή για αλατούχο διάλυμα και απολυμαντικό, 1 κόκκινο για το αναισθητικό φάρμακο , 1 λευκή απορροφητική πετσέτα 33x38cm.	100	2.000,00 €
32	Ειδικά σακουλάκια για την μεταφορά βιολογικών δειγμάτων διαστάσεων τουλάχιστον 17x24εκ., που να κλείνουν με αυτοκόλλητη επανοιγόμενη ταινία και να φέρουν επιπλέον δήκη για τα συνοδευτικά έγγραφα	20.000	1.300,00 €
33	Σετ διαδερμικής εισαγωγής καθετήρων (Θηκάρια) 5fr. Ατραυματικό και αντιδρομωτικό θηκάρι μήκους 11CM και εύρους από ακτινοσκιερή πολυουρεθάνη με αιμοστατική βαλβίδα απο σιλικόνη ανδεκτική χωρίς διαρροές ώστε να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του αίματος και την αναρρόφηση του αέρα και με κάλυμμα χρωματικού κωδικού αναλογα με την διάμετρο. Η εξωτερική επιφάνεια του εισαγωγέα στο άκρο της να είναι επικαλυμμένη με υδρόφιλη επικάλυψη, έτσι ώστε η επίστρωση όταν υγρανθεί να αποκτά εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή τριβής, διευκολύνοντας έτσι την εισαγωγή στο αγγειακό σύστημα. Το σχήμα του θηκαριού θα πρέπει να είναι κωνικό για την εύκολη και ατραυματική είσοδο του στην αρτηρία ακόμη και χωρίς νυστέρι. Η κατασκευή του Θηκαριού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διαθέτει μικρή εξωτερική διάμετρο και Μεγάλη εσωτερική κάνοντας το έτσι συμβατό με τα υπόλοιπα υλικά της εξέτασης. Να διαθέτει δαχτύλιο συρραφής ραμμάτων για διευκόλυνση της σταθεροποίησης του θηκαριού Στο θηκάρι θα πρέπει να υπάρχει παράπλευρη παροχή με ενσωματωμένο 3-way stop cock για χορήγηση υγρών. Διαστολέα ατραυματικό και επαρκής σκληρότητας. Οδηγό σύρμα μήκους 45 cm και διαμέτρου 0.035'' διπλού άκρου ευθύ & J. Αγγειοβελόνα διαδερμικής εισαγωγής τύπου Seldinger εσ. διαμέτρου 18 Ga, μήκους περίπου 6,5CM η οποία μπορεί να δέχεται σύρμα έως 0,038 Inch.	50	395,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
34	<p>Σετ διαδερμικής εισαγωγής καθετήρων (Θηκάρια) 6fr. Ατραυματικό και αντιδρομώτικο θηκάρια μήκους 11CM και εύρους από ακτινοσκιερή πολυουρεθάνη με αιμοστατική βαλβίδα απο σιλκόνη ανδεκτική χωρίς διαρροές ώστε να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του αίματος και την αναρρόφηση του αέρα και με κάλυμμα χρωματικού κωδικού αναλογα με την διάμετρο. Η εξωτερική επιφάνεια του εισαγωγέα στο άκρο της να είναι επικαλυμμένη με υδρόφιλη επικάλυψη, έτσι ώστε η επίστρωση όταν υγρανθεί να αποκτά εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή τριβής, διευκολύνοντας έτσι την εισαγωγή στο αγγειακό σύστημα. Το σχήμα του θηκαριού θα πρέπει να είναι κωνικό για την εύκολη και ατραυματική είσοδο του στην αρτηρία ακόμη και χωρίς νυστέρι.</p> <p>Η κατασκευή του Θηκαριού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διαθέτει μικρή εξωτερική διάμετρο και Μεγάλη εσωτερική κάνοντας το έτσι συμβατό με τα υπόλοιπα υλικά της εξέτασης. Να διαθέτει δαχτύλιο συρραφής ραμμάτων για διευκόλυνση της σταθεροποίησης του θηκαριού Στο θηκάρια θα πρέπει να υπάρχει παράπλευρη παροχή με ενσωματωμένο 3-way stop cock για χορήγηση υγρών. Διαστολέα ατραυματικό και επαρκής σκληρότητας. Οδηγό σύρμα μήκους 45 cm και διαμέτρου 0.035” διπλού άκρου ευθύ &amp; J. Αγγειοβελόνα διαδερμικής εισαγωγής τύπου Seldinger εσ. διαμέτρου 18 Ga, μήκους περίπου 6,5CM η οποία μπορεί να δέχεται σύρμα έως 0,038 Inch.</p>	50	395,00 €
35	<p>Γειώσεις διαδερμίας χωρίς καλώδιο</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Να είναι συμβατές με όλες τις χειρουργικές διαδερμίες οι οποίες δέχονται πλάκες γείωσης διπλής επιφάνειας.</li> <li>2. Να διαθέτουν περιμετρικό ισοδυναμικό δακτύλιο ο οποίος να διανέμει την τάση και συνεπώς τη θερμότητα ομοιόμορφα και στις δυο πλευρές του ηλεκτροδίου.</li> <li>3. Να μπορούν να τοποθετηθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση πάνω στον ασθενή.</li> <li>4. Να διαθέτουν υδροτζέλ το οποίο να καλύπτει όλες τις γωνίες αλουμινίου και με αυτόν τον τρόπο να μειώνεται η θερμοκρασία στα άκρα της πλάκας. επίσης μέσω του υδροτζέλ να παρέχεται προστασία από την εισροή υγρών κάτω από το ουδέτερο ηλεκτρόδιο.</li> <li>5. Να μπορούν να προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε επιφάνεια του σώματος.</li> <li>6. Να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε παιδιά και σε ενήλικες.</li> <li>7. Να είναι κατάλληλες για ασθενείς αλλεργικούς στο latex.</li> </ol> <p>(απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p>	360	936,00€

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.		29.752,00€

### ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE και προσφέρουν υποχρεωτικά το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας του Νοσοκομείου.
2. **Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής compareONE συνυποβάλλονται ως συνημμένα έγγραφα η τεχνικοοικονομική προσφορά των προσφερομένων ειδών, οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 4 καθώς και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 19 της παρούσας.**
3. Στην τεχνικοοικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, η προσφερόμενη ποσότητα (αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην περίπτωση 1 της παρούσας), πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
4. Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
5. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
6. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.
8. **Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
9. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του ανά μονάδα μέτρησης του είδους, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη.
10. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
11. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
12. Για τα είδη στις τεχνικές προδιαγραφές των οποίων αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων, τα σχετικά δείγματα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που αναφέρεται στην παρούσα. Σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Στην περίπτωση μη προσκόμισης δειγμάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις η προσφορά απορρίπτεται.
13. **Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.**
14. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 29.752,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 36.265,48 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
15. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
16. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών,



δηλ. μέχρι την 03-12-2024. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

17. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
18. Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1.4 και 5 του άρθρου ΙΙ του ν. 4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, ως ισχύει.
19. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
- i. Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης**, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τευχ.Β/02-10-09) **ή/και** του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 9342/ΕΟΚ.
- ii.** Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
- iii.** Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη ή συνταχθείσες μέσω του gov.gr στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις θάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε** προσώπου<sup>1</sup> το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ως ισχύουν. Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α<sup>2</sup> του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
- iv.** Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
20. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Νίκη Προκόπη	Σταύρος Παπαμακάριος	Ευαγγελία Πανταζή	Κωνσταντίνος Τσιούφης, Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

<sup>1</sup> Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

<sup>2</sup> Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».